



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**

19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl  
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

**Odpowiedź na Zapytanie 35**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Znak: P-M/DZZP/1788/2023**

**Data: 25.08.2023r.**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2505/2023**

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 1, Pozycje 1-7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej wykonanej z PUR o poniższych rozmiarach :

- 24 G – 0,7 x 19 mm
- 22 G- 0,9 x 25 mm
- 20 G – 1,1,x 32 mm
- 18 G – 1,3 x 45 mm
- 17 G – 1,4 x 45 mm
- 16 G – 1,8 x 45 mm
- 14 G – 2,1 x 45 mm

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 1, Pozycje 1-7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej, w poniższych rozmiarach:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm
Pomarańczowy	14 G	2,1 x 45
Szary	16 G	1,7 x 45
Biały	17 G	1,5 x 45
Zielony	18 G	1,3 x 45
	18 G	1,3 x 32
Różowy	20 G	1,1 x 32
	20 G	1,1 x 25
Niebieski	22 G	0,9 x 25
Żółta	24 G	0,7 x 19

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 1, Pozycje 1-7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej, wykonanej z FEP?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**PYTANIE nr 4 – dotyczy Pakietu 1, Pozycja 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli 24 G, 0,7 x 19 mm, przepływ 18 ml/ min.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**PYTANIE nr 5 – dotyczy Pakietu 2, Pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej 26 G 0,6 x 19 mm, przepływ 17 ml/ min. Wykonanej z FEP?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**PYTANIE nr 6 – dotyczy Pakietu 3, Pozycja 2**

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania krwi posiadający miejsce na dren oraz igłę po użyciu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 7 – dotyczy Pakietu 3, Pozycja 4**

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania płynów bursztynowy posiadający miejsce na dren oraz igłę po użyciu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 8 – dotyczy Pakietu 5, Pozycje 2-5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej Luer, z rozszerzoną skalą: 2-3 ml; 5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-24 ml? co pozwala nabrać większą poj. leku tańszą strzykawką, np. nabierając 12 ml można użyć wówczas strzykawki 10 ml z rozszerzeniem zamiast już strzykawki 20 ml, która jest znacznie droższa.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 9 – dotyczy Pakietu 5, Pozycje 2-5**

Czy Zamawiający wymaga strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze, z tłokiem w kolorze niebieskim i przezroczystym cylindrem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 10 – dotyczy Pakietu 5, Pozycje 6-7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawkę ze skalą 50/60ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 11 – dotyczy Pakietu 5, Pozycja 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki cewnikowej Janetta ze skalą 50/60ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 12 – dotyczy Pakietu 5, Pozycja 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki cewnikowej Janetta w opakowaniu po 25 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę), ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 13 – dotyczy Pakietu 5, Pozycja 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej Luer Lock, o poj. 20 ml w opakowaniu 50 szt.? Z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 14 – dotyczy Pakietu 5, Pozycje 10-13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej Luer Lock, z rozszerzoną skalą: 2-2,5 ml;



5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-22 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 15 – dotyczy Pakietu 5, Pozycja 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do leków światłoczułych ze skalą rozszerzoną 50-60 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 16 – dotyczy Pakietu 5, Pozycja 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę), ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 17 – dotyczy Pakietu 5, Pozycja 17**

Czy nie zaszła pomyłka w opisie, gdyż pierwszy raz spotykamy się ze strzykawką 100 ml LUER LOCK? Czy Zamawiający miał na myśli strzykawkę 100 ml z nakładaną końcówką Luer?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga strzykawki 100 ml z nakładaną końcówką Luer Lock.**

**PYTANIE nr 18 – dotyczy Pakietu 5, Pozycja 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu równoważnego tj. strzykawki Janetta Luer Lock, Trzyczęściowa z prostym stożkiem do cewnika usytuowanym centralnie. Pojemność 100 ml, Posiadającą podwójne uszczelnienie, czarną, wyraźną niezmywalną skalę, oraz Dołączony dodatkowy łącznik redukcyjny Luer w kolorze niebieskim. Pakowana po 25 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę), ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 19 – dotyczy Pakietu 11, Pozycje 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny koreczka Luer Lock oraz koreczka Kombi za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 20 – dotyczy Pakietu 11, Pozycja 1**

Czy Zamawiający wymaga koreczka Luer Lock z trzpieniem poniżej koreczka?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga koreczka Luer Lock z trzpieniem poniżej koreczka.**

**PYTANIE nr 21 – dotyczy Pakietu 71, Pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie worka o wymiarach 21x30cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 22 – dotyczy Pakietu 150, Pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka pakowanego w worek foliowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 23 – dotyczy Pakietu 151, Pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha o gramaturze 30g?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 24 – dotyczy Pakietu 151, Pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 25 – dotyczy Pakietu 151, Pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z rękawem zakończonym gumką?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 26 – dotyczy Pakietu 151, Pozycja 1**

W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPL, WMiPB wydanym na podstawie



rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że fartuchy inne niż fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, prosimy o informację do czego i przez kogo mają być używane fartuchy opisane w pakiecie 151, poz. 1.

**Odpowiedź:** *Fartuchy opisane w pakiecie 151, poz. 1. używane są przez personel medyczny jako środek ochrony indywidualnej.*

**PYTANIE nr 27 – dotyczy Pakietu 151, Pozycja 1**

Jeśli w pakiecie 151. poz. 1 Zamawiający oczekuje innych fartuchów niż chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga fartuchów spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kat I ?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wymaga.*

**PYTANIE nr 27 – dotyczy Pakietu 151, Pozycja 1**

Przez kogo i do czego będą używane fartuchy w pakiecie 151. Poz. 1?

( w załączeniu dokumentacja dotycząca fartuchów)

**Odpowiedź:** *Fartuchy opisane w pakiecie 151, poz. 1. używane są przez personel medyczny jako środek ochrony indywidualnej.*

***Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.***

***Z poważaniem***