

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawa materiałów opatrunkowych na 24 miesiące (poza pakietem 52- 12miesięcy)**” postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr **2019/S 156-384782 oraz** na stronie internetowej Zamawiającego.

WYNIKI POSTĘPOWANIA CZ.2-
PAKIET NR 23 ORAZ 37

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert. Przy wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający kierował się następującymi kryteriami wyboru: **Cena-waga: 98%, Termin dostawy-waga: 2%**.

I. WYBRANE OFERTY

Najkorzystniejsze oferty, tj. oferty przedstawiające najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów wyboru, to:

Pakiet 23:

Oferta nr 7:

Smith&Nephew sp. z o.o., ul.Osmańska 12, 02-823 Warszawa

Cena oferty brutto: 19.278,00 PLN

Pakiet 37:

Oferta nr 5:

Konsorcjum firm:

Citonet-Pomorski sp. z o.o., Zabagno 18C, 83-115 Swarozyn oraz **Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.** 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26.

Cena oferty brutto: 65.500,00 PLN

III. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH OFERT WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ:

Pakiet 23					
Nr oferty	Firma	Cena (zł)	Punktacja		
			Cena (max 98,00 pkt)	Termin dostawy (max 2 pkt)	SUMA PUNKTÓW
7	Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. Ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice	25.920,00	72,79	2,00	74,79

10	Smith&Nephew sp. z o.o. Ul.Osmańska 12, 02-823 Warszawa	19.278,00	98,00	2,00	100,00
14	SKAMEX Sp. Z o.o. Sp. K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź	10.134,00	Oferta nie podlega ocenie		
19	Neomed Barbara Stańczyk, Kajki 18, 05-501 Piaseczno	15.690,00	Oferta nie podlega ocenie		

Pakiet 37

Nr oferty	Firma	Cena (zł)	Punktacja		
			Cena (max 98,00 pkt)	Termin dostawy (max 2 pkt)	SUMA PUNKTÓW
5	Konsorcjum: Citonet-Pomorski sp. z o.o., Zabagno 18C, 83-115 Swaróżyn, oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. 87-100 Toruń, ul.Żółkiewskiego 20/26	65.500,00	98,00	2,00	100,00
8	Blakpol Sp. z o.o., 42-217 Częstochowa, ul. Śniadeckich 9	89.000,00	72,12	2,00	74,12
9	Trans-Med Medical Sp. z o.o. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P, 42-400 Zawiercie	47.500,00	Oferta nie podlega ocenie		

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Nie zostali wykluczeni wykonawcy.
2. Odrzucono następujące oferty.

Pakiet nr 23, Oferta nr 14

SKAMEX Sp. Z o.o. Sp. K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

Podstawa prawna odrzucenia oferty:

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, odrzuca ofertę, jeśli jej treść nie opowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Podstawa faktyczna odrzucenia oferty:

W zakresie pakietu nr 23 Zamawiający oczekiwał zaoferowania Samoprzylepnego opatrunku piankowego o dużych właściwościach chłonnych w dwóch rozmiarach. Jednym z wymagań

bezwzględnych Zamawiającego było, aby zaoferowany asortyment posiadał „silikonową warstwę kontaktową z raną”. Na podstawie dostarczonych dokumentów (karty katalogowej oraz próbki) stwierdzono, iż produkt Suprasorb P, zaoferowany przez Wykonawcę Skamex Sp. z o.o. Sp. K., zbudowany jest z pianki poliuretanowej, brak warstwy kontaktowej silikonowej. W związku z tym oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań SIWZ i podlega odrzuceniu.

Pakiet nr 23, Oferta nr 19

Neomed Barbara Stańczyk, Kajki 18, 05-501 Piaseczno

Podstawa prawna odrzucenia oferty:

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, odrzuca ofertę, jeśli jej treść nie opowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Podstawa faktyczna odrzucenia oferty:

W zakresie pakietu nr 23 Zamawiający oczekiwał zaoferowania Samoprzylepnego opatrunku piankowego o dużych właściwościach chłonnych w dwóch rozmiarach. Jednym z wymagań bezwzględnych Zamawiającego było, aby zaoferowany asortyment posiadał „silikonową warstwę kontaktową z raną”. Na podstawie dostarczonych dokumentów (karty katalogowej oraz próbki) stwierdzono, iż produkt Urgo Tul Absorb Border, zaoferowany przez Wykonawcę Neomed Barbara Stańczyk, posiada zewnętrzną ciekłą warstwę z silikonowym przylepcem na brzegach opatrunku, zaś warstwa kontaktowa zbudowana jest z innego materiału. W związku z tym oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań SIWZ i podlega odrzuceniu.

Pakiet nr 37, Oferta nr 9

Trans-Med Medical Sp. z o.o. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P, 42-400 Zawiercie

Podstawa prawna odrzucenia oferty:

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, odrzuca ofertę, jeśli jej treść nie opowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Podstawa faktyczna odrzucenia oferty:

W zakresie pakietu nr 37 Zamawiający oczekiwał zaoferowania Gazy min. 17-nitkowej 1m³. Jednym z wymagań bezwzględnych było, aby opakowanie zawierające etykietę główną z kodem kreskowym oraz dwoma odcinkami samoprzylepnym zawierającymi: nr ref, lot, datę ważności. Na podstawie dostarczonych na wezwanie dokumentów- próbki stwierdzono, iż produkt o numerze katalogowym GKJ171TL, zaoferowany przez Wykonawcę Trans-Med. Medical Sp. z o.o., nie posiada dwóch odcinków samoprzylepnych, które zawierają nr ref, lot oraz datę ważności. W związku z tym oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań SIWZ i podlega odrzuceniu.

3. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych Zamawiający zawrze umowę w czasie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1) ppkt. 1) ustawy wskazanej powyżej.

Zatwierdził
Wiceprezes ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

Sporządził: Magdalena Czerniawska – Sekretarz komisji przetargowej