

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/51/22

Sucha Beskidzka, dnia 22.07.2022r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego **Dostawa sprzętu medycznego**

Pakiet nr 1- Łóżka szpitalne

Pakiet nr 2- Aparat USG

Pakiet nr 3-Kardiomonitor

Pakiet nr 4-Zestaw do trudnej intubacji

w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny 3”, planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotnej w Regionie

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pakiet nr 1- Łóżka szpitalne

Pytanie 1.

Czy Zamawiający w pkt.2 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE dopuści jako rozwiązanie równoważne i punktowane, podstawa łóżka o konstrukcji ramion wznoszących popierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający w pkt.4 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE dopuści Łóżko długości całkowitej 2200 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3.

Czy Zamawiający w pkt.8 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE dopuści Łóżko gdzie:

Elektryczne regulacje:

- segment oparcia pleców 0-72°,
- segment uda 0-40°,
- kąt przechyłu Trendelenburga 0-16°,
- kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-16°),
- regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym?

Odp.: Tak, z zaznaczeniem iż jeden z paramentów jest punktowany.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający w pkt.10 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE dopuści Łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 400 mm do 850 mm?

Zamawiający opisał to jako parametr oceniany:

Pozycja dolna łóżka 360 mm i mniej - 10 pkt

Powyżej 360 mm - 0 pkt

Natomiast w wymaganiach napisał że minimum to 360 mm, co jest w sprzeczności z zapisem

Powyżej 360 mm - 0 pkt

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający w pkt.15 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE dopuści Łóżko gdzie leże wypełnione jest panelami z polipropylenu, po klika paneli w poszczególnych częściach leża, odporne na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz promieni UV. Panele odejmowane bez użycia narzędzi pomiędzy panelami można zamontować pasy unieruchamiające?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający w pkt.18 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE dopuści Łóżko posiadające szczyty łóżka wykonane z tworzywa z możliwością blokowania przed niezamierzonym wypadnięciem w czasie transportu za pomocą dźwigni umieszczonych na ramie leża. Szczyty łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wykonane z polipropylenu o grubości ściany min. 4mm w technologii Rotomulding z kolorowymi wklejkami?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający w pkt.19 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE dopuści Łóżko posiadające bariery lakierowane proszkowo, wykonane z 4 profili stalowych okrągłych o grubości 30mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednej dźwigni. Barieryka pozbawiona ostrych krawędzi oraz miejsc gromadzenia się brudu. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. Barieryki zabezpieczające pacjenta na $\frac{3}{4}$ długości leża. Łóżko wyposażone w barieryki uzupełniające wolną przestrzeń w nogach.?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający w pkt.23 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE dopuści Łóżko posiadające leże w części środkowej wyprofilowane w celu pełnienia funkcji uchwytu materaca, oraz w części pleców i głowy uchwyty stabilizujące materac, których lokalizacja zapobiega urazom kończyn i otarć podczas puszczania łóżka?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski

Starszy Inspektor
ds zamówień publicznych
mgr Agnieszka Działowa-Hajdyla