



Grudziądz, dnia 20.10.2023 r.

## Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy asortymentu jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/89/PN/23).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy asortymentu jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/89/PN/23)**, wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

### Zapytanie 1:

*Zdanie nr 7, pozycja nr 1*

*Prosimy zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:*

*Zamiast parametru:*

*„Obwód oddechowy dla dorosłych, dł.*

*180 cm, rury o regulowanej długości 22mm,*

*trójnik Y z 2 portami, kolanko z portem CO2,*

*dotatkowa rura dł. 180 cm, worek oddechowy*

*lateksowy 2 litry, czysty mikrobiologicznie -”*

*Produktu o poniższych parametrach:*

*„Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych. Zawiera dwie rury rozciągnane o*

*regulowanej długości 50-180cm z dodatkową trzecią rurą o długości 150 cm i workiem oddechowym o*

*pojemności 2l, zintegrowany trójnik Y, łącznik kolankowy z portem CO2 z nasadką zabezpieczającą.*

*Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności.”*

### Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w SWZ.

### Zapytanie 2:

*Zdanie nr 7, pozycja nr 2*

*Prosimy zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:*





*Zamiast parametru:*

*„Obwód oddechowy dla dorosłych, dł.*

*200 cm, rury o regulowanej długości 22mm,*

*trójnik Y z 2 portami, kolanko z portem CO<sub>2</sub>,*

*dodatkowa rura dł. 150 cm, worek oddechowy*

*bezlataksowy 2 litry, czysty mikrobiologicznie”*

*Produktu o poniższych parametrach:*

*„Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia, dla dorosłych. Zawiera dwie rury rozciągane o regulowanej długości 90-300 cm, z dodatkową trzecią rurą o długości 150 cm i workiem oddechowym o pojemności 2l, zintegrowany trójnik Y, łącznik kolankowy z portem CO<sub>2</sub> z nasadką zabezpieczającą. Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności.”*

### **Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w SWZ.

### **Zapytanie 3:**

*Zdanie nr 7, pozycja nr 3*

*Prosimy zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:*

*Zamiast parametru:*

*„Obwód oddechowy dla dorosłych, dł.*

*240 cm, rury o regulowanej długości 22mm,*

*trójnik Y z 2 portami, kolanko z portem CO<sub>2</sub>,*

*dodatkowa rura dł. 150 cm, worek oddechowy*

*bezlataksowy 2 litry, filtr bakt-wirus z HME,*

*czysty mikrobiologicznie”*

*Produktu o poniższych parametrach:*

*„Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia, dla dorosłych. Zawiera dwie rury karbowane o długości 200cm, z dodatkową trzecią rurą o długości 200cm i workiem oddechowym o pojemności 2l, zintegrowany trójnik Y, łącznik kolankowy z portem CO<sub>2</sub> z nasadką zabezpieczającą. Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności.*

*Z osobno montowanym Filtry oddechowym, okrągły elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, z portem kapno z zatyczką, martwa przestrzeń max. 45 ml, waga max. 29 g, objętość oddechowa VT300-1500ml, z nadrukowanymi na obwodzie filtra*





wartościami: minimalną i maksymalną objętością oddechową  $V_t$ , opakowanie folia.”

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w SWZ.

**Zapytanie 4:**

Zdanie nr 7, pozycja nr 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Obwód oddechowy dla dorosłych, dł.

240 cm, rury o regulowanej długości 22mm,

trójnik Y z 2 portami, kolanko z portem CO<sub>2</sub>,

dodatkowa rura dł. 150 cm, worek oddechowy

bezlataksowy 2 litry, filtr bakt-wirus z HME,

czysty mikrobiologicznie”

Produktu o poniższych parametrach:

„Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia, dla dorosłych. Zawiera dwie rury karbowane o długości 300cm, z dodatkową trzecią rurą o długości 300cm i workiem oddechowym o pojemności 2l, zintegrowany trójnik Y, łącznik kolankowy z portem CO<sub>2</sub> z nasadką zabezpieczającą. Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności.

Z osobno montowanym Filtrzem oddechowym, okrągły elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, z portem kapno z zatyczką, martwa przestrzeń max. 45 ml,

waga max. 29 g, objętość oddechowa VT300-1500ml, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami: minimalną i maksymalną objętością oddechową  $V_t$ , opakowanie folia”.

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w SWZ.

**Zapytanie 5:**

Zdanie nr 7, pozycja nr 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Obwód oddechowy dla dorosłych, dł.

240 cm, rury o regulowanej długości 22mm,

trójnik Y z 2 portami, kolanko z portem CO<sub>2</sub>,





*dotatkowa rura dł. 150 cm, worek oddechowy  
bezlataksowy 2 litry, filtr bakt-wirus z HME,  
czysty mikrobiologicznie”*

*Produktu o poniższych parametrach:*

*„Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia, dla dorosłych. Zawiera dwie rury rozciągane o regulowanej długości 90-300 cm, z dodatkową trzecią rurą o długości 150 cm i workiem oddechowym o pojemności 2l, zintegrowany trójnik Y, łącznik kolankowy z portem CO<sub>2</sub> z nasadką zabezpieczającą. Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności.*

*Z osobno montowanym Filtrem oddechowym, okrągły elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, z portem kapno z zatyczką, martwa przestrzeń max. 45 ml,*

*waga max. 29 g, objętość oddechowa VT300-1500ml, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami: minimalną i maksymalną objętością oddechową Vt, opakowanie folia”*

#### **Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w SWZ.

#### **Zapytanie 6:**

*Zdanie nr 15, pozycja nr 1*

*Prosimy zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:*

*Zamiast parametru:*

*„Pojemnik do pobierania próbek śluzu pojemność 40ml, podziałka co 1 ml. W zestawie dodatkowa zakręcana pokrywka oraz bezlataksowy dren i etykieta identyfikacyjna. Zgodność drenu ze wszystkimi cewnikami do odsysania . Pojemność 40 ml. Nie zawiera lateksu, do jednorazowego użytku. Sterylny.”*

*Produktu o poniższych parametrach:*

*„Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 8-10 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna. Produkt bez lateksu i DEHP. Opakowanie folia - papier. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy.”*

#### **Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w SWZ.

