

Parametry oceniane

L.p.	Parametry jakościowo-techniczne	PUNKTACJA	Wartość oferowana (wypełnia Wykonawca)
1.	Czas konieczny do oznaczenia wszystkich parametrów w jednej próbce	max 60 s – 10 pkt max 120 s - 0 pkt	
2.	Automatyczne mieszanie próbki	TAK- 10pkt NIE - 0 pkt	
3.	Możliwość rozszerzenia panelu badań o kreatyninę i mocznik	Tak 10 pkt Nie 0 pkt	
4.	Czas nagrzewania zestawu odczynnikowego	<= 15 min - 10 pkt >= 16 min - 0 pkt	

- Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w SWZ