



## Dyrektor

dr n. med.  
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24  
40-027 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 259-16-50  
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl  
[www.spskm.katowice.pl](http://www.spskm.katowice.pl)

CENTRALA :  
Tel. (32) 259-12-00

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku 9  
Nr sprawy: ZP-23-038UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1** - Pakiet nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o podanym opisie:

- zestaw do pobierania próbek w postaci płynów do badań np. z wydzieliny oskrzelowej przy badaniu bronchoskopowym.
- w jego skład wchodzi: pojemnik 25 ml, skalowany co 1 ml, zakrętka z końcówkami dł. 37 i 39 cm, dodatkowa zakrętka zabezpieczająca pojemnik, dren zakończony końcówką z kontrolą siły ssania, etykieta samoprzylepna
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku

**Odpowiedź: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 2** - Pakiet nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butelki z uniwersalną końcówką z możliwością podłączenia drenu od CH 8 do CH 16? **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na butelki z uniwersalną końcówką z możliwością podłączenia drenu od CH 8 do CH 16**

**Pytanie 3** - Pakiet nr 4 Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga butelki 150 ml, czy 400 ml? **Odpowiedź: Zamawiający określił przedział pojemności butelek pomiędzy 150 ml a 400 ml. Najczęściej stosowaną pojemnością jest 250ml.**

**Pytanie 4** - PAKIET 6 Prosimy o dopuszczenie szczoteczek wykonanych z: włosie polietylen, pianka poliuretanowa. Rodzaj materiału nie ma wpływu na właściwości użytkowe produktu. **Odpowiedź: Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i podtrzymuje ich zapisy.**