

## Załącznik nr 1– Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa stacjonarnego testera trzeźwości typu AL-4000 (obudowa plastikowa).		
L.p.	Parametr	Wymagania
1	Zasada pomiaru	Czujnik elektrochemiczny;
2	Zakres pomiarowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego 0,00 ‰</li> <li>• wartość górnej granicy zakresu pomiarowego nie mniejsza niż 5,00 ‰</li> </ul>
3	Dokładność pomiaru	0,01 ‰
4	Precyzja pomiaru	±0,5% przy 1,0‰ BAC
5	Niezbędne wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Świadectwo kalibracji</li> <li>• Kabel zasilający dla prądu przemiennego 230 V;</li> <li>• Ustniki jednorazowe – 2.000 szt.;</li> <li>• Skrócona instrukcja obsługi urządzenia przeznaczona do ogólnego dostępu w formie jednostronnego wydruku na arkuszu A4;</li> <li>• Informacje ukazujące się na ekranie oraz komendy w języku polskim lub przedstawione za pomocą łatwo rozpoznawalnych symboli;</li> <li>• <u>Uruchamianie poboru próbki za pomocą przycisku;</u></li> <li>• <b>Gwarancja min. 24 miesiące.</b></li> </ul>