



Szczecin, dnia 31.01.2023 r.

WZZ-2375-5-.....-01/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej „ustawa Pzp” pn.: „Zakup, dostawa i uruchomienie stołów operacyjnych elektromechanicznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Nr postępowania: 5/2023.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1, dotyczy Zestawienia parametrów i wymagań granicznych, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ

Dotyczy: PKT. 3. Elektromechaniczny obrót blatu w stosunku do kolumny o 180° (zamiana części nożnej z częścią nóg bez demontażu segmentów). Dowolne ustawienie blatu w stosunku do kolumny w celu ułatwienia dostępu ramienia C.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z mechanicznym obrotem blatu w stosunku do kolumny o 180° (zamiana części nożnej z częścią głowy przez demontaż segmentów) z zachowaniem łatwego podejścia dla ramienia C? Rozwiązanie proponowane jest powszechnie wykorzystywane w stołach operacyjnych.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2, dotyczy Zestawienia parametrów i wymagań granicznych, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ

Dotyczy: PKT. 7 Elektromechaniczna regulacja przesuwu wzdłużnego blatu: 500 mm +/- 5 mm.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z elektromechaniczną regulacją przesuwu wzdłużnego blatu 320 mm? Uzyskana przestrzeń do 1370 mm gwarantuje bardzo dobre parametry dla obrazowania ramieniem C.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3, dotyczy Zestawienia parametrów i wymagań granicznych, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ

Dotyczy: PKT. 12 Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z odporną na uszkodzenia i łatwą w czyszczeniu podstawą wykonaną z tworzywa sztucznego ABS?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4, dotyczy Zestawienia parametrów i wymagań granicznych, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ

Dotyczy: PKT. 14 Mobilna podstawa wyposażona w 4-koła o średnicy min. 120 mm

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z mobilną podstawą wyposażoną w 4-koła o średnicy 100 mm?



Odpowiedź nr 4:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5, dotyczy Zestawienia parametrów i wymagań granicznych, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ

Dotyczy: PKT. 15 Elektromechaniczny system blokowania stołu, sterowany z panelu na kolumnie stołu
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z mechanicznym systemem blokowania stołu gwarantującym bezpieczne rozwiązanie w przypadku awarii zasilania?

Odpowiedź nr 5:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6, dotyczy Zestawienia parametrów i wymagań granicznych, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ

Dotyczy pkt nr 2. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie 600 – 950mm?

Odpowiedź nr 6:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7, dotyczy Zestawienia parametrów i wymagań granicznych, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ

Dotyczy pkt nr 6. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją pozycji anty-Trendelenburga do 25°?

Odpowiedź nr 7:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8, dotyczy Zestawienia parametrów i wymagań granicznych, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ

Dotyczy pkt nr 7. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją przesuwu wzdłużnego blatu: 285mm?

Odpowiedź nr 8:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9, dotyczy Zestawienia parametrów i wymagań granicznych, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ

Dotyczy pkt nr 7. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny bez funkcji przesuwu wzdłużnego, wyposażony w tunel na kasetę na całej długości blatu?

Odpowiedź nr 9:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor
SP ZOZ MSWIA w Szczecinie
dr Elżbieta Kasprzak