



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
tel.: 68 347 73 00

fax: 68 384 25 90

e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl

<http://www.spzozwolsztyn.pl>

NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia 08. maja, 2020 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/105/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Sukcesywna 24 miesięczna dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów zużywalnych, materiałów kontrolnych, elektrod/membran, kapilar, strzykawkę do wykonania 4000 badań parametrów równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZOZ w Wolsztynie", PN/8/2020.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – (tekst jedn.: Dz.U.2019.1843), Zamawiający modyfikuje treść siwz w następującym zakresie:

1. załącznika nr 2 do SIWZ- formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy

- **poz. 3, Zamawiający zmienia zapis na:** „Metabolity (mleczany, bilirubina, glukoza)”

2. załącznika nr 3 do SIWZ

- **poz. 1, Zamawiający zmienia zapis na:** „Parametry: pH, pO₂, pCO₂, BE, HCO₃, Na, K, Cl, Ca, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita, kooksymetria oznaczane jednocześnie”,
- **poz. 3, Zamawiający wykreśla pomiar parametrów:** osocze, dializat. Wobec powyższego zapis w poz. 3 zmienia na: „Pomiar parametrów w następującym rodzaju próbek: krew żylna, krew tętnicza, krew kapilarna”

3. Ilekroć w siwz, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie składania ofert należy rozumieć:

19.05.2020 r. godz. 11:00.

4. Ilekroć w siwz, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie otwarcia ofert należy rozumieć:

19.05.2020 r. godz. 11:15.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

Karol Mońko

Załączniki:

Zmodyf. Załącz. Nr 2- formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy

Zmodyf. Załącz. nri 3- parametry graniczne

Zmodyf. Zał. Nr 8- wzór umowy

Sporządziła: Bernadeta Kurp we współpracy z KP



WRANKING | 20
SZPITALI | 19

