

Sprawa ZO/07/2023

Wykonawcy wszyscy

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na „**Zakup i dostawę sprzętu medycznego na potrzeby pracowni szpitalnych**”, ogłoszonego za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 19.05.2023 r. informujemy:

Pytania do Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne
Pakiet nr 3 - aparat EKG

1. Pkt 1. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG powystawowy, wypełni sprawny z pełną gwarancją wyprodukowany 2022r.

Odpowiedź: Tak.

2. Pkt 3. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez ekranu dotykowego o przekątnej 4,3 cala z kolorowym ekranem?

Odpowiedź: Tak.

3. Pkt 4. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez trybu Long opisanego w punkcie 4

Odpowiedź: Nie.

4. Pkt 6. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z papierem o szerokości 80mm?

Odpowiedź: Nie.

5. Pkt 7. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości wydruku na drukarce laserowej, ale z możliwością zapisu badań na karcie SD z możliwością wydrukowania badań bezpośrednio z komputera w formacie A4?

Odpowiedź: Nie.

6. Pkt 8. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości transmisji danych przez Wi-Fi lub LAN?

Odpowiedź: Tak.

7. Pkt 9. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości integracji z systemami informatycznymi szpitala ?

Odpowiedź: Tak.

8. Pkt 10. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez modułu SDS do oceny ryzyka nagłej śmierci sercowej ?

Odpowiedź: Tak.

9. Pkt. 14 Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie tego punktu o zapis zgodny z par. 2 ust. 3 projektu umowy: „Aparat zastępczy w okresie gwarancji na czas naprawy urządzenia **trwającej powyżej 3 dni**, wraz z ubezpieczeniem od wszelkich ryzyk”

Odpowiedź: Tak.

10. Pkt 17. Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat.

Odpowiedź: Tak.

11. Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 2

W określonych przypadkach do sprawnego funkcjonowania sprzętu, po próbie naprawy, konieczna jest wymiana danego elementu lub modułu. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość, poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu umowy na:

„Ilość napraw gwarancyjnych kwalifikująca do wymiany niesprawnego sprzętu / podzespołu / elementu na nowy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Pytanie do wzoru umowy § 2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu, że naprawa gwarancyjna nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty poinformowania serwisu? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 7 dni roboczych jeżeli naprawa będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy? Należy zwrócić uwagę, iż na czynności serwisowe składają się: diagnoza usterki, naprawa lub wymiana części. W przypadku każdej z usterek, termin wymagany przez Zamawiającego jest niemożliwy do dotrzymania. Ponadto w przypadku braku części w magazynie, lub też elementów potrzebnych w celu dokonania naprawy urządzenia zachodzi konieczność sprowadzenia ich spoza granic Polski.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Pytanie do wzoru umowy § 2 ust. 4

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej. Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:

„Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalań, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Pytanie do wzoru umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Jerzy Stebla