

Mrągowo, dnia 08.10.2024r.

NZ-9/24

Uczestnicy postępowania

Dotyczy zamówienia pn.: „**POPRAWA DOSTĘPNOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ I DOSTAWANIE SOR MRĄGOWO DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW**”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz. 1710, z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania:

1. Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych - 2 szt. – dotyczy Pkt. 2. Prosimy o dopuszczenie zasilania: 100-240V / 50-60 Hz.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

2. Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych - 2 szt. – dotyczy Pkt. 3. Prosimy o dopuszczenie mankietu grzewczego o długości 140 cm współpracującego ze standardowymi drenami o średnicy 3,5 - 5,0 mm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych - 2 szt. – dotyczy Pkt. 4. Prosimy o dopuszczenie urządzenia w którym ogrzewanie następuje przy przepływie od 0 do 25 ml/min potwierdzonym instrukcją obsługi.

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie, w którym ogrzewanie następuje przy przepływie od 0 do 25 ml/min, jednakże oferowane parametry wymagają potwierdzenia w przedmiotowych środkach dowodowych określonych zapisami Rozdziału IIIA.

4. Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych - 2 szt. – dotyczy Pkt. 5. Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością ustawienia żądanej temperatury w zakresie: 33-41°C ze skokiem co 0,1 C.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

5. Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych - 2 szt. – dotyczy Pkt. 11. Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego wizualny i dźwiękowy alarm przegrzania, sygnał niskiej temperatury przy 32±1°C i ostrzeżenia o awarii czujnika oraz posiada podwójne zabezpieczeniem przed przegrzaniem i automatyczne wyłączenie grzałki aparatury przy temperaturze powyżej 42±1°C/ 43±2°C.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

6. Wózek – wanna – pkt 2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie malowane proszkowo?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7. Wózek – wanna – pkt 3. Czy Zamawiający miał na myśli „Demontowalną wannę prysznicową wykonaną z tworzywa sztucznego z otworem odpływowym (Ø 3,5 cm, zamykany korkiem)”.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

8. Wózek – wanna – pkt 8. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kołami jezdnymi o średnicy minimum 20 cm z hamulcem w tym jedno blokadą kierunkową?

Odp. Zamawiający określił minimalną średnicę kół jako 11 cm.

9. Wózek – wanna – pkt 9. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 2 odchylanymi barierkami bocznymi i 2 stałymi barierkami czołowymi?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

10. Wózek – wanna – pkt 13. Czy Zamawiający miał na myśli „Maksymalny wymiar wanny”?

Odp. Zamawiający ma na myśli maksymalny wymiar materaca.

11. Wózek – wanna – pkt 14. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem unoszenia 47,5-87 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

12. Wózek – wanna – pkt 15. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z minimalną średnicą kółek wynoszącą 20 cm?

Odp. Zamawiający określił minimalną średnicę kół jako 11 cm.

- 13. Wózek – wanna – pkt 16.** Czy Zamawiający dopuści urządzenie z maksymalnym udźwigiem wynoszącym 180 kg?
- Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
- 14. Wózek – wanna – pkt 18.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymagane jest urządzenie z regulacją wysokości elektryczną (pkt 18) czy też z regulacją za pomocą mechanizmu hydraulicznego (pkt 7)?
- Odp. Zamawiający koryguje błąd i wykreśla pkt 18.**
- 15. Defibrylator - ad. 3.** Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator o masie 6,5 kg z papierem i akumulatorem?
- Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**
- 16. Defibrylator - ad. 4.** Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator z odpornością na zalanie wodą IP44?
- Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
- 17. Defibrylator - ad. 9.** Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator z czasem ładowania do pełnej pojemności wynoszącym poniżej 5 godzin?
- Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
- 18. Defibrylator - ad. 12.** Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator z akumulatorem pozwalającym na 4 godziny monitorowania pacjenta?
- Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**
- 19. Defibrylator - ad. 13.** Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator pozwalający na wykonanie 100 defibrylacji z maksymalną energią na pełni naładowanym akumulatorze?
- Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
- 20. Defibrylator - ad. 15.** Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator z programowaniem automatycznym codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora, przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test)?
- Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
- 21. Defibrylator - ad. 17.** Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator z kolorowym ekranem LCD o przekątnej 7 cali?
- Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
- 22. Defibrylator - ad. 18.** Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator z rozdzielczością 800 x 480 pikseli?
- Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**
- 23. Defibrylator - ad. 19.** Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator bez ekranu dotykowego, w którym sterowanie odbywa się za pomocą pokrętła nawigacyjnego i przycisków znajdujących się na przednim panelu aparatu?
- Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**
- 24. Defibrylator - ad. 20.** Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator umożliwiający wyświetlanie 4 krzywych dynamicznych?
- Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**
- 25. Defibrylator - ad. 30.** Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator z możliwością wykonania defibrylacji ręcznej w zakresie 1-200 J?
- Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
- 26. Defibrylator - ad. 31.** Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator z dostępnymi 20 poziomami energii?
- Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**
- 27. Defibrylator - ad. 34.** Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator z czasem ładowania do maksymalnej energii (200 J) wynoszącym poniżej 7 sekund?
- Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
- 28. Defibrylator - ad. 37.** Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator z energią defibrylacji w zakresie dla dorosłych od

Odp. Zamawiający w pkt 37 wymaga „Energia defibrylacji w trybie AED dla dorosłych w zakresie min. od 100 do 360J”. Treść pytania nie odnosi się do opisanego parametru.

29. Defibrylator - ad. 38. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator

Odp. Zamawiający w pkt 38 wymaga „Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci w zakresie min. od 10 do 200J”. Treść pytania nie odnosi się do opisanego parametru.

30. Defibrylator - ad. 39. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator

Odp. Zamawiający w pkt 39 wymaga „W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J”. Treść pytania nie odnosi się do opisanego parametru.

31. Defibrylator - ad. 44. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator wydającym komunikat w przypadku niewłaściwego kontaktu, za słabego kontaktu tyżek/elektrod z ciałem pacjenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

32. Defibrylator - ad. 45. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator umożliwiający monitorowanie 3/7 odprowadzeń?

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

33. Defibrylator - ad. 46. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator alarmujący w przypadku pojawienia się arytmii zagrażającego życiu, jednak bez funkcji jej analizy i wskazania?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

34. Defibrylator - ad. 47. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator bez analizy odcinka ST?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

35. Defibrylator - ad. 48. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator bez analizy zmian odcinka QT i obliczania wartości QTc

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

36. Defibrylator - ad. 49. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator z zakresem pomiaru akcji serca w zakresie 20-300 bpm?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

37. Defibrylator - ad. 50. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator z 7 poziomami wzmocnienia: 0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 oraz auto?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

38. Defibrylator - ad. 53. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator

Odp. Zamawiający w pkt 53 wymaga „Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta”. Treść pytania nie odnosi się do opisanego parametru.

39. Defibrylator - ad. 54. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator bez funkcji filtra cyfrowego?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

40. Defibrylator - ad. 56. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator z zakresem pomiaru respiracji metodą impedancyjną w zakresie 2-150 odd./min.?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

41. Defibrylator - ad. 60. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator oferującego natężenie prądu stymulacji w zakresie 0-140 mA?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

42. Defibrylator - ad. 61. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator oferującego zakres częstotliwości stymulacji od 30 do 180 imp./min.?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

43. Defibrylator - ad. 62. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator stosującego w każdym przypadku stymulacji stałoczasowy prostokątny impuls o szerokości 40 ms?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

44. Defibrylator - ad. 64. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator z zakresem pomiaru pulsu 25-240 uderz./min.?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

45. Defibrylator - ad. 70. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator z zakresem pomiaru NIBP wynoszącym 10-265 mmHg?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

46. Defibrylator - ad. 71. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator z zakresem pomiaru NIBP w trybie auto wynoszącym od 1 do 120 min?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

47. W PFU na stronie 18 Zamawiający informuje że punkty gazów medycznych będą:

- w ściennych tablicach poboru w sali resuscytacyjno-zabiegowej przy obu stanowiskach i sali zabiegowej (2xO 2 , 2xA, 2xV, 1xAGSS);
- w kolumnach anestezjologicznych przy obu stanowiskach na sali resuscytacyjno zabiegowej i sali zabiegowej (2xO 2 , 2xA, 2xV, 1xNO 2, 1xAGSS);
- w panelach nadłóżkowych na sali ze stanowiskami obserwacji (1xO 2 , 1xA, 1xV),
- w panelu nadłóżkowym na sali ze intensywnej terapii (2xO 2 , 1xA, 1xV),
- w moście sufitowym nadłóżkowym na sali ze stanowiskami triażowymi (2xO 2 , 2xA, 2xV);

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy powyższe urządzenia należy dostarczyć z postępowaniem przetargowym.

Odp. Zamawiający potwierdza, iż wymienione na stronie 18 PFU punkty poboru gazów są częścią instalacji gazów medycznych, jednocześnie doprecyzowuje, że w związku z faktem iż postępowanie prowadzone jest w trybie zaprojektuj i wybuduj to po stronie Wykonawcy jest wykonanie instalacji gazów medycznych jako całości. W związku z tym Zamawiający sprecyzował na stronie 57 PFU sposób wyboru rozwiązania: Instalacje gazów medycznych należy wykonać zgodnie z PN-EN ISO 7396-1. Bilans poszczególnych gazów należy wyliczyć w projekcie budowlanym na podstawie wywiadu z Użytkownikiem oraz na podstawie projektu technologii medycznej oraz określić sposób decydowania o wszelkich projektach na stronie 23 PFU „Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji przyjętych rozwiązań projektowych w zakresie ostatecznie określonego przez Wykonawcę funkcjonalnego układu pomieszczeń i ich wyposażenia na każdym etapie projektowania” – w związku z tym nie określa wymagań dotyczących punktów poboru gazów medycznych oczekując ustalenia ich w czasie powstawania projektów instalacji gazów medycznych.

48. Jeśli Zamawiający wymaga dostawy i montażu powyższego wyposażenie, czy może udzielić opisu dotyczącego danego wyposażenia.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 47.

49. Jeśli Zamawiający nie wymaga dostawy, prosimy o informacje po czyjej stronie będzie montaż wyposażenia.

Odp. Zgodnie z opisem postępowania dotyczy ono wszystkich prac i dostaw związanych z przedmiotem zamówienia, w związku z czym montaż wyposażenia będzie po stronie Wykonawcy.

50. Jeśli Zamawiający nie wymaga dostawy ale wymaga montażu po czyjej stronie będą konstrukcje wsporcze, doprowadzenie instalacji elektrycznej i gazowych pod wyżej wymienione wyposażenie.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 49.

51. Jakie urządzenia: panele, lampy oraz kolumny, należy zdemontować w obrębie przebudowanego SOR-u.

Odp. Zamawiający nie inwentaryzował poszczególnych elementów instalacyjnych do demontażu, a całe instalacje, dlatego też zaleca wizję lokalną.

52. Czy zdemontowane urządzenia należy przekazać Zamawiającemu, czy należy je ponownie zamontować.

Odp. Zdemontowane urządzenia poboru gazów medycznych należy przekazać Zamawiającemu.

Wskazane powyżej odpowiedzi i zmiany SWZ są wiążące i stanowią integralną część SWZ. Pozostałe warunki SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp niniejsze odpowiedzi zamieszczone zostały na stronie postępowania, tj. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/985299>.

Prezes Zarządu
Piotr Jakubczyk