



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 4

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ 4032 /2021

Data: 30.08.2021r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę środków dezynfekcyjnych na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.”
Znak Sprawy: 3860/ 2021.**

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 43 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści testy wsadu klasy 6 o parametrach 121°C/20min. i 134°C/7min. lub 121°C/15min. I 134°C/5,3min.? Wyższa klasa testów gwarantuje najwyższy poziom kontroli procesu sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 43 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 6 przyrządów PCD z czego każdy umożliwia przeprowadzenie 500 testów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 43 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści testy zgrzewu o wymiarach ok. 173mm x 92mm? Tak nieznaczne różnice w wymiarach testu nie wpływają w żaden sposób na jego jakość czy funkcjonalność.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 4 dot. Pakietu 43 poz. 5

Prosimy o odstąpienie od wymogu poświadczenia zgodności testów do kontroli dezynfekcji z normą ISO 15883, gdyż norma ta dotyczy wyłącznie testów mycia.

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi do wymogu.

PYTANIE nr 5 dot. Pakietu 43 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści testy do dezynfekcji w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę), ale nie wymaga.



PYTANIE nr 6 dot. Pakietu 43 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści testy mycia w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę), ale nie wymaga.

PYTANIE nr 7 dot. Pakietu 43 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 24 sztuki? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę), ale nie wymaga.

PYTANIE nr 8 dot. Pakietu 45 poz.3

Czy Zamawiający dopuści zestaw testowy Bowie-Dick zawierający arkusz testowy umieszczony w pakiecie kontrolnym, pomiędzy celulozowymi arkuszami, opakowany w specjalną tekturę. Rodzaj opakowania nie ma żadnego wpływu na jakość testu oraz na poprawność procesu sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 9 dot. Pakietu 45 poz.3

Czy Zamawiający dopuści zestaw testowy Bowie-Dick posiadający arkusz wskaźnikowy przebarwiający się z koloru niebieskiego na czarny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 10 dot. Załącznika nr 4 do SWZ - wzoru umowy - § 5, ust. 1, punkt a)

Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umowy na:

za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie FV, o której mowa w § 3 ust. 7 w wysokości 1% wartości brutto zamówienia cząstkowego, którego FV dotyczy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 11 dot. Załącznika nr 4 do SWZ - wzoru umowy - § 5, ust. 1, punkt d)

Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umowy na:

w przypadku nie dotrzymania terminu reklamacji, o którym mowa w § 7 ust. 2 kara w wysokości 1% wartości brutto reklamowanej części zamówienia cząstkowego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy zgodnie z § 8 ust. 2.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem