

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/22

Sucha Beskidzka dnia 17.02.2022r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych:  
ZOZ.V.010/DZP/07/22.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

#### Pytania do pakietu 34

##### Pytanie 1

Wykonawca nie rozumie treści SWZ. W oparciu o przepis art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp składamy wniosek o wyjaśnienie w którym kwestionujemy prawidłowość i zasadność opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zasady efektywności i konkurencyjności. Zamawiający konkretyzując ofertę nie zachowuje tym samym jednakowych warunków zamówienia dla wszystkich przedsiębiorców starających się o pozyskanie zamówienia publicznego. Wykonawca w celu wyjaśnienia wskazuje parametry budzące wątpliwości proponując produkt o tej samej lub lepszej funkcjonalności, lecz niewielkich różnicach technicznych nie mających wpływu na terapię- opisanych, w nawiasach:

##### Pozycja 1

Port naczyniowy w kształcie delty wykonany z polisulfonu z komorą tytanową, wysokość portu 10,6mm **(10,4mm, nie ma negatywnego wpływu na terapię)**, waga portu 4,7g **(4,55g parametr lepszy, lżejszy czyli mniej odczuwalny dla pacjenta)**, membrana silikonowa o średnicy 9,5 mm **(9,7mm, nie ma negatywnego wpływu na terapię)**, komora o objętości 0,25 ml **(komora o objętości 0,3ml nie ma negatywnego wpływu na terapię)**.

- do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuc
- niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi
- membrana obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji
- niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 8,5F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1mm średnica zewnętrzna 2,8mm, długość 800mm **(długość cewnika 500mm, jest to wystarczająca długość do implantacji portu- resztę się ucina)**, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu

Zestaw akcesoriów wprowadzających:

- strzykawka 10ml
- igła Seldingera 18G
- dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu
- drut przewodnik J w podajniku

- łącznik z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika
- rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną

tunelizator o tępych zakończeniach

- igłą ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20mm

Każdy port posiada instrukcję w jęz. polskim oraz kartę pacjenta umożliwiającą identyfikację portu.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.**

Pozycja 2

Port naczyniowy w kształcie delty wykonany z polisulfonu z komorą tytanową, wysokość 13,2mm (**12mm, nie ma negatywnego wpływu na terapię**), waga portu 9g (**6g parametr lepszy, lżejszy czyli mniej odczuwalny dla pacjenta**), membrana silikonowa o średnicy 12mm (**12,5mm nie ma negatywnego wpływu na terapię**), komora o objętości 0,5 ml.

- do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć
- niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi

- membrana obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji
- niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 8,5F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1mm średnica zewnętrzna 2,8mm, długość 800mm (**długość cewnika 500mm, jest to wystarczająca długość do implantacji portu- resztę się ucina**), z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o

zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu

Zestaw akcesoriów wprowadzających:

- strzykawka 10ml
- igła Seldingera 18G
- dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu
- drut przewodnik J w podajniku
- dwa łącznik z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika
- rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną
- tunelizator o tępych zakończeniach
- igłą ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20mm

Każdy port posiada instrukcję w jęz. polskim oraz kartę pacjenta umożliwiającą identyfikację portu.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.**

Pytanie 2 do pozycji 3 i 4

W pozycji nr 1 i 2 Zamawiający umieścił porty wraz z zestawem akcesoriów wprowadzających. Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający wymaga drugi zestaw wprowadzający - pozycja 3 ? Naszym zdaniem takie działanie ma na celu ograniczenie konkurencji, gdyż w większości szpitali w Polsce stosujących w dużych ilościach porty naczyniowe (np. Centra Onkologii) wystarcza standardowy port z jednym zestawem.

To samo dotyczy pozycji nr 4- zestaw do usuwania portu stanowi jedynie utrudnienie udziału w postępowaniu innym wykonawcom. Wszystkie elementy wymienione w zestawie do usuwania są w typowym wyposażeniu szpitalnym, należy też podkreślić że pozycja 3 i 4 nie jest tożsama z pozycją 1 i 2. Ponadto pakiet nr 34 dotyczy portów naczyniowych więc niezrozumiałe dla wykonawcy jest dlaczego w pakiecie tym znalazły

się zestawy, które nie są portami, a obłożeniami jednorazowymi. Proponujemy usunąć z pakietu 34 pozycję nietożsamą czyli : 3 i 4.

**Odp. Dodatkowy zestaw wprowadzający ma zabezpieczyć operatora zabiegu w przypadku komplikacji przed koniecznością otwarcia pełnego nowego zestawu i ponoszenia niepotrzebnych kosztów. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytanie 3 dotyczy pozycji 1,2,3-4

Zamawiający zauważył niejasności w dokumentacji postępowania, w którym chce wziąć udział. Poprzez wyjaśnienie wykonawca chce uniknąć negatywnych konsekwencji, np. odrzucenia oferty z powodu jej niezgodności z SWZ. Dla wykonawcy ważne jest poznanie interpretacji przyjmowanej przez Zamawiającego. Wykonawca zauważył nieścisłości, a nawet błędy w SWZ i zgłosił je Zamawiającemu w omawianych powyżej pytaniach, dzięki temu Zamawiający może stworzyć dokumentację bardziej przejrzystą do rzeczywistych warunków realizacji zamówienia lub do uzyskania dokumentacji pozbawionej błędów.

Artykułu 3 5 4 KC nakłada na strony stosunku prawnego obowiązek dochowania należytej staranności w wyjaśnieniach, tak więc wyjaśnienie jest nie tylko prawem ale przede wszystkim obowiązkiem. Jeżeli Zamawiający po wpłynięciu powyższych pytań nie wprowadził koniecznych zmian do opisu przedmiotu zamówienia, które były wątpliwością dla Wykonawcy prosimy o doprecyzowanie i uszczegółowienie przyczyny odrzucenia zaproponowanych rozwiązań i uzasadnienie przyczyny takiego wyboru w oparciu o przepisy PZP.

**Odp. Zamawiający ma obowiązek dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający zaspokojenie jego potrzeb.**

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opiekunów Zamówień  
m. St. Agnieszka Pizalowa-Hajdyla  
m. St. Agnieszka Pizalowa-Hajdyla

Starszy Inspektor  
ds zamówień publicznych  
mgr Agnieszka Pizalowa-Hajdyla