



**Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**  
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice  
www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 24.08.2023r.

Znak: ZP.26.2.37.2023.1

**Informacja o wpłynięciu pytań oraz modyfikacji zapytania ofertowego  
pn. "Dostawa i montaż lampy zabiegowej  
dla Oddziału Chirurgii ZZOZ w Wadowicach"**

Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, przekazuje zapytania od Wykonawcy dotyczące treści zapytania ofertowego pn „Dostawa i montaż lampy zabiegowej dla Oddziału Chirurgii ZZOZ w Wadowicach”, znak: ZP.26.2.37.2023 i udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1** Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści do zaoferowania lampę wyposażoną w zawieszenie sufitowe czaszy składające się z 2 ramion – horyzontalnego oraz sprężystego, obrót ramion o 360 stopni?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

**Pytanie 2** Czy Zamawiający w pkt. 2 będzie wymagał w lampie zabiegowej uchwytu na monitor? Jest to rozwiązanie niestandardowe w tego typu lampach.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga uchwytu na monitor i **modyfikuje Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 3 Formularz ofertowy** w ww. zakresie. Zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia oraz Formularz ofertowy stanowią osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

**Pytanie 3** Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści do zaoferowania zamkniętą szczelną obudowę czaszy lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych, wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego przystosowanego do mycia i dezynfekcji powszechnie stosowanymi środkami?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

**Pytanie 4** Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści do zaoferowania czaszą o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażoną w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących? Moduły LED z odpornymi na zarysowania i środki czyszczące osłonami wykonanymi z polycarbonatu z osłoną silikatu który zapobiega powstawaniu rys i chroni przed agresywnymi środkami dezynfekcyjnymi?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

**Pytanie 5** Czy Zamawiający w pkt. 19 dopuści do zaoferowania jednorodną oprawę bez widocznych przerw i otworów, bez elementów trudnych do czyszczenia i dezynfekcji, zapewniającą jak najmniejsze zakłócenie nawiewu laminarnego?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

**Pytanie 6** Czy Zamawiający w pkt. 27 będzie wymagał aby głębokość świetlna L1+L2 wynosiła min. 160 cm? Jest to wartość gwarantująca wygodną obsługę lampy której słup światła trafia w miejsce zabiegowe z bezpiecznej odległości.

**Odpowiedź: Tak.** Zamawiający **modyfikuje Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 3 Formularz ofertowy.** Zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia oraz Formularz ofertowy stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

**Pytanie 7** Ad. 5. 6. Czy Zamawiający dopuści lampę, w której diody osłonięte są szybą ze szkła bezpiecznego? Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego. Szyba nie ulega degradacji i zmatowieniu pod wpływem środków dezynfekujących.

**Odpowiedź: Tak,** pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów (w tym wymiany modułów bez konieczności otwierania obudowy czaszy).

**Pytanie 8** Ad. 9. Czy zamawiający dopuści lampę, której współczynnik odwzorowania barw Ra wynosi 96? Różnica w stosunku do wymogów SWZ jest niewielka i niezauważalna dla ludzkiego oka.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

**Pytanie 9** Ad.16. Czy zamawiający dopuści lampę, której zużycie energii elektrycznej wynosi 55W?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

**Pytanie 10** Ad.17. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której dwa panele sterujące umieszczone są na kopule? Tego typu rozwiązanie zapewnia sterowanie parametrem regulacji natężenia oświetlenia przez dwóch operatorów stojących po przeciwległych stronach stołu operacyjnego.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

**Pytanie 11** Ad. 18. Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy 630 mm? Oferowana kopuła zapewnia dużą bezcieniowość, jest lekka i łatwa w manewrowaniu. Jest to rozwiązanie równoważne do żądanego.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

**Pytanie 12** Ad. 19. Czy Zamawiający dopuści czasze w kształcie koła bez otworów? Kopuła jest specjalnie wyprofilowana i tworzy idealne warunki do współpracy z nawiewem laminarnym - minimalizuje zakłócenia w jego przepływie.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

**Pytanie 13** Ad. 25. Czy Zamawiający dopuści lampy w których **moduły oświetleniowe wymieniane są przez serwis firmowy bądź autoryzowany?** Takie rozwiązanie rekomendowane jest przez producenta jako bezpieczniejsze, gwarantujące stałą wielkość parametrów świetlnych i niezmienną funkcjonalność lampy.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

**Pytanie 14** Czy Zamawiający dopuści lampę o natężeniu 60 000 lx? – dotyczy l.p. 7

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

**Pytanie 15** Czy Zamawiający dopuści lampę ze stałym polem roboczym o wartości 240mm?. – dotyczy l.p. 8

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

**Pytanie 16** Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku odwzorowania barw –Ra 95? – dotyczy l.p. 9

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

**Pytanie 17** Czy Zamawiający dopuści lampę, w której wymiana modułów diodowych LED odbywa się za pomocą dedykowanego narzędzia (dostarczanego wraz z lampą), ale z koniecznością otwierania obudowy czaszy? – dotyczy l.p. 25

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

**Pytanie 18** Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku R9 = 90? – dotyczy l.p. 26

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

**Pytanie 19** Z uwagi, że w zestawieniu parametrów nie jest określona wartość głębokości oświetlenia L1+L2, czy Zamawiający dopuści 1400mm? – dotyczy l.p. 27

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

**Pytanie 20** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 6 tygodni od dnia podpisania umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

**Pytanie 21** Czy Zamawiający dopuści lampę z regulowanym polem roboczym w zakresie 160-360mm? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SWZ. – dotyczy l.p. 8

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

**Pytanie 22** Czy Zamawiający dopuści lampę z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 3800-4800K? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SWZ – dotyczy l.p. 10

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

**Pytanie 23** Czy Zamawiający dopuści lampę z zużyciem energii 70W? – dotyczy l.p. 16

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

**Pytanie 24** Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy czaszy 600mm? – dotyczy l.p. 18

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

**Pytanie 25** Czy Zamawiający dopuści lampę, w której wymiana modułów diodowych LED odbywa się za pomocą dedykowanego narzędzia (dostarczanego wraz z lampą), ale z koniecznością otwierania obudowy czaszy? – dotyczy l.p. 25

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

**Pytanie 26** Z uwagi, że w zestawieniu parametrów nie jest określona wartość głębokości oświetlenia L1+L2, czy Zamawiający dopuści 1100mm? – dotyczy l.p. 27

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

**Pytanie 27** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 10 tygodni od dnia podpisania umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert **nie ulega zmianie**. Ofertę należy przesłać **do dnia 28.08.2023r. do godziny 10.00** za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>

Proszę o **niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma**.

*Pełnomocnik Dyrektora ZZOZ w Wadowicach  
ds. Infrastruktury i Logistyki*

***mgr inż. Tomasz Matera***

**Otrzymują:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>

1 x Wykonawcy (e-mail)

1 x a/a.