



## Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach

ul. W. Szczepaniaka 23 25-118 Kielce

Regon 291011370 NIP 959-12-89-935

[wspkielce@gmail.com](mailto:wspkielce@gmail.com)

tel: 41 330 34 18, tel/fax 41 330 34 11

Kielce, 26.11.2024r.

### Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zapytania ofertowego **ZO/2/2024/WSPL** na **zakup wraz z dostawą drobnych artykułów medycznych** dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

#### Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści do złożenia oferty na zakup detektora do aparatu rtg Riviera VH o lepszych parametrach niż podano w zaproszeniu do złożenia oferty z dnia 21.11.2024? Chcielibyśmy zaproponować Państwu cyfrowy bezprzewodowy pełnoformatowy detektor w formacie 43 cm x43 cm z możliwością podłączenia kablowego (przewód 7m) z certyfikatem medycznym – detektor pełnoformatowy zapewni większe pole obrazowe, dzięki czemu nie trzeba wykonywać zmiany położenia detektora w szufladzie aparatu rtg, co ogranicza ryzyko uszkodzenia i zmniejsza szybkości eksploatacji jest dużo lepszym, bardziej uniwersalnym rozwiązaniem).

Poniżej przedstawiamy parametry oferowanego detektora:

- technologia a-si TFT,
- scyntylator: Csi,
- rozdzielczość piksela 100  $\mu$ m
- rozdzielczość graniczna: 4,3mm/lp,
- piksele 4267x4267 px,
- rozmiar obrazu: 427x427 mm,
- głębokość akwizycji 16 bit,
- czas akwizycji 16 bit,
- czas pracy bezprzewodowej max. 8h(1 bateria), w zestawie są 2 baterie max. 16 h,
- stopień ochrony IP 56,
- środowisko pracy: 10 ~ 35°C, 5 ~ 90% RH
- komputer dostosowany do pracy z detektorem,
- oprogramowanie diagnostyczne kompatybilne z detektorem,
- gwarancja 24 miesiące, liczona od dostawy urządzenia, gwarancja obejmuje wymianę części na nowe lub ich naprawę oraz demontaż, montaż, transport. Wszystkie naprawy automatycznie przedłużają okres gwarancji o czas przestoju, który będzie liczony od dnia stwierdzenia usterki do dnia jej usunięcia,
- komplet dokumentów w tym: instrukcja, paszport techniczny.
- oferta cenowa zawiera cenę detektora wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami wyposażenia, dostawę i wszelkie inne koszty.
- detektor posiada atest (certyfikat, deklaracje zgodności) dopuszczony w UE.

Odpowiedź na pytanie nr 1

TAK, Zamawiający dopuści detektor z powyższymi parametrami

Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

DYREKTOR WSPL SPZOZ w Kielcach

Konrad Łęcki