

Znak: ZOZ.V.010/DZP/34/22

Sucha Beskidzka dnia 20.05.2022r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici, siatek i staplerów chirurgicznych.

Znak: ZOZ. V.010/DZP/34/22.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

**1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13, pozycja nr 1, 2, 3:**

Siatkę kompozytową, wewnątrztrzewnową, miękką, niewchłaniającą, 2-warstwową do procedur otwartych i laparoskopowych. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała, o grubości 0,62 mm, gramaturze średniej 108 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów max. 1,36 mm, grubość nici 120 μm i 180 μm, śr. max. wytrzymałość na rozciąganie ≥2,6 N/mm, z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, z oznaczeniem strony implantacji, dwukierunkowa elastyczność, nietytanizowaną, w rozmiarach:

- poz. 1: 11 x 14 cm,
- poz. 2: 14 x 18 cm,
- poz. 3: 30 x 30 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**2. Dotyczy Pakietu nr 13, pozycja nr 1, 2, 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie tylko **1 sztuki próbki niesterylnej** w rozmiarze 11x14 **lub** 14 x 18 cm z uwagi na duży koszt siatki?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12:**

Siatkę separującą do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pooperacyjnych, wewnątrztrzewnową, miękką, niewchłaniającą, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki, z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała. Grubość siatki 0,62 mm, gramatura średnia 108 g/m<sup>2</sup>, z oznaczeniem strony implantacji (strona z ePTFE jest identyfikowana znacznikiem wykonanym czarnym tuszem silikonowym), z możliwością przycinania siatki bez ryzyka rozwarstwienia

protezy i utraty włókien polipropylenowych oraz posiadającą pamięć kształtu, w rozmiarze 11 x 14 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**4. Dotyczy Pakietu nr 12:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie **próbki niesterylnej** w rozmiarze 11x14?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem

  
Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
mgr Jantysz Baczewski

  
Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Sabina Steczek