

Wybrane oferty

Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie ul. Batalionów Chłopskich 3/7 w związku z zakończonym postępowaniem o zamówienie publiczne na: dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.39.D.2020 informuje, że wybrano n/w oferty przedstawiające najkorzystniejszy bilans kryteriów.

	Nazwa oferenta	Cena
1.	ERBE Polska Sp. z o.o Al. Rzeczypospolitej 14/28 02-972 Warszawa	Zadanie 8 – 9.720,00 brutto

Odrzucenie ofert:

Oferta Wykonawcy Medtronic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie zadania 2 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

„ Zamawiający w **Zadaniu 2** w pozycji **2** wymagał zaoferowania: Rurka intubacyjna z mankietem (...), mankiet miękki, cienkościenny (...) o **właściwościach ograniczających wzrost ciśnienia wewnątrz mankieta (...)**.

Firma Medtronic Poland Sp. z o. o. zaoferowała w Zadaniu 2 w pozycji 2 rurki intubacyjne Covidien, nr kat. 9xxxE. Zaoferowana rurka **nie posiada systemu ograniczającego wzrost ciśnienia** wewnątrz mankieta.

Zamawiający w **Zadaniu 2** w pozycji **3** wymagał zaoferowania: Rurka tracheostomijna z mankietem (...), mankiet miękki, cienkościenny (...) o **właściwościach ograniczających wzrost ciśnienia wewnątrz mankieta, (...)**. **Sztywny mandryn z otworem na prowadnicę** (rurki tracheostomijne).

Firma Medtronic Poland Sp. z o. o. zaoferowała w Zadaniu 2 w pozycji 3 rurki tracheostomijne Covidien, nr kat. 138-xx. Zaoferowana rurka **nie posiada systemu ograniczającego wzrost ciśnienia** wewnątrz mankieta oraz **nie posiada** wymaganego sztywnego mandrynu z otworem na prowadnicę..

Oferta Wykonawcy Bialmed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie zadania 2 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

„ Zamawiający w **Zadaniu 2** w pozycji **2** wymagał zaoferowania: Rurka intubacyjna z mankietem (...), mankiet miękki, cienkościenny (...) o **właściwościach ograniczających wzrost ciśnienia wewnątrz mankieta (...)**.

Firma Bialmed Sp. z o. o. zaoferowała w Zadaniu 2 w pozycji 2 rurki intubacyjne Greetmed, nr kat. GT014-100-xx. Zaoferowana rurka **nie posiada systemu ograniczającego wzrost ciśnienia** wewnątrz mankieta.

Zamawiający w **Zadaniu 2** w pozycji **3** wymagał zaoferowania: Rurka tracheostomijna z mankietem (...), mankiet miękki, cienkościenny (...) o **właściwościach ograniczających wzrost ciśnienia wewnątrz mankieta, (...)**. **Sztywny mandryn z otworem na prowadnicę** (rurki tracheostomijne).

Firma Bialmed Sp. z o. o. zaoferowała w Zadaniu 2 w pozycji 3 rurki tracheostomijne Greetmed, nr kat. GT015-100-xx. Zaoferowana rurka **nie posiada systemu ograniczającego wzrost ciśnienia** wewnątrz mankietu oraz **nie posiada** wymaganego sztywnego mandrynu z otworem na prowadnicę..

Unieważnione zadania:

W zakresie **zadania 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10** postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 1, nie złożono żadnej oferty w w/w postępowaniu.

W zakresie **zadania 2** postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wartość kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania 2 wynosi 6.452,00 złotych brutto

Streszczenie oceny i porównania ofert

	Nazwa oferenta	Streszczenie oceny i porównania ofert (przyznane punkty za cenę)	Streszczenie oceny i porównania ofert (przyznane punkty za cechy użytkowe)	Streszczenie oceny i porównania ofert (suma przyznanych punktów)
1	AKME Pałejko S.J. Ul. Poloneza 89B 02-826 Warszawa	Zadanie 2 – 50pkt	Zadanie 2 - 50pkt	Zadanie 2 –100pkt
2	ERBE Polska Sp. z o.o Al. Rzeczypospolitej 14/28 02-972 Warszawa	Zadanie 8 - 100pkt		Zadanie 8 - 100pkt

Z poważaniem

