



Gliwice 14.05.2021r.

Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego, na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego pt. „Systemy sztucznej inteligencji wspomaganie detekcji i monitorowania COVID-19 w badaniach tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości z użyciem systemu klasyfikacji i raportowania danych COVID-RADS (COVRAD).”

Czy serie grubości warstwy rekonstrukcji mogą być grubości 2,5 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, aby w każdym z badań TK przynajmniej jedna seria rekonstrukcji z badania, obejmująca zakresem anatomicznym klatkę piersiową, została zrekonstruowana warstwą grubości mniejszej lub równej 2,5 mm. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że przy wyborze oferty będzie preferował wykonawców posiadających zdolność dostarczenia odpowiednio wysokiej liczby badań o grubości warstwy mniejszej lub równej 1,25 mm.TK do Politechniki Śląskiej.

Pozostałe warunki zamówienia pozostają bez zmian.