

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa mobilnego licznika cząstek ultradrobnych z podziałem na minimum 6 zakresów cząstek dla Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr.

	Opis właściwości	Minimalne wymagania	Oferowany parametr
1	Możliwość zliczania cząstek ultra drobnych o średnicy:	Zakres od 10 nm do 300 nm	Zakres od nm do nm
	Pomiar wskaźników definiujących aerozole: <ul style="list-style-type: none"> • Liczba cząstek : • Zliczanie cząstek w przedziałach • Pole powierzchni • Stężenie cząstek ultradrobnych • LSDA 	0-10 ⁶ cz./cm ³ Nie mniej niż 6 zakresów Minimalnie 0-50000 μm ² /cm ³ Minimalnie 0-2000 μg/m ³ Minimalnie 0-10000 mm ² /cm ³	Liczba cząstekcz./cm ³ L. przedziałów: ... Pole powierzchniμm ² /cm ³ Stężenie cząstekμg/m ³ LSDA.....mm ² /cm ³
	Rozdzielczość czasowa	Nie większa niż 1 s	Rozdzielczość czasowa
	Waga	Nie większa niż 0.5 kg	Waga....
	Zasilanie	Wbudowany akumulator umożliwiający wykonywanie pomiarów w terenie, czas pracy minimum 24h Zasilacz pozwalający na ładowanie akumulatora	Tak/NIE
2	Zapis danych	Karta SD lub mikro SD	Tak/NIE
3	Proponowany Producent i typ/model urządzenia Poz. 1. Licznik cząstek		
4	Gwarancja	24 m-ce	Tak/NIE
5	Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:	Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kosiby 8 51-621 Wrocław	Tak/NIE

Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wyżej wymienione parametry i wymagania oraz, że oferuję wyżej wymienione warunki dostawy i gwarancji.

.....
(miejscowość, data)

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań