



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
 ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
 www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Modyfikacja z dnia 02.08.2022

Przedmiot zamówienia: Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2 szt.

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2022	TAK	
2.	Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV	TAK	
3.	Szerokość całkowita: 850 mm (± 30 mm) Długość całkowita: 2170 mm (± 30 mm)	TAK PODAĆ	
4.	Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 450 - 800 mm (± 30 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka.	TAK PODAĆ	
5.	Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: $0^{\circ} - 12^{\circ}$ ($\pm 2^{\circ}$) – regulacja płynna	TAK PODAĆ	
6.	Pozycja anti-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: $0^{\circ} - 12^{\circ}$ ($\pm 2^{\circ}$) – regulacja płynna	TAK PODAĆ	
7.	Leże dwusegmentowe, wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG	TAK PODAĆ	
8.	Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia	TAK	
9.	Na szczytach wózka uchwyty chromowane z tworzywowymi wstawkami ułatwiające łatwe prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem. Uchwyty z możliwością blokady podczas transportu.	TAK PODAĆ	
10.	Wózek wyposażony w min. 2 listwy po bokach wózków, wyposażone w przesuwne uchwyty do mocowania akcesoriów.	TAK	
11.	Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: $0-70^{\circ}$ ($\pm 3^{\circ}$) - regulacja płynna	TAK PODAĆ	
12.	Wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe. W części wezgłowia krążki dwuosiove.	TAK	

13.	Barierki boczne zabezpieczające w $\frac{3}{4}$ długości leża składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża. Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości.	Tak	
14.	Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym.	TAK	
15.	Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża	TAK	
16.	Wyposażenie wózka: <ul style="list-style-type: none"> wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki, materac z pianki w pokrowcu zmywalnym, grubość materaca min. 8 cm. Tworzywowa taca do podawania posiłków 	TAK	
17.	Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie	TAK	
18.	Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji.	TAK PODAĆ	
19.	Koła min 150mm. Blokada centralna kół.	TAK	
20.	Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg	TAK	
21.	<ul style="list-style-type: none"> WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, Wózek zgodny z normą PN EN 60601-2-52	TAK	
22.	<ul style="list-style-type: none"> Gwarancja min. 24 miesięcy 	TAK PODAĆ	
23.	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat	TAK PODAĆ	
24.	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat	TAK PODAĆ	
25.	Czas reakcji serwisu max. 72 godz.	TAK	

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.