



Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 25 53
fax. 0-12 614 25 51
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
DZ- 271.50. **391** .2021

Kraków, dnia 30.06 .2021 r.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, iż wpłynęły pytania do postępowania nr **DZ.271.50.2021: dostawa samorozprężalnych stentów przelykowych, tchawicznych i oskrzelowych**

Pytanie 1

Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie balonu z kateterem o średnicy 2,4 mm do endoskopów z kanałem roboczym o średnicy minimum 3,2 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie balonu z kateterem o średnicy 2,4 mm do endoskopów z kanałem roboczym o średnicy minimum 2,8 mm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie strzykawkę o pojemności 30 ml, działających samodzielnie, bez wymagania współpracy z urządzeniem ALLIANCE II.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Dotyczy pakietu nr 3

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, „balonów do poszerzania zwężeń przelyku bez przewodnika” z cewnikiem o średnicy 7Fr. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Dotyczy pakietu nr 3

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, „balonów do poszerzania zwężeń przelyku z przewodnikiem” z cewnikiem o średnicy 8Fr i długości tylko 240cm. Pozostałe parametry z godnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Z poważaniem

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
dr hab. n. med. Dorota Sobczyk

