



L.dz. SK/735Z/DPUB/05/2021

Warszawa, dnia 30.09.2021 r.

**Wyjaśnienia i Modyfikacja  
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w przetargu nieograniczonym na „Dostawy odzieży medycznej niesterylnej” nr 10/09/21 opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 21.09.2021 nr 2021/S 183 – 475425.**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 i art. 137 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

**PAKIET 1**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w zadaniu 1 dopuści do złożenia oferty na maseczki wyposażone we wkładkę modelującą na nos bez plastikowej osłonki oraz pakowane po 50 sztuk w folie oraz kartonik?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2**

Maska ochronna – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie skuteczność filtracji BFE >98% zgodnie z EN 14683:2019.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski o poziomie filtracji  $\geq 98\%$ .

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

***W przypadku Wykonawców oferujących produkty o dopuszczonych parametrach, powinni oni dokonać odpowiedniej modyfikacji załącznika asortymentowo-cenowego w odpowiedniej kolumnie formularza, z którego będzie wynikać opis zaoferowanego produktu.***

**PAKIET 4**

**Pytanie 4**

Czepek – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepek o gramaturze 18 g/m<sup>2</sup> w opakowaniu typu folia ‘ 100 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 5**

Czepek – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepek o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup> w opakowaniu typu folia ‘ 100 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.



**Pytanie 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków wykonanych z włókniny o gramaturze 17-20g/m<sup>2</sup>, pakowanych w opakowanie foliowe a'100szt, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**PAKIET 5**

**Pytanie 7**

Ochraniacze na obuwiu – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy w rozmiarze 41x15 cm- materiał: CPE (polietylen)- mocowane za pomocą gumki - grubość 35 mikronów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**PAKIET 6**

**Pytanie 8**

Fartuch jednorazowy – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o gramaturze 20 g/m<sup>2</sup>, pozostałe zapisy zgodnie SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>, pozostałe zapisy zgodnie SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wizytacyjnych wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>, w rozmiarze uniwersalnym 120x140cm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**PAKIET 7**

**Pytanie 11**

Komplet męski(bluza + spodnie) – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

**Pytanie 12**

Komplet męski (bluza + spodnie) - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu chirurgicznego (bluza + spodnie) posiadający trzy kieszenie – Jedna na górze o wymiarach (13,5 x 15,5cm) oraz dwie na dole o wymiarach (17,5 x 18cm).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów posiadających nieobszyte mankiety, z 2 kieszeniami (19,5 x 17,5cm) w dolnej części bluzy, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.



**Pytanie 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 7 ubrania operacyjnego - komplet bluza + spodnie. Niesterylne. Wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>. Bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” pod szyją i trzema kieszeniami. Spodnie wiązane w pasie; nogawki spodni bez ściągaczy. Kolor ciemno niebieski, lamówka w kolorze białym. Włóknina nieprześwitująca. Produkt jest zgodny z normami: ISO 90001, ISO 13485:2016, EN 13795 oraz Dyrektywą 93/42/EEC. Rozmiar: S-XXXL.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

*W przypadku Wykonawców oferujących produkty o dopuszczonych parametrach, powinni oni dokonać odpowiedniej modyfikacji załącznika asortymentowo-cenowego w odpowiedniej kolumnie formularza, z którego będzie wynikać opis zaferowanego produktu.*

**PAKIET 8**

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie masek wyposażonych w sztywnik o długości 11 (+/- 1) cm, o wymiarach 17,5 x 9,5cm (+/- 0,5)cm, z trokami o długości 38cm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 16**

Maska chirurgiczna włókninowa wiązana na troki – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej wiązanej na troki odpornej na przesiąkanie.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga masek „wykonanych w technologii Splash Resistant (wodoodporna) – odpornych na przenikanie płynów”. Pozostałe parametry zgodnie z wymogiem SWZ.

**Pytanie 17**

Maska chirurgiczna włókninowa wiązana na troki – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej wiązanej na troki o wymiarach ( maska nierozłożona) długość 17,5 cm x szerokość 9,5 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**ZATWIERDZAM  
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH  
MGR ANASTAZJA WIĘCKIEWICZ**