



Znak: AE/ZP-27-13/21

Tarnów, 2021-06-16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 214.000 EURO) na dostawę łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych – po 61 szt. dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 2 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada konstrukcję wykonaną z elementów metalowych lakierowanych proszkowo w kolorze RAL 9002 tzw. „złamana biel” bez możliwości wyboru koloru ramy łóżka?
2. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 4 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada wymiary zewnętrzne łóżka: długość wynosząca 2270 mm?
3. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 6 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada segmenty leża wypełnione płytą HPL przezierna dla promieni RTG, płyta w leżu bez otworów wentylacyjnych, segmenty leża odejmowane bez użycia narzędzi?
4. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 9 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada sterowanie za pomocą pilota przewodowego bez możliwości blokowania funkcji oraz panelu sterującego umieszczonego w półce na pościel od strony nóg pacjenta z możliwością selektywnego blokowania funkcji elektrycznych; sterowanie za pomocą panelu następujących funkcji: zmiana wysokości leża; zmiana kąta pochylenia segmentu oparcia pleców; zmiana kąta pochylenia segmentu udowego; zmiana kąta pochylenia segmentów oparcia pleców i udowego – funkcja autokontur; przechył wzdłużny (Trendelenburg i anty – Trendelenburg); pozycja „krzesło kardiologiczne”; pozycja do badań; pozycja Fowlera; pozycja Trendelenburga; pozycja zerowa?
5. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 15 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, odporne na uszkodzenia mechaniczne, wykonane z tworzywa z kolorowa wklejką dostępną w pięciu kolorach: blue triangles; RAL 5002 (granatowy); RAL 5012 (niebieski); RAL 6019 (seledynowy); RAL 1015 (beżowy)?
6. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 30 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada konstrukcję szafki oraz czoła i drzwiczki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo?
7. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 30 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada blaty wykonane z tworzywa ABS?
8. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 34 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada jedną otwartą półkę pod szufladą, brak drugiej otwartej półki pod zamykaną komorą?
9. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 35 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada głębokość wynoszącą 390 mm?

10. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 36 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłózkową, która posiada wymiary blatu bocznego wynoszące 340 x 580 mm?
11. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 30 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłózkową, która posiada szkielet lakierowany proszkowo w kolorze RAL 9002 tzw. „złamanej bieli” bez możliwości wyboru kolorystycznego?
12. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 37 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłózkową, która posiada fronty szuflady i drzwiczek dostępne w czterech kolorach: RAL 5002 (granatowy); RAL 5012 (niebieski); RAL 6019 (seledynowy); RAL 1015 (beżowy)?
13. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 4 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści szerokość (wraz z zamontowanymi barierkami) 980 mm (+/- 10 mm)?
14. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 6 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści segmenty leża ruchome (segment oparcia pleców, uda, podudzia) wykonane z płyt HPL z otworami wentylacyjnymi, odcinane bez użycia narzędzi oraz stały segment miednicy stalowy, lakierowany proszkowo z otworami wentylacyjnymi?
15. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 6 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści segmenty leża ruchome (segment oparcia pleców, uda, podudzia) wykonane z płyt HPL z otworami wentylacyjnymi, płyty zamocowane na stałe oraz stały segment miednicy stalowy, lakierowany proszkowo z otworami wentylacyjnymi?
16. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 7 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wymiary leża: długość segmentu oparcia pleców 790 mm, segmentu miednicy 170 mm, segment uda 320 mm, segment podudzia 620 mm; szerokość 830 mm?
17. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 9 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści łóżko sterowane przewodowym pilotem (z uchwytem mocującym do łóżka) oraz panelem centralnym zawieszanym na szczycie od strony nóg z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny z poziomu panelu centralnego (zablokowanie danej funkcji na panelu spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie)?
18. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 20 i 27 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy (w pkt. 20 i 27) Zamawiający dopuści łóżko bez półki na pościel?
19. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 23 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści materac wykonany z pianki o gęstości 25 kg/m³?
20. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 30 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy (w pkt. 30) Zamawiający dopuści fronty szafki metalowe lakierowane proszkowo?
21. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 33 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy (w pkt. 33) Zamawiający dopuści tylko dwa boki blatu bocznego wyposażone w ograniczniki zabezpieczające przedmioty położone na blacie przed łatwym spadnięciem?
22. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 34 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy (w pkt. 34) Zamawiający dopuści jedną otwartą półkę pomiędzy szufladą, a zamykaną komorą z półką?
23. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 35 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy (w pkt. 35) Zamawiający dopuści głębokość szafki 405 mm?
24. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 36 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy (w pkt. 36) Zamawiający dopuści wymiary blatu bocznego 340 x 590 mm?
25. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 4 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne elektryczne o wymiarach całkowitych 2180 x 960 mm?
26. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 6 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające segmenty leża wypełnione panelami HPL?

27. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 14 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne elektryczne posiadające szczyty wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?
28. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 8 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne elektryczne z bezpiecznym obciążeniem 230 kg?
29. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 16 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające koła o średnicy 125 mm?
30. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 21 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne wykonane z 3 profili stalowych lakierowanych proszkowo, zabezpieczające pacjenta na $\frac{3}{4}$ długości leża?
31. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 21 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w jedną barierkę boczną z każdej strony łóżka?
32. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 27 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne elektryczne wyposażone w półkę do odkładania pościeli, wystającą w niewielkim stopniu poza ramę łóżka jednak nie wykraczającą poza zewnętrzny obrys łóżka stanowiący przez krążki odbojowe?
33. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 32 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe posiadające blat boczny z regulacją wysokości, jednak nie wspomaganą sprężyną gazową?
34. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 36 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe posiadające blat boczny o wymiarach 340 mm x 550 mm?
35. **Dotyczy pkt 24.18 SWZ.** Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o informacje w jakim terminie nastąpi płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 2 Załącznika Nr 5 do SWZ dla Łóżek oferowanych w **pozycji nr 1**.

Ad 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **pozycji nr 1** łóżka, które posiada wymiary zewnętrzne: długość wynosząca 2270 mm.

Ad 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **pozycji nr 1** łóżek, które posiadają segmenty leża wypełnione płytą HPL przezierna dla promieni RTG, płyta w leżu bez otworów wentylacyjnych.

Ad 4 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 9 Załącznika Nr 5 do SWZ dla łóżek oferowanych w **pozycji 1**.

Ad 5 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 15 Załącznika Nr 5 do SWZ dla łóżek oferowanych w **pozycji 1**.

Ad 6 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 30 Załącznika Nr 5 do SWZ dla szafek przyłóżkowych oferowanych w **pozycji 2**.

Ad 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **pozycji nr 2** szafek przyłóżkowych, które posiadają blaty wykonane z tworzywa ABS, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 8 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 34 Załącznika Nr 5 do SWZ dla szafek przyłóżkowych oferowanych w **pozycji 2**.

Ad 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **pozycji nr 2** szafek przyłóżkowych, posiadających głębokość wynoszącą 390 mm.

Ad 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **pozycji nr 2** szafek przyłóżkowych z blatem bocznym o wymiarach krótszego boku od 340 mm do 400 mm (dłuższy bok spełnia wymagania Zamawiającego), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 11 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 30 Załącznika Nr 5 do SWZ dla szafek przyłóżkowych oferowanych w **pozycji 2**.

Ad 12 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 37 Załącznika Nr 5 do SWZ dla szafek przyłóżkowych oferowanych w **pozycji 2**.

Ad 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **pozycji nr 1** łóżek o szerokość (wraz z zamontowanymi barierkami) od 960 do 1030 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **pozycji nr 1** łóżek z segmentami leża wykonanymi z płyt HPL, nie wyraża również zgody na zaoferowanie łóżek ze stalowym segmentem miednicy lakierowanym proszkowo.

Ad 15 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **pozycji nr 1** łóżek z segmentami leża wykonanymi z płyt HPL płyty zamocowane na stałe, nie wyraża również zgody na zaoferowanie łóżek ze stalowym segmentem miednicy lakierowanym proszkowo.

Ad 16 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 7 Załącznika Nr 5 do SWZ dla łóżek oferowanych w **pozycji nr 1**.

Ad 17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **pozycji nr 1** łóżek sterowanych przewodowym pilotem (z uchwytem mocującym do łóżka) oraz panelem centralnym zawieszanym na szczycie od strony nóg z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny z poziomu panelu centralnego (zablokowanie danej funkcji na panelu spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 18 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **pozycji nr 1** łóżek bez półki na pościel.

Ad 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **pozycji nr 1** łóżek z materacem wykonanym z pianki o gęstości 25 kg/m³.

Ad 20 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **pozycji nr 2** szafek przyłóżkowych z frontami metalowymi lakierowanymi proszkowo.

Ad 21 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 33 Załącznika Nr 5 do SWZ dla szafek przyłóżkowych oferowanych w **pozycji 2**.

Ad 22 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 34 Załącznika Nr 5 do SWZ dla szafek przyłóżkowych oferowanych w **pozycji 2**.

Ad 23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **pozycji nr 2** szafek przyłóżkowych o głębokości od 405 do 500 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 24 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **pozycji nr 2** szafek przyłóżkowych z blatem bocznym o wymiarach krótszego boku od 340 mm do 400 mm (dłuższy bok spełnia wymagania Zamawiającego), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **pozycji nr 1** łóżek o szerokości wraz z zamontowanymi barierkami od 960 mm do 1030 mm (długość całkowita spełnia wymagania Zamawiającego), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 26 Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowanie w **pozycji nr 1** łóżek posiadających segmenty leża wypełnione panelami HPL.

Ad 27 Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowanie w **pozycji nr 1** łóżek posiadających szczyty wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm.

Ad 28 Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowanie w **pozycji nr 1** łóżek z bezpiecznym obciążeniem 230 kg

Ad 29 Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowanie w **pozycji nr 1** łóżek posiadających koła o średnicy 125 mm.

Ad 30 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 21 Załącznika Nr 5 do SWZ dla barierek łóżek oferowanych w **pozycji 1**.

Ad 31 Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowanie w **pozycji nr 1** łóżek wyposażonych w jedną barierkę boczną z każdej strony łóżka i podtrzymuje wymagania dla barierek określone w pkt 21 Załącznika Nr 5 do SWZ.

Ad 32 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **pozycji nr 1** łóżek wyposażonych w półkę do odkładania pościeli, wystającą w niewielkim stopniu poza ramę łóżka jednak nie wykraczającą poza zewnętrzny obrys łóżka stanowiący przez krążki odbojowe, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 33 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 32 Załącznika Nr 5 do SWZ dla szafek przyłóżkowych oferowanych w **pozycji 2**.


Ad 34 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **pozycji nr 2** szafek przyłóżkowych z blatem bocznym o wymiarach krótszego boku od 340 mm do 400 mm (dłuższy bok spełnia wymagania Zamawiającego), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 35 Zgodnie z pkt 24.18 SWZ i pkt IV.1 Formularza ofertowego, to Wykonawca podaje termin płatności z tytułu realizacji przedmiotu umowy, przy czym nie może on być krótszy niż 30 dni od dnia wystawienia faktury.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a





Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek