

**Wszyscy Wykonawcy
/ Platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-81/22 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę z wniesieniem i instalacją wyposażenia Pracowni Endoskopowej wraz z przeszkoleniem personelu w ramach projektu pn. Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK).**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń.
*Uzasadnienie: prosimy o podanie opisu drogi transportowej do miejsca posadowień urządzeń: rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości oraz informacji czy droga transportowa jest płaska - czy nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, windy (prosimy o podanie ew. wymiarów windy i jej nośności).
Prosimy o podanie rozmiarów najwyższego oraz najniższego przejścia przewidywaną drogą transportową.
Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.*

Odpowiedź:

Drogi transportowe zaznaczone są na załączonych plikach z rysunkami poglądowymi oraz zostały pokazane w czasie wizji lokalnej.

Droga dostępu do myjni: Najwyższe drzwi są do samego pomieszczenia myjni 110/200 cm (światło przejścia)

Drzwi w korytarzu najwyższe mają 140/200 cm.

Szerokość korytarzy minimum 240 cm (wysokość korytarzy min. 300 cm)

Wysokości w pomieszczeniu myjni:

Od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego: 270 cm

Od wykończonej posadzki do spodu stropu: 459 cm

Po drodze nie występują schody. Nie ma konieczności korzystania z windy - pomieszczenia znajdują się na parterze.

Pytanie 3

Czy w miejscu posadowienia sterylizatora są niezbędne media, czy nie ma potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących podłączeń?

Uzasadnienie: Informacja ta jest niezbędna do kalkulacji przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że do SWZ dołączony został projekt miejsc montażu z zaznaczonymi typami przygotowywanych przez Warbud przyłączy, gniazd. itp. pod dany typ urządzenia. Wykonawca zgodnie z §1 ust. 12 wzoru umowy musi potwierdzić, że go akceptuje i odbył wizję lokalną. Ponadto wyjaśniam, że w miejscu instalacji urządzeń znajdują się wszystkie niezbędne do podłączenia urządzenia media. Zostały one oznaczone na załączonym do OPZ projekcie. Zgodnie z OPZ Zamawiający zakańcza instalację zaworami, a instalację kanalizacji i wentylacji zaślepkami. Po stronie Wykonawcy (Dostawcy) urządzenia jest wykonanie odcinka od urządzenia do zaworu bądź zaślepki w pobliżu urządzenia.



Pytanie 4

Pytanie dot. SWZ rozdział 9: TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ; do dnia 16.01.2022r.

Prosimy Zamawiającego o skorygowanie oczywistej pomyłki pisarskiej i poprawę zapisu na 16.01.2023r.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wystąpienie oczywistej omyłki pisarskiej w punkcie 9 ppkt. 1 pierwotnie winno być: Wykonawca jest związany ofertą do dnia 16.01.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Jednak Zamawiający zmienia terminy składania, otwarcia ofert oraz terminu związania zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 37.

Pytanie 5

Pytanie dot. załącznika nr 2 do SWZ: Formularz oferty (dotyczy części 2: myjnia do pojemników transportowych dla endoskopów):

Nr części	Przedmiot zamówienia	Liczba sztuk/ kpl.	Cena jednostkowa netto (PLN)	Wartość netto (liczba sztuk * cena jednostkowa netto)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (PLN)
2	Myjnia do pojemników transportowych dla endoskopów	1	____,____ zł	____,____ zł%	____,____ zł

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

Nr części	Przedmiot zamówienia	Liczba sztuk/ kpl.	Cena jednostkowa netto (PLN)	Wartość netto (liczba sztuk * cena jednostkowa netto)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (PLN)
2	Myjnia do pojemników transportowych dla endoskopów	1	____,____ zł	____,____ zł%	____,____ zł
			____,____ zł	____,____ zł%	____,____ zł
			Razem:			

Uzasadnienie: myjnia to urządzenie medyczne opodatkowane stawką VAT 8%, zaś elementy wyposażenia urządzenia i usługi związane z wykonaniem kontraktu np. transport są stawką 23%.

Odpowiedź:

Wykonawca może zmodyfikować treść WZORU formularza oferty, jeśli uznaje to za konieczne, pod warunkiem przekazania wszystkich informacji niezbędnych i wystarczających do oceny oferty, może również wpisać dwie stawki podatku i dołączyć dodatkowe objaśnienia zawierające wyliczenie kwoty łącznej (w postaci np. załącznika do formularza ofertowego ze szczegółowym podziałem kwoty wedle stawek VAT).

Pytanie 6

Pytanie dot. załącznika nr 1 do SWZ: projekt umowy:

§ 2

7. Termin podjęcia naprawy przedmiotu Umowy wyznacza się na maksymalnie 24 godziny od daty zgłoszenia o wadzie, awarii lub usterce.



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Prosimy o zmianę zapisów na:

7. Termin podjęcia naprawy przedmiotu Umowy wyznacza się na maksymalnie 24 godziny w dni robocze od daty zgłoszenia o wadzie, awarii lub usterce.

Uzasadnienie: zgłoszenie w piątek po południu skutkowałoby reakcją serwisu Wykonawcy w sobotę, w dzień wolny od pracy, żaden serwis Wykonawcy nie pracuje w tym terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

Zgodnie z art. 115 Kodeksu cywilnego, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Natomiast zgodnie z art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Pytanie 7

Pytanie dot. załącznika nr 1 do SWZ: projekt umowy:

§ 4

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu Umowy w wysokości 0,2% wartości brutto tej części przedmiotu Umowy, której zwłoka dotyczy - za każdy dzień zwłoki;

2) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 8 i § 2 ust. 9 Umowy w wysokości 0,2% wartości brutto tego elementu przedmiotu Umowy, którego wada dotyczy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

3) z tytułu odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości Umowy.

2. Zamawiający, niezależnie od zapłaty kar umownych, ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

3. Łączna maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć połowy wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.

Prosimy o zmianę zapisów na:

§ 4

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu Umowy w wysokości 0,1% wartości brutto tej części przedmiotu Umowy, której zwłoka dotyczy - za każdy dzień zwłoki;

2) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 8 i § 2 ust. 9 Umowy w wysokości 0,1% wartości brutto tego elementu przedmiotu Umowy, którego wada dotyczy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

3) z tytułu odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości Umowy.

2. Zamawiający, niezależnie od zapłaty kar umownych, ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

3. Łączna maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć połowy wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.

Uzasadnienie: wysokość zaproponowanych kar przewyższa zwyczajowo przyjęte stawki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 8

Pytanie dot. załącznika nr 3 do projektu umowy : Porozumienia do umowy:

§ 1

9. Wykonawca poniesie na rzecz Generalnego Wykonawcy koszty ochrony terenu Inwestycji oraz koszty mediów zużywanych w związku z wykonaniem Umowy dostawy w wysokości 300,00 zł netto za każdy dzień wykonywania usług na terenie budowy. Na żądanie Wykonawcy i na jego koszt, Generalny Wykonawca zainstaluje liczniki określonych mediów i w takim wypadku koszty mediów będą rozliczane według wskazań tych liczników i stawek dostawców mediów.

Prosimy o zmianę zapisu na:

9. Wykonawca poniesie na rzecz Generalnego Wykonawcy koszty ochrony terenu Inwestycji oraz koszty mediów zużywanych w związku z wykonaniem Umowy dostawy w wysokości 100,00 zł netto za każdy dzień wykonywania usług na terenie budowy. Na żądanie Wykonawcy i na jego koszt, Generalny Wykonawca zainstaluje liczniki określonych mediów i w takim wypadku koszty mediów będą rozliczane według wskazań tych liczników i stawek dostawców mediów.

Uzasadnienie: zaproponowana stawka jest realną kwotą w przypadku montażu myjni i urządzenia do wstępnego mycia endoskopów. Stawka 300,00 zł netto dziennie podwyższy koszt składanej przez Wykonawcę oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy porozumienia.

Pytanie 9

Pytanie dot. załącznika nr 3 do projektu umowy : Porozumienia do umowy:

§ 2

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Porozumienia lub rozwiązanie Porozumienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w Umowie dostawy, którą Wykonawca zawarł z Zamawiającym.

Prosimy o zmianę zapisu na:

§ 2

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Porozumienia lub rozwiązanie Porozumienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w Umowie dostawy, którą Wykonawca zawarł z Zamawiającym

Uzasadnienie: zaproponowana stawka kary jest za wysoka dla Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy porozumienia.

Pytanie 10

Pytanie dot. załącznik nr 3.2

Część 2 – myjnia do pojemników transportowych dla endoskopów

Pkt.14. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym informacja o zużyciu filtra HEPA jest na podstawie licznika przeprowadzonych cykli?



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Uzasadnienie: Rozwiązanie takie gwarantuje sprawność działania filtra oraz z wyprzedzeniem informuje użytkownika o zbliżającej się konieczności wymiany filtra.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 11

Pytanie dot. załącznik nr 3.2

Pkt. 20. Czy Zamawiający stawiając wymaganie zużycia wody na jedno napełnienie komory miał na myśli fazę cyklu mycia?

Uzasadnienie: Podana maksymalna wartość maksymalnego zużycia wody wskazuje na fazę cyklu mycia i dezynfekcji.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający określił maksymalne zużycie wody na jedną fazę cyklu mycia.

Pytanie 12

Pytanie dot. załącznik nr 3.2

Pkt.33. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym na czas czynności serwisowych, myjnia jest wysuwana na specjalnych kołach?

Uzasadnienie: myjnia wyposażona jest w specjalne koła i podłączona z użyciem elastycznych przyłączy dzięki czemu w łatwy sposób następuje wysunięcie myjni do czynności serwisowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie.

Pytanie 13

Pytanie dot. załącznika nr 3.3

Część 3 – urządzenie do wstępnego mycia endoskopów

Pkt. 7. Prosimy o dopuszczenie korpusu szafek wykonanego z podwójnej blachy stalowej lakierowanej proszkowo bez wypełnienia wygłuszającego i uszczeltek.

Uzasadnienie: Blat i komory wykonane z Corianu nie wymagają wygłuszania korpusu szafek oraz stosowania uszczeltek, które utrudniałyby wentylację szafek pod komorami do mycia. Zastosowanie uszczeltek ma zastosowanie w przypadku przechowywania materiałów sterylnych lub skażonych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie w przypadku wykonania blat i komory z Corianu.

Pytanie 14

Pytanie dot. załącznika nr 3.3

Pkt. 8. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania konstrukcyjnego drzwi wykonane są ze stali malowanej proszkowo wpuszczanymi uchwytyami zapewniającymi wygodny uchwyt bez konieczności stosowania uszczeltek.

Uzasadnienie: Stosowanie uszczeltek drzwi nie ma uzasadnienia w tym przypadku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie.

Pytanie 15

Pytania do Część 3 – urządzenia do wstępnego mycia endoskopów.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania blat roboczy ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 do wstępnego mycia endoskopów z dwoma komorami formie dwóch prostokątnych komór umieszczonych równolegle względem siebie?

Nadmieniamy, iż jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego.

Odpowiedź:



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ. Wymagane są cztery niezależne komory mycia endoskopów.

Pytanie 16

Pytania do Część 3 – urządzenia do wstępnego mycia endoskopów.

Czy Zamawiający dopuści myjnię do endoskopów z zewnętrznym systemem napełniania i dozowania detergentów?

Nadmieniamy, iż opisane rozwiązanie jest charakterystyczne dla jednego dostawcy na rynku polskim.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ. Według informacji Zamawiającego wspomniany wymóg spełnia więcej Dostawców niż jeden. Wymóg wynika z przyczyn o charakterze obiektywnym - ograniczone wymiary strefy czystej w pomieszczeniu myjni endoskopowej.

Pytanie 17

Pytania do Część 3 – urządzenia do wstępnego mycia endoskopów.

Czy z uwagi na przeznaczenie mebli Zamawiający oczekuje aby korpusy szafek posiadały integralny czterostronny cokół trwale zespawany z korpusem mebla? Nadmieniamy że po montażu meble są szczelnie silikonowane, takie rozwiązanie zapewnia wysokie standardy higieniczności, zapobiegając zabrudzeniu strefy pod meblami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje aby korpusy szafek posiadały integralny czterostronny cokół trwale zespawany z korpusem mebla.

Pytanie 18

Pytania do Część 3 – urządzenia do wstępnego mycia endoskopów.

Czy Zamawiający dopuści komory do mycia endoskopu o wymiarach dł.gł.wys.: 1700x180x200 mm?

Nadmieniamy, iż jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający ze względu na posiadane endoskopy nie dopuszcza opisanych wymiarów.

Pytanie 19

Pytania do Część 3 – urządzenia do wstępnego mycia endoskopów.

Czy Zamawiający dopuści wymiary komory w zlewie (dostosowana do endoskopów):

a. Długość całkowita jednej komory: 1700 mm.

b. Szerokość równa (w części dolnej i górnej) 180mm

c. Głębokość komory 200mm.

d. Nachylenie spadku komory w kierunku odpływu umożliwiające bezproblemowy spust zawartości komory niemniej jednak inny niżeli 1,5%. Zlewy ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9

e. Grubość ścianek zlewów 0,8mm.

f. Pojemność zlewu nie mniejsza niż 48 litrów.

Odpowiedź:

Zamawiający ze względu na posiadane endoskopy nie dopuszcza opisanych wymiarów.

Pytanie 20

Pytania do Część 3 – urządzenia do wstępnego mycia endoskopów.

Czy Zamawiający dopuści aby korpus szafki został wykonany w systemie dwuwarstwowym z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo, z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym odpornym na wilgoć jednakże innym, trwalszym niżeli plaster miodu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Pytanie 21

Pytania do Część 3 – urządzenia do wstępnego mycia endoskopów.

Czy Zamawiający oczekuje mebli lakierowanych farbami o właściwościach antybakteryjnych? Nadmieniamy że farby proszkowe wzbogacone jonami srebra – naturalnym środkiem antybakteryjnym, podwyższają higieniczność mebli jak również wspomagają walkę z zakażeniami szpitalnymi.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie oczekuje mebli lakierowanych farbami o właściwościach antybakteryjnych.

Pytanie 22

Pytania do Część 3 – urządzenia do wstępnego mycia endoskopów.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu automatycznego napełniania i opróżniania komór oraz wyświetlacza dla zadanych ustawień opisanych w pkt.11-12/ Część 3 – urządzenia do wstępnego mycia endoskopów? Nadmieniamy, iż rozwiązanie to posiada tylko jeden dostawca w Polsce co ogranicza konkurencyjność.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ. Według informacji Zamawiającego wspomniany wymóg spełnia więcej Dostawców niż jeden.

Pytanie 23

Pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oraz zapisów umowy i SWZ:

Czy w przypadku braku potwierdzenia w oryginalnych ulotkach producenta, Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty stosownego oświadczenia Wykonawcy - autoryzowanego dystrybutora sprzętu potwierdzającego wartości parametrów technicznych?- nie dotyczy parametrów punktowanych

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24

Pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – część nr 1 oraz zapisów umowy paragraf 4 ustęp 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie przekroczyła 20 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

Pytanie 25

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 26

Dotyczy Umowy:

§1 ust. 1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotowuje miejsce montażu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wykonawcy

Odpowiedź:



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Zamawiający nie przygotowuje miejsc montażu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wykonawcy. Zamawiający wskazuje, że do SWZ dołączony został projekt miejsc montażu z zaznaczonymi typami przygotowywanych przez Warbud przyłączy, gniazd. itp. pod dany typ urządzenia. Wykonawca zgodnie z §1 ust. 12 wzoru umowy musi potwierdzić, że go akceptuje i odbył wizję lokalną. Ponadto wyjaśniam, że w miejscu instalacji urządzeń znajdują się wszystkie niezbędne do podłączenia urządzenia media. Zostały one oznaczone na załączonym do OPZ projekcie. Zgodnie z OPZ Zamawiający zakańcza instalację zaworami, a instalację kanalizacji i wentylacji zaślepkami. Po stronie Wykonawcy (Dostawcy) urządzenia jest wykonanie odcinka od urządzenia do zaworu bądź zaślepki w pobliżu urządzenia.

Pytanie 27

Dotyczy Umowy:

§4 ust. 1 pkt 3 Prosimy o dodanie analogicznego zapisu dotyczącego kary dla Zamawiającego. Obecne zapisy chronią jedynie jedną stronę

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w proponowanym zakresie

Pytanie 28

Część 1 – myjnie i szafy endoskopowe z endoskopami i torami wizyjnymi oraz systemem integracji.

XIV. Wymagania ogólne zał. nr 3.1. opis cz.1 pkt 4: Prosimy o dopisanie. Jeżeli usterki powstaną z winy użytkownika, ich usuwanie i naprawianie będzie odpłatne, na podstawie przedstawionej oferty cenowej

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i podtrzymuje wymogi SWZ.

Pytanie 29

Dotyczy Parametry Techniczne (Część 2 – myjnia do pojemników transportowych dla endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia posiadające deklaracje zgodności z dyrektywami UE (w tym zgodność z dyrektywą dot. wyrobów medycznych – 93/42/EEC i normami PN-EN ISO 15883-1 i 2/EN ISO 15883-1 i 2), które budową, konstrukcją i wykonaniem jest zgodna wyłącznie z normami charakterystycznymi dla myjni narzędziowych (w tym do kontenerów) - EN ISO 15883-1 oraz EN ISO 15883-2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymogi SWZ.

Pytanie 30

Dotyczy Parametry Techniczne (Część 2 – myjnia do pojemników transportowych dla endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wraz ze zintegrowanym systemem suszenia gorącym powietrzem wyposażony w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, wstępny i filtr HEPA H13 z informacją o zużyciu filtra poprzez pomiar różnicy ciśnień?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymogi SWZ.

Pytanie 31

Dotyczy Parametry Techniczne (Część 2 – myjnia do pojemników transportowych dla endoskopów):

Czy Zamawiający wymaga by zaoferowanie urządzenie posiadało możliwość instalacji dodatkowych pomp dozujących w ilości 2 sztuk w przypadku chęci korzystania z różnych programów mycia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Minimalna ilość pomp została określona w pkt.18 OPZ.



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Pytanie 32

Dotyczy Parametry Techniczne (Część 2 – myjnia do pojemników transportowych dla endoskopów):

Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie czy Zamawiający pod pojęciem kondensator oparów wymaga kondensatora chłodzonego zimną wodą ze względu na znikomą skuteczność odzysku ciepła z usuwanego powietrza suszącego w przypadku zastosowania kondensatora powietrznego?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z pkt.22 OPZ wymaga kondensatora oparów z obudową ze stali nierdzewnej bez określania wymogów w zakresie dokładnego typu kondensatora.

Pytanie 33

Dotyczy Parametry Techniczne (Część 2 – myjnia do pojemników transportowych dla endoskopów):

Prosimy o doprecyzowanie czy szafka na detergenty z wyjmowaną tacą ma znajdować się poza urządzeniem?

Odpowiedź:

Szafa na detergenty z wyjmowaną tacą z pkt.31 OPZ musi być zintegrowana z urządzeniem. Wymóg wynika z przyczyn o charakterze obiektywnym - ograniczone wymiary strefy czystej w pomieszczeniu myjni endoskopowej.

Pytanie 34

Dotyczy Parametry Techniczne (Część 2 – myjnia do pojemników transportowych dla endoskopów):

Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w system anty-pianowy realizujący funkcje mycia wstępnego brudnych narzędzi, zabezpieczający pracę urządzenia w przypadku pojawienia się piany w komorze myjącej poprzez automatyczne uruchomienie dodatkowych płukań (bez ingerencji użytkownika oraz zatrzymania programu) mających za zadanie skuteczne usunięcie środków pniących lub pozostałości krwi na narzędziach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 35

Dotyczy Parametry Techniczne (Część 2 – myjnia do pojemników transportowych dla endoskopów):

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w system oszczędzania wody polegającego na automatycznego dostosowania objętości wody do wózka i załadowanego materiału, dzięki czemu zostaje zredukowane zarówno zużycie wody jak i detergentów oraz energii elektrycznej? Uzasadnienie: System oszczędzania mediów znacznie zmniejsza koszty eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Maksymalne zużycie wody na jedną fazę cyklu mycia zostało opisane w pkt.20 OPZ.

Pytanie 36

Część 3: Dot pk 23. Czy Zamawiający dopuści ofertę z deklaracją zgodności CE zgodnie z DIN EN 1468 dla urządzeń opisanych w pk 1 – 14 , natomiast bez takiego certyfikatu dla urządzenia opisanego w pk 15 – 19 ? Nadmieniamy iż stół opisany w pk 15 – 19 nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych i producent nie wydaje do niego deklaracji zgodności.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie deklaracji CE zgodnie z pkt.23 OPZ tylko urządzeń z poz. 1-14 OPZ.

Pytanie 37

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 28.10.2022 na urządzenia do wstępnego mycia endoskopów.



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Uzasadnienie: prośbę naszą motywujemy koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej oraz jej przetłumaczenie na język polski.

Urządzenie konfigurowane jest zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, co wymaga uwzględnienia modyfikacji w dokumentacji technicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) dokonuje zmiany terminów - składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w następujący sposób:

- 1) Jako termin składania ofert wskazuje się: 28.10.2022 r. godz.: 10:00,
- 2) Jako termin otwarcia ofert wskazuje się: 28.10.2022 r. godz.: 11:00.
- 3) Jako termin związania ofertą wskazuje się 25.01.2023 r.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,

*Opracowała: Barbara Głowacka
nr telefonu: 61 854 60 18
e-mail: dzp@ump.edu.pl*



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny