

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Wrocław, dnia 26.01.2022r.

**Zamawiający:**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
54-049 Wrocław, Ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: „Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania z dnia 18.01.2022**

1. Zadanie 9, po. 1 - Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem i rezerwuarem tlenu o pojemności 1000ml, przeznaczoną do podaży tlenu o wysokich stężeniach?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

2. Zadanie 11, poz. 1 - Czy Zamawiający ma na myśli butelkę o pojemności 200 czy 400ml?

**Pytanie do dętego zadania**

3. Zadanie 15, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o długości roboczej 250mm i długości całkowitej 310mm?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

4. Zadanie 15, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 3,3mm, długości roboczej 350mm i długości całkowitej 390mm?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

5. Zadanie 15, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 4,7mm, długości roboczej 355mm i długości całkowitej 390mm?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

6. Zadanie 15, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o długości 360mm?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

7. Zadanie 19, poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści rampy bez zaworu odcinającego typu Flowswich?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

8. Zadanie 21, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu bez przesuwanego zacisku na drenie i skalowany co 25ml?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

9. Zadanie 23, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

10. Zadanie 23, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

11. Zadanie 28, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa foliowego w rozmiarze 2,5 m x 14 cm?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

12. Zadanie 28, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa foliowego w rozmiarze 2,5 m x 16 cm?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

13. Zadanie 28, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony sterylnej na ramię C w rozmiarze 220 x 100 cm?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

14. Zadanie 28, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:  
- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm  
- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm  
- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

15. Zadanie 32, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych o długości 45cm końcówka luer-lock męsko żeński?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

16. Zadanie 35, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy bez kanki ?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

17. Zadanie 36, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodnie z poniższymi parametrami:  
a. Komora pomiarowa 500 ml, umożliwiająca bardzo dokładny pomiar diurezy (co 1 ml do 40 ml, co ml do 100 ml, co 10 ml do 500 ml)  
b. Wyposażona w obrotowy zawór przelewowy, filtr hydrofobowy oraz podwójny system podwieszania

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

- c. Worek do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml skalowany co 100 ml
- d. Wyposażony w zastawkę bezwrotną, filtr hydrofobowy, kranik spustowy typu „T”
- e. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm, wzmocniony spiralą antyzałamaniową na wejściu do komory
- f. Wyposażony w klamrę zatraskową, bezpieczny łącznik do cewnika z bezigłowym portem do pobierania próbek moczu oraz zastawkę jednokierunkową zabezpieczającą przed cofaniem się zalegającego moczu do cewnika Foley

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

18. Zadanie 52 poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania krwi z komorą jednoczęściową?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

19. Zadanie 52, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do szybkiego przetaczania krwi bez dodatkowej pompki?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

20. Zadanie 53, poz. 1-22 Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania krwi z komorą jednoczęściową?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

21. Zadanie 57, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji z butelek z filtrem przeciwbakteryjnym 0,1<sup>m</sup>, bez zastawki?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

22. Zadanie 58, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylne łączniki martwa przestrzeń?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

23. Zadanie 78, poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści kanki doodbytne bez otworów bocznych?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

24. Zadanie 78, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kankę o średnicy 4,7mm?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

25. Zadanie 79, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a'90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

26. Zadanie 84, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową zgodnie z poniższymi parametrami:

- a. Wykonana z medycznego PVC
- b. Przezroczysty, elastyczny mankiet uszczelniający o eliptycznym kształcie, zapewnia bezpieczną kontrolę oddechu
- c. Anatomicznie wyprofilowany korpus maski z oznaczeniem przedziału Wagowego pacjenta, objętości mankieta, ciśnienia wypełnienia mankieta oraz rozmiaru
- d. Uniwersalny, przezroczysty łącznik 15 mm
- e. Przezroczysty balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru maski oraz maksymalnej objętości mankieta

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

27. Zadanie 91, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń infuzyjnych z drenem o długości 155cm?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania