



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław 30.11.2021 r.

EZP 532/2021

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dot. M- 61/2021 na dostawę sprzętu j.u. na potrzeby pracowni endoskopii gastroenterologicznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu

Zamawiający działając na mocy art. 284 ust.2 (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) Prawo zamówień publicznych przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie nr 1

dotyczy pakietu nr 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści ofertę na klipsownicę o rozwarciu klipsa 11 i 16 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 2

Pytanie dotyczy pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne jednorazowego użytku długości 180 cm i 230 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3

Pytanie dotyczy pakietu nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek czyszczących gdzie

a) szczotka długa ma główki średnicy 5mm, średnica cewnika wynosi 1,7mm

b) szczotka krótka ma główki o średnicy 5 i 10 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 4

Pytanie dotyczy pakietu nr 2 poz. 5


Czy Zamawiający dopuści szczotkę o średnicy cewnika 1,7mm, średnica główki 6 mm i długości 20mm, długość całkowita 250 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 5

Pytanie dotyczy pakietu nr 2 poz. 6



4



**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Czy Zamawiający dopuści szczotkę cytologiczną długości 230 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 6

Pytanie dotyczy pakietu nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści chwytak gdzie średnica pętli wynosi 30 x 55mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 7

Pytanie dotyczy pakietu nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści chwytak gdzie średnica pętli wynosi 40 x 60mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 8

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 200 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 9

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 10

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli z drutu o grubości 0,36 mm, kształt owalny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 11

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie chwytaków o szerokości rozwarcia ramion minimum 20 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.


Pytanie 12

Pakiet 2 Czy zamawiający dopuści

Poz. 1 Klipsownica jednorazowego użytku, z możliwością otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, rozwarcie klipsa 11 i 16 mm, kąt rozwarcie 135*, długość robocza narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,6 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie 13

poz. 2 Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyzeczki owalne z okienkiem, z kolcem. Śr. osłonki 2,3 mm. Dł. narzędzia 180 cm i 230 cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem ze znacznikami odlegości. Możliwość otwierania i zamykania łyżeczek bez względu na stopień podgięcia endoskopu. Min. śr. kanału roboczego 2,8 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 14

poz. 4 Zestaw szczotek czyszczących jednorazowych (opakowanie zawierające szczotkę długą i krótką)
a) Szczotka długa do czyszczenia kanałów roboczych, dwustronna, dł 230 cm, śr. każdej z główek 5 mm, śr. teflonowego cewnika 1,7mm: b) Szczotka krótka dwustronna do czyszczenia gniazd zaworów, główki o śr. 5 mm oraz 12 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 15

Poz. 5 Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych endoskopów, jednorazowego użytku, dwustronna, dł. 230 cm, śr. cewnika 1,7 mm, śr. główek 5 mm, dł. główek 20 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 16

Poz. 6 Szczotka cytologiczna gastroskopowa, jednorazowego użytku, średnica cewnika 1,8 mm, długość 240 cm, zakończona kulką szczelnie zamykającą cewnik po pobraniu materiału

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 17

poz. 8 Chwytnak do polipów, jednorazowego użytku, dł. 230 cm, śr. 2,5 mm, śr. pętli z siatką 30 x 60 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 18

Dot. pakiet nr 2:

Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę z ramionami o rozwarciu 11 mm i 16 mm, średnica cewnika 2,6 mm do współpracy z minimalnym kanałem 2,8 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:


Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 19

Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne w osłonce pokrytej polietylenem? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.



4



**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie 20

Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści ustniki pakowane w kartonowy dyspenser z otworem w jego dolnej części, ułatwiającym wyjmowanie pojedynczych ustników? Pozostała parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 21

Pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek zawierający szczotkę długą o śr. włosa 6 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 22

Pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści szczotkę dwustronna o długości roboczej 250 cm, śr. cewnika 1,7 mm, śr. główek 6 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 23

Pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o długości 120 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 24

Pozycja 8. Czy Zamawiający dopuści chwytak o śr. narzędzia 2,4 mm, wymiar pętli z siatką 25x42 mm lub 35x51,5mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 25

Pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne o długości 160 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 26

Pakiet nr 2 poz 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownic z rozwarciem klipsa 13 i 16mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 27

Pakiet nr 2 poz 2



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kleszczy biopsyjnych pokrytych powłoką PE równoważną do teflonowej, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 28

Pakiet nr 2 poz 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu szczotek:

a) Szczotka długa do czyszczenia kanałów roboczych, dwustronna, dł 230 cm, śr. każdej z główek 6 mm, śr. teflonowego cewnika 1,7 mm:

b) Szczotka krótka dwustronna do czyszczenia gniazd zaworów, główki o śr. 5 mm oraz 10 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 29

Pakiet nr 2 poz 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczotek o średnicy cewnika 1,8mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 30

Pakiet nr 2 poz 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczotek cytologicznych gastroscopowych o średnicy cewnika 2,3mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 31

Pakiet nr 2 poz 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie chwytaków do polipów o średnicy cewnika 2,5mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 32

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 5 do SWZ poprzez nadanie § 2 ust. 11 oraz 5 ust. 6 następującego brzmienia: „Sprzedający ma prawo do kontroli wyrobu medycznego znajdującego się w depozycie oraz warunków, w jakich jest on przechowywany - w godzinach pracy Bloku operacyjnego, nie rzadziej niż raz na kwartał.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



§ 2 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Sprzedający ma prawo do kontroli sprzętu znajdującego się w depozycie oraz warunków, w jakich jest on przechowywany - w godzinach pracy pracowni, nie rzadziej niż raz na kwartał”

§ 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Sprzedający ma prawo do kontroli wyrobu medycznego znajdującego się w depozycie oraz warunków, w jakich jest on przechowywany - w godzinach pracy pracowni, nie rzadziej niż raz na kwartał”

Pytanie 33

dot. Pakietu nr 3, pozycja 1,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku z osłonką bezpieczną dla kanałów biopsyjnych endoskopów? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 34

dot. Pakietu nr 3, pozycja 7,

Prosimy o informację, czy nie zaszła pomyłka pisarska i w poz.7 w depozycie wymagają Państwo 30 sztuk (3 opakowań) łączników do ssaka KV-5?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga 30 sztuk depozytu w poz.7 pakiet nr 3

Pytanie 35

dot. zapisów SWZ R II, 1.9, zapisów ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SWZ – projekt umowy § 2 ustęp 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin uzupełnienia przedmiotu umowy następował w ciągu 3 dni roboczych, a realizacja zamówień pilnych wynosiła 48 godzin w dni robocze? Produkty opisane w pakiecie Nr 3 nie są produktami ratującymi życie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 36

dot. zapisów SWZ R II, p. 1.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby okres rękojmi był taki sam jak okres gwarancji?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ. Okres rękojmi wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu Cywilnego

Pytanie 37

Dot. zapisów umowy, SWZ – Rozdział II, p.3 oraz , opisu przedmiotu zamówienia PAKIET 3 poz. 5, 6, 7 oraz zapisów umowy §1, p. 8.2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 3 w pozycji 5, 6, 7 wyposażenia (tj. filtr, wkład, łącznik), które nie są wyrobami medycznymi - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z



g



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów, o których mowa w oświadczeniu (deklaracje zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej, zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.



KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz

1942
1943
1944