



**Wojewódzki Specjalistyczny Szpital**  
**im. dr Wł. Biegańskiego**  
**91-347 Łódź, ul. Kniaziewiczza 1/5**



Informacja: tel. 42 251-60-11, 251 60-50, FAX. 42 251-60-55; Sekretariat Dyrektora: tel. 42 251-61-55, 42 251-60-59;  
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych: tel. 42 251-60-60; Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: tel. 42 251-62-50;  
Główna Księgowa: tel. 42 251-61-45; NIP 726-22-34-808; Regon 471219736.

WSSz - NZP – 299 /19

Łódź, dn. 04. 07. 2019 r.

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  
PRZETARGOWEGO**

**dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii, sprawa ZP 301/19**

**I.** Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi **zawiadamia o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej pakietu nr 32** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7), zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**Uzasadnienie faktyczne:** Zamawiający uznał za zasadny zgłoszony postulat o podziale zamówienia określonego w pakiecie 32 na mniejsze pakiety, jednak ze względów formalnych (w portalu SIMAP brak opcji dodania nowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania) nie jest możliwe dokonanie tego na aktualnym etapie postępowania.

W postępowaniu o zamówienie publiczne w zakresie możliwości podziału zamówienia na części, zamawiający musi rozważyć z jednej strony własne potrzeby, a z drugiej interesy jak najszerszego grona potencjalnych oferentów. Przepis art 36aa ust 1 ustawy o zamówieniach publicznych, daje zamawiającemu daleko idącą swobodę, pozostawiając mu prawo autonomicznej decyzji o podziale zamówienia na części (vide wyrok KIO 2373/16 z dnia 2 stycznia 2017r) , wyrok KIO579/17 z dnia 10 kwietnia 2017).

Z drugiej strony zamawiający na podstawie art 46 ust 1 oraz motywu 78 Preambuly Dyrektywy 2014/24/UE z 26 lutego 2014r jest zobowiązany dopuścić do udziału w postępowaniu jak największą liczbę oferentów, aby zapewnić zasady konkurencyjności (vide wyrok KIO 2346/16 z dnia 2 stycznia 2017).

Po rozważeniu powyższych argumentów zamawiający uznał, że niedokonanie podziału na mniejsze pakiety spowoduje naruszenie zasady konkurencyjności. Wada ta jest na obecnym etapie niemożliwa do usunięcia i jest to wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dlatego niezbędna jest decyzja o unieważnieniu postępowania i przeprowadzeniu go na nowo.

**II.** Na podstawie **art. 38 ust. 2** ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

**1. Dotyczy Pakietu nr 36:** Czy Zamawiający wymaga aby elektroda nasierdziowa monopolarna w kolorze niebieskim posiadała fiksację typu kotwiczka („tines”) oraz igłę transtorakalną prostą ułatwiającą przejście transtorakalne, igłę sercową odcinaną (co zapobiega potencjalnym odpryskom stali oraz niekontrolowanym złamaniom igły) o długości 21mm?

**Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**2. Dotyczy Pakietu nr 36:** Czy Zamawiający wymaga aby elektroda nasierdziowa monopolarna w kolorze niebieskim posiadała igłę sercową typu kaniula odcinaną (co zapobiega potencjalnym odpryskom stali oraz niekontrolowanym złamaniom igły) o długości 21mm umieszczoną na kołowrotku tj. sztywnym szablonie wykonanym z tworzywa sztucznego (zabezpieczającym elektrodę przed uszkodzeniem, złamaniem, splątaniem) posiadającym wbudowany system prowadzenia elektrody?

**Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**3. Dotyczy Pakietu nr 39:** Czy Zamawiający wymaga gazy (siateczki) hemostaticznej wchłaniającej ze 100 % utlenionej regenerowanej celulozy pochodzenia roślinnego?

**Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**4. Dotyczy wzoru umowy.** W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający modyfikuje SIWZ, patrz pkt III niniejszego pisma.

**5. Dotyczy Pakietu nr 83:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego obwodu oddechowego kompatybilnego z aparatem do znieczuleń Aespire View, bez drenu do kapnografii, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ, dodatkowo produkt jest pozbawiony szkodliwych ftalanów, które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?

**Wyjaśnienia:** Pakiet ten zostaje wycofany z przedmiotowego postępowania, patrz pkt II niniejszego pisma. Jednocześnie informujemy, że odpowiedź na to pytanie pozostaje wiążąca dla asortymentu z pakiету nr 67. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**6. Dotyczy Pakietu 49 poz. 2** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do usuwania staplerów skórnych wykonanego z metalu. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**7. Dotyczy Pakietu nr 31 „Hemokoncentrator z zestawem drenów”** Czy Zamawiający dopuści hemokoncentrator z zestawem drenów wykonany z membrany z polyethersulfonu?

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**8. Dotyczy zapisów SIWZ** Prosimy o podanie metody weryfikacji podpisu kwalifikowanego (nazwa i wersja aplikacji która będzie użyta do weryfikacji podpisu kwalifikowanego)

**Wyjaśnienia:** Zamawiający stosuje różne metody i aplikacje, m.in. proCertum, Szafor, <https://weryfikacjapodpisu.pl/>.

**9. Dotyczy zapisów SIWZ** Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

**Wyjaśnienia:** Zamawiający nie potwierdza, podtrzymuje zapisy SIWZ. Zgodnie z zapisami art. 24 ust. 11 ustawy prawo zamówień publicznych (PZP): „Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży oświadczenia w ustawowym terminie a jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie przez Zamawiającego wezwany do złożenia oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej wraz z wezwaniem do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ustawy PZP.

**10. Dotyczy: Pakiet 63.** Prosimy o dopuszczenie kocy o następujących parametrach:

zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta

- wykonane z miękkiej tkaniny
- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
- odporne na płyny
- brak zawartości lateksu
- przezierny dla promieni RTG

• uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator, (system mocowania za pomocą wiązania)

Prosimy o dopuszczenie koca na całe ciało pacjenta, o wymiarach: 195 x 100 cm, z ogrzewaną częścią nóg, kompatybilnych z urządzeniem Bair Hunger

**Wyjaśnienia:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**11. Dotyczy: Pakiet 68** Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli 200 mat, z których każda składa się z 30 warstw?

**Wyjaśnienia:** Tak.

**12. Dotyczy Pakietu nr 39** Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 39 siateczkę hemostatyczną w rozmiarze 5x7cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**13. Dotyczy Pakietu nr 49** Czy Zamawiający w pakiecie 49 poz.2 dopuści przyrząd do usuwania zszywek sztaplera skór nego wykonany m z polimeru poliamidu i stalową końcówką (mechanizm zdejmujący) z uchwytem tak jak w imadle chirurgicznym, bez oznaczenia rozmiaru/długości. Narzędzie jest kompatybilne z każdym rodzajem zszywek.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**14. Dotyczy Pakietu nr 49** Czy Zamawiający w pakiecie 49 poz. 1 dopuści średnicę drutu zszywki 0,58mm oraz rozmiar zszywki po zamknięciu 6,9mmx4,2mm?

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**15. Dotyczy Pakietu nr 52** Czy Zamawiający w pakiecie 52 poz.8 dopuści igłę okrągłą - półkwadratową z zakończeniem krótkim tnącym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**16. Dotyczy Pakietu nr 52** Czy Zamawiający w pakiecie 52 poz.13 dopuści nitkę 75cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**17. Dotyczy Pakietu nr 52** Czy Zamawiający w pakiecie 52 poz.15 dopuści krzywiznę igły ½ koła pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**18. Dotyczy Pakietu nr 52** Czy Zamawiający w pakiecie 52 poz. 16 dopuści dł. Nitki 75cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ lub dopuści krzywiznę koła ½ pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**19. Dotyczy Pakietu nr 52** Czy Zamawiający w pakiecie 52 poz.17 dopuści igłę o krzywiznie ½ koła pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**20. Dotyczy Pakietu nr 52** Czy Zamawiający w pakiecie 52 poz.18 dopuści igłę o krzywiznie ½ koła, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**21. Dotyczy Pakietu nr 52** Czy Zamawiający w pakiecie 52 poz.25 dopuści podwójne sterylne opakowanie z kartonową saszetką wewnętrzną (bez zamknięcia brzegów)? – prośbę swą motywujemy tym, iż ze względu na wielkość igły 90mm nie jest możliwe umieszczenie jej w zgrzanej aluminiowej saszetce wewnętrznej.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**22. Dotyczy Pakietu nr 54** Czy Zamawiający w pakiecie 54 poz. 12 dopuści podkładkę twardą – pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**23. Pakiet 49, pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści zszywki w rozmiarze 5,9mm x 3,9mm?

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**24. Pakiet 53 -** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów plecionych z kwasu poliglikolowego, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o czasie wchłaniania 60-90 dni?

**Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**25. Pakiet 53, pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**26. Pakiet 53, pozycja 2 -** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 30mm z nitką o długości 75cm fioletową?

**Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**27. Pakiet 53, pozycja 2 -** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici w rozmiarze 2/0 i długości 75cm w kolorze fioletowym z igłą o długości 37mm?

**Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**28. Pakiet 53, pozycja 4 -** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm?

**Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**29. Pakiet 58 pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem CH 24 o średnicy wewnętrznej 5,6mm, z końcówką Yankauer w rozmiarze CH 20 o długości ok. 27cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**30. Pakiet 65 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści szczotki wykonane z polipropylenu, w opakowaniu folia-folia, jak dotychczas stosowane w Państwa placówce?

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**31. Pakiet 65 pozycja 1** - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania szczotek sklasyfikowanych jako produkt biobójczy (stawka VAT 8%)?

**Wyjaśnienia:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**32. Dotyczy Pakietu nr 83** Czy Zamawiający dopuści układ składający się z trzech rozciągalnych rur o długości 60-180 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

**Wyjaśnienia:** Pakiet ten zostaje wycofany z przedmiotowego postępowania, patrz pkt III niniejszego pisma.

**33. Dotyczy Pakietu nr 67** Czy Zamawiający dopuści układ składający się z trzech rozciągalnych rur o długości 60-180 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**34. Dotyczy Pakietu nr 68** Czy Zamawiający dopuści maty w opakowaniu po 10 mat (1 mata = 30 warstw)? Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**35. Dotyczy wzoru umowy**

- § 6, ust. 1, punkt 3.: Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na:

2 % wartości danego towaru, w przypadku odmowy przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę, wstrzymania dostawy towaru lub dokonania nie uzgodnionej podmiiany asortymentu zamówionego towaru.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**36. Dotyczy wzoru umowy**

3. Dotyczy wzoru umowy § 6, ust. 1, punkt 4.: Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na:

10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy nastąpi odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**37. Dotyczy Pakietu nr 14** Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 dopuści możliwość zaoferowania kaniuli żyłnej zbrojnej krzywej pojedynczej z plastikowym zakończeniem i rozmiarach 22, 24 i 28Fr?

**Wyjaśnienia:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**38. Dotyczy Pakietu nr 26** Czy Zamawiający w pakiecie nr 26 wydzieli pozycję nr 2 oraz dopuści możliwość zaoferowania kaniuli do kardiopleginy wstecznej z balonem ręcznie wypełnianym wykonanym z silikonu ze sztywną prowadnicą osobno?

**Wyjaśnienia:** Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ Formularz cenowy, pakiet nr 26 poprzez wykreślenie z postępowania poz. nr 2.

**39. Dotyczy Pakietu nr 30** Czy Zamawiający w pakiecie nr 30 w pozycji nr 1 dopuści możliwość zaoferowania kaniul o długości całkowitej 20.8cm i rozmiarach 16, 18, 20 i 22Fr?

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**40. Dotyczy Pakietu nr 30** Czy Zamawiający w pakiecie nr 30 w pozycji nr 2 dopuści możliwość zaoferowania kaniul w rozmiarach 18, 20, 22 i 24Fr?

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**41. Dotyczy Pakietu nr 30** Czy Zamawiający w pakiecie nr 30 w pozycji nr 3 dopuści możliwość zaoferowania zestawów do wprowadzania metodą Seldingera, które zawierają strzykawkę o pojemności 5ml?

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**42. Dotyczy Pakietu nr 30** Czy Zamawiający w pakiecie nr 30 w pozycji nr 4 dopuści możliwość zaoferowania zestawów do wprowadzania metodą Seldingera, które zawierają strzykawkę o pojemności 5ml i prowadnik o długości 210cm?

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**43. Dotyczy Pakietu nr 60** Czy Zamawiający w pakiecie nr 60 dopuści możliwość zaoferowania błony z osierdzia wołowego w rozmiarze 10x15cm

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**44. Dotyczy Pakietu nr 60** Czy zamawiający w pakiecie nr 60 wymaga zabezpieczenia łąty przed kalcyfikacją poprzez usunięcie z tkanek fosfolipidów?

**Wyjaśnienia:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**45. Dotyczy Pakietu nr 18** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o długości 30,5 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**46. Dotyczy Pakietu nr 19** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o długości 27,9 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**47. Dotyczy Pakietu nr 20** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul w rozmiarach 28/36, 32/40, 34/46 i 36/51 o długości 38,1 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**48. Dotyczy Pakietu nr 21** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o długości 38,1 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**49. Dotyczy Pakietu nr 22** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul z plastikową końcówką o długości 38,1 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**50. Dotyczy Pakietu nr 29** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie adapterów o długości ok. 24 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**51. Dotyczy Pakietu nr 30, pozycja 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o długości 31,8 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**52. Dotyczy Pakietu nr 30, pozycja 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego strzykawkę o pojemności 10ml? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**53. Dotyczy Pakietu nr 30, pozycja 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego strzykawkę o pojemności 10ml i przewodnik o długości 180 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**54. Dotyczy Pakietu nr 32, pozycja 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oksygenatora, który posiada:

- objętość wypełnienia statycznego 270 ml

- zakres przepływu 1-7 l/min.

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

**Wyjaśnienia:** Pytania pozostaje bez wyjaśnienia - zgodnie z pkt I niniejszego pisma Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 32.

**55. Dotyczy Pakietu nr 32, pozycja 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oksygenatora, który posiada:

- wymiennik ciepła o powierzchni 0,4 m<sup>2</sup> wykonany z teraftalanu polietylenu (PET)

- zakres przepływu 1-7 l/min.

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

**Wyjaśnienia:** Pytania pozostaje bez wyjaśnienia - zgodnie z pkt I niniejszego pisma Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 32.

**56. Dotyczy Pakietu nr 32, pozycja 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 z pakietu nr 32 i utworzenie z niej osobnego pakietu?

**Wyjaśnienia:** Pytania pozostaje bez wyjaśnienia - zgodnie z pkt I niniejszego pisma Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 32.

**57. Dotyczy Pakietu nr 32, pozycja 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 2 z pakietu nr 32 i utworzenie z niej osobnego pakietu?

**Wyjaśnienia:** Pytania pozostaje bez wyjaśnienia - zgodnie z pkt I niniejszego pisma Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 32.

**58. Dotyczy Pakietu nr 41, pozycja 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania zastawki biologicznej aortalnej w rozmiarach 21, 23, 25, 27, 29 mm o parametrach:

- zastawka stentowa, trzypłatkowa, wykonana ze świńskiej zastawki aortalnej z płatkami osadzonymi naturalnie w zastawce,

- zastawka przygotowana w 0,2% roztworze aldehydu glutarowego w warunkach niskiego ciśnienia w celu zachowania integralności włókien kolagenowych,

- mocowanie na elastycznym stencie wykonanym z polimeru acetylowego pokrytego poliestrem,

- kołnierz zewnętrzny wykonany z poliestru?

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**59. Dotyczy Pakietu nr 41, pozycja 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania zastawki biologicznej mitralnej w rozmiarach 25, 27, 29, 31, 33 mm o parametrach:

- zastawka stentowa, trzypłatkowa, wykonana ze świńskiej zastawki aortalnej z płatkami osadzonymi naturalnie w zastawce,
- zastawka przygotowana w 0,2% roztworze aldehydu glutarowego w warunkach niskiego ciśnienia w celu zachowania integralności włókien kolagenowych,
- mocowanie na elastycznym stencie wykonanym z polimeru acetylowego pokrytego poliestrem,
- kołnierz zewnętrzny wykonany z poliestru,
- maksymalna wysokość zastawki mitralnej: 17,5 mm?

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**60. Dotyczy Pakietu nr 44, pozycja 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zastawek o następujących parametrach:

- Mechaniczna proteza mitralnej zastawki serca, dwupłatkowa,
- Rozmiary zastawki 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 mm,
- Pierścień wykonany z węgla pirolitycznego,
- Płatki wykonane z węgla pirolitycznego,
- Kąt otwarcia płatków 85 stopni,
- Całkowity zakres pracy płatków 60 st. (kąt mierzony od pełnego otwarcia do zamknięcia),
- Kołnierz szewny wykonany weluru poliestrowego ze znacznikami,
- Możliwość rotacji zastawki,
- Możliwość bezpiecznego przeprowadzenia badania rezonansem magnetycznym,
- Opakowanie - 2 warstwy,
- Trombogenność 0,53%/rok,
- Termin przydatności 3 lata od daty dostawy do Zamawiającego?

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**61. Dotyczy Pakietu nr 44, pozycja 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zastawek o następujących parametrach:

- Mechaniczna proteza aortalnej zastawki serca, dwupłatkowa,
- Rozmiary zastawki w pozycji śródpierścieniowej 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 mm
- Rozmiary zastawki w pozycji nadpierścieniowej 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm
- Pierścień wykonany z węgla pirolitycznego,
- Płatki wykonane z węgla pirolitycznego,
- Kąt otwarcia płatków 85 stopni,
- Całkowity zakres pracy płatków 60 st. (kąt mierzony od pełnego otwarcia do zamknięcia),
- Kołnierz szewny wykonany weluru poliestrowego ze znacznikami,
- Możliwość rotacji zastawki,
- Możliwość bezpiecznego przeprowadzenia badania rezonansem magnetycznym,
- Opakowanie - 2 warstwy,
- Trombogenność 0%/rok,
- Termin przydatności 3 lata od daty dostawy do Zamawiającego?

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**62. Dotyczy Pakietu nr 18** Czy Zamawiający, w pakiecie 18, dopuści do przetargu kaniule aortalne, zbrojone, proste o długości 24 cm, posiadające ring zamiast kołnierza?

**Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**63. Dotyczy Pakietu nr 19** Czy Zamawiający, w pakiecie nr 19, wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul aortalnych, zbrojonych, zagiętych o długości 24 cm, co stanowi tylko 1 cm różnicy w stosunku do długości wymaganej przez Zamawiającego.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**64. Dotyczy Pakietu nr 20** Prosimy Zamawiającego, aby w pakiecie 20, dopuścił do przetargu kaniule dwustopniowe, proste w rozmiarach: 32/40, 34/46, 36/46 i 36/51?

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**65. Dotyczy Pakietu nr 21** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody, w pakiecie 21, na możliwość zaoferowania kaniul żylnych, pojedynczych, prostych o długości 39 cm, co stanowi tylko 1 cm różnicy w stosunku do długości wymaganej przez Zamawiającego.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**66. Dotyczy Pakietu nr 23** Czy Zamawiający, w pakiecie nr 23 dopuści do przetargu kaniule do kardiopleginy z linia wentu w rozmiarach 7, 8, 10 Fr? Światło wewnętrzne kaniuli jest nieznane wykonawcy, ale kaniule mają rozmiar odpowiednio dla 7 Fr – 2,3 cm, 8 Fr – 2,7 cm, 10 Fr – 3,3 cm, a rozmiary igieł wynoszą: 7 Fr – 18, 8 Fr – 16, 10 Fr – 14.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**67. Dotyczy Pakietu nr 27** Czy Zamawiający, w pakiecie nr 27, wyrazi zgodę na zaoferowanie wentu z przewodnicą o długości 35 cm? Otwory boczne na długości 6,5 cm, bez otworu centralnego, zamiast niego miękka atraumatyczna końcówka.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**68. Dotyczy Pakietu nr 31** Wykonawca jest dystrybutorem zestawów do hemofiltracji. Czy Zamawiający, w pakiecie nr 31, wyrazi zgodę na zaoferowanie hemofiltru, którego membrana jest wykonana z polietersulfonu, czyli z materiału o lepszej od polisulfonu stabilności termicznej i odporności na odkształcenia? (źródło: [www.plastics.pl](http://www.plastics.pl)). Oferowana membrana jest przystosowana do wysokich przepływów, posiada wysoki wskaźnik ultrafiltracji oraz jest stosowana do wszystkich rodzajów terapii nerkozastępczej. Ponadto złącza linii hemofiltru posiadają białą nakrętkę tętniczną i niebieską nakrętkę żylną, każdy z drenów oznaczony jest kolorami, odpowiednio niebieskim i czerwonym, ponadto na hemofiltrze oznaczony jest kierunek przepływu krwi. Prosimy o wyrażenie zgody.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**69. Dotyczy Pakietu nr 35** Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie, w pakiecie 35, drenażu klatkowego o następujących parametrach:

- pojemność komory kolekccyjnej 2500 ml,
- precyzyjna podziałka od 1-100 co 1 ml od 100 – 200 co 2 ml, powyżej 200 co 10 ml,
- pokrętko regulacji podciśnienia umieszczone z boku zestawu i wbudowane w obudowę jako zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawień – wartości nastawień widoczne na przednim panelu zestawu,
- regulacja podciśnienia w zakresie od -10 do - 40 cmH<sub>2</sub>O,
- membranowe porty dostępne do komory zastawki podwodnej oraz komory kolekccyjnej, bez łącznika Luer Lock do bezpiecznego pobierania próbek.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**70. Dotyczy Pakietu nr 32, pozycja 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu, w pakiecie 32 poz. 1, oksygenatora o powierzchni wymiany gazowej 1,81 m<sup>2</sup> i zakresie przepływu większym od wymaganego od 0,5 do 8 l/min oraz z portem wylotu gazów przystosowanym do podłączenia kapnometru lub specjalnego zestawu do ewakuowania metabolitów oddechowych.

**Wyjaśnienia:** Pytania pozostaje bez wyjaśnienia - zgodnie z pkt I niniejszego pisma Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 32.

**71. Dotyczy Pakietu nr 32, pozycja 2** Prosimy Zamawiającego dopuszczenie do przetargu, w pakiecie 32 poz. 2, oksygenatora z wbudowanym filtrem tętnicznym o powierzchni wymiany gazowej 1,65 m<sup>2</sup>, która zapewnia przepływ i wymianę gazową na wymaganym przez Zamawiającego poziomie. Oksygenator zamiast nieużytecznego portu wylotu gazów w rozmiarze 1/4", posiada port przystosowany do podłączenia kapnometru lub specjalnego zestawu do ewakuowania metabolitów oddechowych.

**Wyjaśnienia:** Pytania pozostaje bez wyjaśnienia - zgodnie z pkt I niniejszego pisma Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 32.

**72. Dotyczy Pakietu nr 32, pozycja 2.** Zwracamy się z prośbą o usunięcie z opisu przedmiotu zamówienia do pakietu 32 poz. 2 zapisu:

„(...) oferowany oksygenator powinien mieć możliwość konfiguracji portów takich jak: - wlot i wylot krwi utlenowanej oraz portów wymiennika ciepła (...)", ponieważ nie jest to parametr, a cecha oksygenatora oferowanego wyłącznie przez firmę PHS. Żadna inna firma na rynku nie posiada sprzętu o takiej specyfice, więc Zamawiający nie może stawiać takiego warunku. Ponadto zapis ten stanowi o świadomym ograniczaniu konkurencji.

**Wyjaśnienia:** Pytania pozostaje bez wyjaśnienia - zgodnie z pkt I niniejszego pisma Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 32.

**73. Dotyczy schematów drenów do oksygenatorów.** Zwracamy się do Zamawiającego o zamieszczenie schematów drenów do oksygenatorów oraz schematu do podawania kardioplegii inaczej wykonawca uzna, że skoro Zamawiający żąda, aby zestawy były „zgodne ze schematem”, których nie zamieścił, to wykonawca proponuje własne, utworzone na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i będą one zgodne (ponieważ Zamawiający żąda, aby były one zgodne ze schematem), a użytkownik będzie mógł je dostosować do swoich potrzeb po zapoznaniu się z nimi. Warunek specyfikacji będzie spełniony.

**Wyjaśnienia:** Pytania pozostaje bez wyjaśnienia - zgodnie z pkt I niniejszego pisma Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 32.

**74. Pytanie:** Prosimy Zamawiającego o publikację poniższego pisma do publicznej wiadomości (...)

**Odpowiedź na prośbę:** Ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje instytucji publikacji pism lub oświadczeń wykonawców przez zamawiającego.

**Art. 38 ustawy PZP, w trybie którego Wykonawca nie trafnie wnioskuje o publikację pisma stanowi w:**

ust. 1 zd. 1: „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

ust. 2: Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.”



Ani ten, ani żaden inny przepis ustawy PZP nie zobowiązuje zamawiającego do publikacji pisma, bowiem nie pismo, a konkretne pytanie podlegają publikacji. Odpowiedź na pismo zostaje skierowana do Wnioskującego o publikację osobną korespondencją.

**75. Dotyczy Pakietu nr 4** Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu pozycje 2 oraz 3? Umożliwi to wzięcie udziału większej ilości wykonawców, co zwiększy konkurencyjność ofert.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ Formularz cenowy, pakiet nr 4 poprzez wykreślenie z postępowania poz. nr 1.

**76. Dotyczy Pakietu nr 4, pozycje 2 i 3** Czy Zamawiający dopuści do oceny klipsy tytanowe znanego amerykańskiego producenta, w rozmiarze S o długości klipsa po zamknięciu 3,68 mm i wysokości klipsa przed zamknięciem 2,87 mm oraz klipsy tytanowe w rozmiarze M o długości klipsa 5,89 mm i wysokości klipsa przed zamknięciem 4,68 mm? Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**77. Dotyczy Pakietu nr 17** Czy Zamawiający dopuści do oceny wycinaki aortalne znanego amerykańskiego producenta, dostępne w rozmiarze 3,6 mm zamiast wymaganego 3,5 mm? Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**78. Dotyczy Pakietu nr 35** Czy Zamawiający dopuści do oceny drenaże klatkowe znanego amerykańskiego producenta, z komorą kolekcyjną o pojemności 2500 ml z precyzyjną podziałką w zakresie małych objętości ewakuowanej treści co 1 ml do 100 ml, co 2 ml do 200 ml, co 5 ml do 2500 ml? Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.


**79. Dotyczy Pakietu nr 47, pozycje 1 i 3** Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści do oceny balony do kontrapulsacji znanego amerykańskiego producenta, współpracujące z pompami Datascope: 7,5Fr 30 cc, zamiast wymaganych 34 cc, a w pozycji 3 balony do kontrapulsacji współpracujące z pompami Datascope 9Fr 50 cc?

**Wyjaśnienia:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**80. Dotyczy Pakietu nr 49** Czy Zamawiający dopuści do oceny staplery jednorazowe, znanego amerykańskiego producenta, o przybliżonym zamknięciu zszywki 5,9 mm x 3,9 mm? Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**81. Dotyczy zadania 13** Prosimy o dopuszczenie łąty, jednowarstwowej, perikardialnej, lidera na rynku kardiochirurgii dziecięcej i pacjentów dorosłych, które JAKO JEDYNE NA RYNKU posiadają randomizowane badania potwierdzające brak kalcyfikacji u pacjentów przez minimum 10 lat od wszczepienia. Materiał ulega remodelingowi w okresie około 8-10 tygodni. Proponujemy rozmiary łąt 4 x 4cm oraz 5x 8cm;



**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**82. Dotyczy Pakietu nr 18** Ze względu na dotychczasową, długoletnią współpracę z Zamawiającym w zakresie ww. zadania, prosimy o dopuszczenie kaniul aortalnych SPEŁNIAJĄCYCH WSZYSTKIE WYMAGANIA SIWZ dostępnych w dwóch długościach do wyboru Zamawiającego: 24cm i 33cm (wymagane 23 cm). Pragniemy podkreślić, że różnica długości o 1cm nie zmienia sposobu użytkowania a poszerza grono oferentów ubiegających się o zamówienie publiczne z pewną korzyścią ekonomiczną dla Szpitala.





**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**83. Dotyczy Pakietu nr 21** Ze względu na dotychczasową współpracę w zakresie ww. kaniul, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kaniul żylnych pojedynczych prostych – wszystkie parametry użytkowe zgodne z opisem SIWZ o długości 39cm (wymagane 40 cm). Pragniemy podkreślić, że różnica długości o 1cm nie zmienia sposobu użytkowania a poszerza grono oferentów ubiegających się o zamówienie publiczne z pewną korzyścią ekonomiczną dla Szpitala.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**84. Dotyczy Pakietu nr 22** Ze względu na dotychczasową współpracę w zakresie ww. kaniul, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kaniul żylnych pojedynczych zagiętych – wszystkie parametry użytkowe zgodne z opisem SIWZ o długości 39cm (wymagane 40 cm). Pragniemy podkreślić, że różnica długości o 1cm nie zmienia sposobu użytkowania a poszerza grono oferentów ubiegających się o zamówienie publiczne z pewną korzyścią ekonomiczną dla Szpitala.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**85. Dotyczy Pakietu nr 23** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kaniul do kardiopleginy z linią wentu w rozmiarach 6, 7 i 9 Fr oraz długości 15 cm i rozmiarach igły odpowiednio: 16, 14, 12 G, zakończonych konektorem typu LL – żeński z pewną korzyścią ekonomiczną dla Szpitala, który dokona wyboru z szerszej gamy konkurencyjnych ofert.



**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**86. Dotyczy Pakietu nr 24** Ze względu na dotychczasową współpracę w zakresie ww. kaniul, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kaniul do kardiopleginy wieńcowych **prostych** o długości 30cm, zakończonym balonikiem w rozmiarach od 6mm oraz 7mm.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**87. Dotyczy Pakietu nr 25** Ze względu na dotychczasową współpracę w zakresie ww. kaniul, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kaniul do kardiopleginy wieńcowych **prostych** o długości 30cm, zakończonym balonikiem w rozmiarach od 6mm oraz 7mm.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**88. Dotyczy Pakietu nr 27** Ze względu na dotychczasową współpracę w zakresie ww. wentów, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wentów spełniających wszystkie wymagania SIWZ o długości 32cm z możliwością kontroli głębokości wprowadzenia wentu;

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**89. Dotyczy Pakietu nr 28** Prosimy o dopuszczenie ssawek perikardialnych o długości 36cm.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**90. Dotyczy Pakietu nr 34** Ze względu na dotychczasową, długoletnią współpracę z Zamawiającym w zakresie ww. zadania, prosimy o dopuszczenie stabilizatorów tkankowych i koniuszkowych jednorazowego użytku zgodnie z siwz (opisanych przez nas pozycje: 1 oraz 2) nisko-profilowych, produkt jest asortymentem najwyższej jakości i pochodzi od lidera rozwiązań kardiochirurgicznych najwyższej jakości (TERUMO/Japonia); Potwierdzamy jednocześnie, że kluczowe parametry techniczne są przez nas spełnione. Poniżej przedstawiamy parametry techniczne i prosimy również o ich akceptację:

POZYCJA 1: STABILIZATOR TKANKOWY:

Stabilizator tkankowy przeznaczony do stabilizacji serca w operacjach kardiochirurgicznych oraz bez użycia krążenia pozaustrojowego
Część ssąca stabilizatora niskoprofilowa, atraumatyczna
Możliwość regulacji ustawienia stopki w trzech płaszczyznach w celu lepszego dopasowania do warunków anatomicznych
Możliwość umieszczenia stopki stabilizatora pod kątem prostym do ramienia
Stopka stabilizatora w kształcie drutu, zapewniająca lepszą widoczność i większy zasięg ramienia.
Możliwość wyginania w celu lepszego dopasowania do warunków anatomicznych
Ruch ramienia płynny, umożliwiający stabilizację w dowolnym punkcie i kształcie, <b>rotacja ramienia oraz końcówki stabilizatora o 360 stopni</b>
Część ssąca stabilizatora atraumatyczna, podzielona na cztery komory
System do stabilizacji wyposażony w zestaw drenów łączący stabilizator z pompą ssącą
Stabilizator jednorazowego użytku z tytanowym ramieniem dostarczonym na czas trwania kontraktu – ilość według potrzeb oddziału
Pojedyncze, sterylne opakowanie oraz karton zewnętrzny zabezpieczający opakowanie papier – folia na każdy stabilizator jednorazowego użytku

**POZYCJA 2: STABILIZATOR KONIUSZKOWY:**

Stabilizator koniuszkowy przeznaczony do podtrzymania koniuszka serca w operacjach kardiochirurgicznych oraz bez użycia krążenia pozaustrojowego w kształcie lejka
Część ssąca stabilizatora wykonana z materiału atraumatycznego, końcówka ruchoma współpracująca z anatomicznym ułożeniem i ruchem serca, jednocześnie doskonale podtrzymująca koniuszek w trakcie zabiegu w kształcie profilowanej piramidki
Stabilizator przystosowany do pracy z rozwieraczem klatki piersiowej będącym na wyposażeniu Oddziału Kardiochirurgii
System do stabilizacji wyposażony w zestaw drenów łączący stabilizator z pompą ssącą
Pojedyncze, sterylne opakowanie typu papier – folia + opakowanie zewnętrzne
Ramię przegubowe wykonane z pierścieni tytanowych wielorazowego użytku

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**91. Dotyczy Pakietu nr 43** Prosimy o dopuszczenie w pozycjach 1, 2, 4, 5, 6, 7 w miejsce pierwotnych parametrów protez uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych (niski welur wewnętrzny i wysoki zewnętrzny), karbowanych na całej długości, grubość ściany 0,32mm, przepuszczalność poniżej 0,5ml/cm<sup>2</sup>/min.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**92. Dotyczy Pakietu nr 43** Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 (protezy dziane) w miejsce pierwotnych parametrów protez uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych (niski welur wewnętrzny i wysoki zewnętrzny), grubość ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1ml/cm<sup>2</sup>/min.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w poz. 3 pakietu nr 43, patrz pkt III niniejszego pisma.**

**93. Dotyczy Pakietu nr 43** Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 w miejsce pierwotnych parametrów protez o długości 20-25cm.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**94. Dotyczy Pakietu nr 43** Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 w miejsce pierwotnych parametrów protez o długości 30-50cm.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**95. Dotyczy Pakietu nr 43** Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 w miejsce pierwotnych parametrów protez o długości 30cm.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**96. Dotyczy Pakietu nr 43** Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 w miejsce pierwotnych parametrów protez o długości 20-25cm oraz o odstąpienie od wymogu odcinka niekarbowanego lub wydzielenie pozycji 4 do osobnego pakietu.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanych powyżej protez.**

**97. Dotyczy Pakietu nr 43** Prosimy o dopuszczenie w pozycji 5 w miejsce pierwotnych parametrów protez o długości pnia 40cm i długości odnóg 15cm.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**98. Dotyczy Pakietu nr 43** Prosimy o dopuszczenie w pozycji 6 w miejsce pierwotnych parametrów protez o długości pnia 40cm i długości odnogi 15cm.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**99. Dotyczy Pakietu nr 43** Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w pozycji 7 protezy karbowanej na całej długości, z karbowaną zatoką.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**100. Dotyczy Pakietu nr 43** Prosimy o wydzielenie pozycji 8 do oddzielnego pakietu.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**101. Dotyczy Pakietu nr 18 i 19** Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 18 i 19 kaniule o efektywnej długości 21,6cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**102. Dotyczy Pakietu nr 24** Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 24 kaniule do kardioopleginy wieńcowej proste z samonapełniającym się balonem uszczelniającym wykonanym z PVC w rozmiarach 4,5,6,7,8 mm. Rozmiar ujścia kaniuli 2,1 mm; 3mm; 3,5 mm, długość 29cm.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**103. Dotyczy Pakietu nr 25** Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 25 kaniule do kardioopleginy wieńcowej zakrzywione z samonapełniającym się balonem uszczelniającym wykonanym z PVC w rozmiarach 4,5,6,7,8 mm. Rozmiar ujścia kaniuli 2,1 mm; 3mm; 3,5 mm, długość 29cm.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**104.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 1 ust. 6)

**Wyjaśnienia:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**105.** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1:

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

1) 0,5% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie**

2) 0,5% wartości brutto zareklamowanego przez Zamawiającego towaru złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony w umowie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanego przez Zamawiającego towaru złej jakości**

3) 10% wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku odmowy przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę, wstrzymania dostawy towaru lub dokonania nie uzgodnionej podmiiany asortymentu zamówionego towaru,

4) 10% wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 2 gdy nastąpi odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy,

5) 2% wartości brutto pakietu, którego dotyczy użyczenie sprzętu, gdy Wykonawca dostarczy użyczany sprzęt niezgodny z umową,

6) 0,5% wartości **niezrealizowanej w terminie** umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dostawy użyczanego sprzętu ponad termin określony w umowie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy użyczonego sprzętu,**

7) **1.500,00 zł**, w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 8. (dotyczy pakietów 32, 34, 41, 47, 48)

**Wyjaśnienia:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dla punktów 1) – 6) ust. 1 w paragrafie 6, modyfikuje SIWZ w zakresie pkt 7) – patrz pkt III niniejszego pisma.

**106. dot. pakietu 34.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na stabilizatory tkankowe i stabilizatory do potrzymania serca z wyłączeniem dmuchawki?

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**107. dot. pakietu 34.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stabilizatora bez wskaźnik siły stabilizacji ramienia stabilizatora? Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**108. dot. pakietu 34.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stabilizatora do podtrzymania serca bez -

obrotowe połączenie ramienia stabilizatora z zaciskiem służącym do montowania na retraktorze mostkowym? Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**109. dot. pakietu 35.** Czy Zamawiający dopuści w miejsce pierwotnych parametrów technicznych zestawu do drenażu opłucnej amerykańskiego producenta, celem zwiększenia konkurencyjności ofert – sterylne wielofunkcyjnego trzykomorowego zestawu do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z jednym drenem łączącym – Compact. Komora kolekcyjna o pojemności 2100 ml wyskalowana, z precyzyjną podziałką w zakresie małych objętości ewakuowanej treści co 1ml do 100ml, co 2 do 210ml i co 10 do 2100ml. Drenaż wyposażony w wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym. Wydzielona i wyskalowana zastawka podwodna z zastawką zabezpieczającą przed utratą uszczelnienia podwodnego w przypadku wysokiego ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej w zakresie od -5 do -20cm H<sub>2</sub>O. Pracujący bezgłośnie. Mechaniczna zastawka odbarczająca zabezpieczająca przed wzrostami ciśnienia w kierunku dodatnim. Możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu. Monitor przecieku powietrza z podziałką od 1 do 5. Dysze zabezpieczające przed rozlaniem się płynów między komorami, możliwość podjęcia prawidłowej pracy po przewróceniu się drenażu. Dzięki posiadaniu dwóch zastawek zlokalizowanych wewnątrz drenażu, jedna w komorze zastawki wodnej, a druga w komorze kolekcyjnej, drenaż posiada możliwość położenia go w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodując wymieszania roztworów wewnątrz komór. Membranowy port dostępowy do zastawki podwodnej, umożliwiający łatwą i aseptyczną korektę poziomu płynu. W zestawie fiolka z wodą sterylną o pojemności 45ml do wypełnienia zastawki wodnej. Zestaw wyposażony w klamrę zaciskową na drenie, umożliwiającą szybki i łatwy dostęp do pobrania próbki płynu do badań. Półprzezroczysty elastyczny dren, nie zawierający lateksu, umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści. Dren schodkowy, nie wymagający korzystania z łączników, wyposażony w nasadkę zabezpieczającą dren przed utratą sterylności. Dren wyposażony w spiralną ochronę przed załamaniem drenu łączącego, również bezlateksową. Drenaż o budowie kompaktowej, posiadający zarówno stabilną wysuwaną podstawkę do postawienia na podłodze, całkowicie odporna na zamoczenie, jak również system wielopozycyjnych wieszaków schowanych w dużej ułatwiającej transport ręczce umożliwiającej zawieszenie drenażu z każdej strony łóżka pacjenta. Opakowanie zbiorcze 6 szt.?

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**110. dot. pakietu nr 87.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniul o następującej charakterystyce: Niepowlekane. Zbrojone, wyposażone w znaczniki głębokości i prowadnicę. Kaniule dostępne w rozmiarach 19, 21, 23, 25, 29 Fr długość 38 i 55 cm z konektorem 3/8x3/8 cala (wybór rozmiaru zgodnie z potrzebami zamawiającego).

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**111. dot. pakietu 88.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniul o następującej charakterystyce: Niepowlekane. Zbrojone, wyposażone w otwory boczne dla lepszego przepływu krwi. wyposażone w znaczniki głębokości i prowadnicę. Kaniule dostępne w rozmiarach: 13, 15, 17, 19, 21, 23 Fr, długość 15 i 23 cm z konektorem 3/8x3/8 cala oraz przyłączem typu Luer Lock (wybór rozmiaru zgodnie z potrzebami Zamawiającego)

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

### III. Modyfikacja SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi **modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:**

#### 1. załącznika nr 2 do SIWZ Formularz cenowy poprzez:

- 1) wykreślenie poz. nr 1 „Klej tkankowy (...)” z pakietu nr 4
- 2) wykreślenie poz. nr 2 „Kaniule do kardiopleginy wstecznej. (...)” z pakietu nr 26
- 3) zmianę opisu asortymentu w pakiecie nr 43 poz. 3, który przyjmuje brzmienie:  
„3. Protezy naczyniowe 6, 8, 10 mm, dł. 20 cm  
Protezy naczyniowe ~~dziane~~ **tkane** proste, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznio welurowane, grubość ściany 0,49 mm; przepuszczalność ≤5ml/cm<sup>2</sup>/min”
- 4) załącznika nr 2 do SIWZ Formularz cenowy, poprzez wykreślenie pakietu nr 83. Wskazany w pakiecie 83 asortyment jest identyczny jak sprzęt opisany w pakiecie nr 67.
- 5) załącznika nr 2 do SIWZ Formularz cenowy, poprzez zmianę opisu asortymentu w pakiecie nr 84, który przyjmuje brzmienie  
„84. Paski do oznaczania ACT kompatybilne z HEMOCHRON Jr. Signature.  
**Termin przydatności do użycia min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego”**

2. **pkt 76 SIWZ, który przyjmuje brzmienie:** „Oferta musi być zabezpieczona odpowiednią kwotą wadium, która dla całości zamówienia wynosi **66.649,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć zł 00/100) (...)**”.

3. **zmienia się określona w pkt 76 SIWZ wysokość wadium dla następujących pakietów:**

pakiet nr 4 – 1.000,00 zł;  
pakiet nr 26 – 100,00 zł;  
pakiet nr 32 – nie dotyczy,  
pakiet nr 83 – nie dotyczy

**Kwoty wadium dla pozostałych pakietów nie ulegają zmianie.**

4. **załącznika nr 4 do SIWZ Projekt umowy, poprzez:**

1) **dopisanie w paragrafie 1 ustępów 9 i 10 o następującej treści:**

„**9. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po Stronie Zamawiającego:** ....., **e-mail:** ....., **tel.** .....

**10. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po Stronie Wykonawcy:** ....., **e-mail:** ....., **tel.** .....”

2) **zmianę treści ust. 8 w paragrafie 1, który przyjmuje brzmienie:** „W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału 2 osób, wytypowanych przez Zamawiającego, w szkoleniu związanym z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. Wartość szkoleń nie przekroczy 3000 brutto na 12 miesięcy. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów udziału ww. osób w szkoleniu (rejestracja, pobyt, dojazd etc) poprzez dokonanie przelewu opłat na wskazany przez Zamawiającego rachunek jednostki prowadzącej szkolenie i doręczenie Zamawiającemu dowodu uiszczonej opłaty w odpowiednim terminie. (**dotyczy pakietów nr 32, 34,**

41, 47, 48)”

3) **zmianę treści pkt 7) w ustępie 1 w paragrafie 6, który przyjmuje brzmienie:** „7) **1.500,00 zł**, w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 8, **za każdy taki stwierdzony przypadek.** (dotyczy pakietów **32, 34, 41, 47, 48).**

**IV. W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:**

**Było:**

**113.** Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 08. 07. 2019 r., do godziny 09:30 na platformie zakupowej Zamawiającego, przy czym próbki oraz ewentualnie oryginał dokumentu wniesienia wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w Łodzi przy ul. Kniaziewiczza 1/5, budynek administracji, III piętro, pokój nr 31, w tym samym terminie

**118.** Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewiczza 1/5, w sali szkoleń nr 3 budynek administracji, III piętro. w dniu 08. 07. 2019 r., o godzinie 10:00.

**Jest:**

**113.** **Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 22. 07. 2019 r., do godziny 09:30 na platformie zakupowej Zamawiającego, przy czym próbki oraz ewentualnie oryginał dokumentu wniesienia wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w Łodzi przy ul. Kniaziewiczza 1/5, budynek administracji, III piętro, pokój nr 31, w tym samym terminie**

**118.** Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewiczza 1/5, w sali szkoleń nr 3 budynek administracji, III piętro w dniu **22. 07. 2019 r., o godzinie 10:00.**

Integralnymi załącznikami do niniejszego pisma są:

1. zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy,
2. zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy,
3. Informacja o zmianie Ogłoszenia.

Z poważaniem

*Wersja elektroniczna dokumentu.  
Dokument podpisany w oryginale przez o.o. Dyrektora Szpitala  
Andrzeja Adamkiewicza*