



Znak: AE/ZP-27-72/23

Tarnów, 2023-10-25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000 EURO) na dostawę aparatu do znieczulania 1 szt.

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

1. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyków gazowych tlenu, podtlenu azotu i powietrza: AGA, DIN II (Draeger), inny niewymieniony będzie wymagał Zamawiający.
2. Prosimy o doprecyzowanie jaki rodzaj odciągu gazów poanestetycznych posiada Zamawiający na stanowisku, na którym ma zostać zamontowany aparat do znieczulania:
 - bierny odciąg lub brak instalacji odciągu,
 - czynny odciąg o dużym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2,
 - czynny odciąg o małym przepływie instalacji odciągu.
3. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyku odciągu gazów poanestetycznych: AGSS AGA , AGSS DIN II (Draeger), inny niewymieniony, będzie wymagał Zamawiający.
4. Prosimy o doprecyzowanie typu wykorzystywanych na bloku operacyjnym przetworników ciśnienia: Edwards, BD, Abbott, Utah, B. Braun, inne niewymienione, co pozwoli na wycenę i dostawę kompatybilnych przewodów interfejsowych.
5. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt.74** - Czy Zamawiający dopuści obsługę kardiomonitora poprzez ekran dotykowy, bez pokrętła?
6. **Dotyczy pkt. 24.11 SWZ** - Termin realizacji napraw serwisowych powinien być uwarunkowany realną możliwością wykonania określonych czynności przez Wykonawcę, uwzględniać czas niezbędny na przywrócenie sprawności sprzętu, biorąc pod uwagę charakter urządzeń objętych umową. Z całą pewnością termin wykonania nie powinien wynikać wyłącznie z uznaniowej decyzji Zamawiającego, który zazwyczaj nie ma wiedzy, ile czasu jest niezbędne na podjęcie i przeprowadzenie czynności naprawy. Mając na względzie ustaloną praktykę na rynku urządzeń medycznych, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia zgodnie z poniższym:
„24.11. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, a jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy - 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność.”
7. **Dotyczy pkt. 24.12 SWZ** - Nie każda stwierdzona wada/usterka w urządzeniu wiąże się z potrzebą całkowitej wymiany urządzenia. Standardowo, w celu usunięcia usterki, wystarczająca pozostaje naprawa lub wymiana danej części lub elementu. W ocenie Wykonawcy sposób usuwania wad nie powinien być zależny od wyłącznej, jednostronnej decyzji Zamawiającego, a dobór odpowiedniej metody powinien należeć co do zasady do Wykonawcy, jako profesjonalisty. Ponadto, na rynku urządzeń medycznych wymiana części/elementu/modułu jest praktykowana po co najmniej dwukrotnej naprawie. W celu przywrócenia równowagi kontraktowej stron i wyeliminowania ryzyka po stronie Wykonawcy ponoszenia nadmiarowych, nieuzasadnionych okolicznościami kosztów prosimy o poniższą zmianę:
„24.12. W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru prawo do:
 - a) żądania wymiany przez Wykonawcę wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.24.11. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż



wynikający z pkt 24.11 SWZ (dotyczy sytuacji, gdy ta sama usterka lub wada była naprawiana co najmniej dwukrotnie),

b) żądania usunięcia wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie, o którym mowa w pkt.24.11. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż wynikający z pkt 24.11 SWZ.”

- 8. Dotyczy pkt. 24.14 SWZ** - Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:
„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?
- 9. Dotyczy pkt. 24.15 pkt b) SWZ** - Wykonawca zauważa, iż zaproponowana przez Zamawiającego kara w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy jest rażąco wygórowana już w dacie jej zastrzeżenia – wynosi 50% kary za odstąpienie (art. 484 k.c.). Wnosimy, więc o obniżenie zaproponowanej kary do maksymalnie „0,9%” wartości przedmiotu umowy brutto.
Ze względu na koszt zamówienia, który jest punktem odniesienia do naliczania kar, zasadnym jest, aby ryzyka związane z Umową zostały wyważone należycie. Ponadto, wskazać należy, iż wszelkie dodatkowe ryzyka finansowe związane z realizacją umowy Wykonawca będzie zmuszony uwzględnić w cenie oferty, co wpłynie na ponoszony przez Zamawiającego koszt zamówienia.
- 10. Dotyczy pkt. 24.15 pkt d) SWZ** - Ze względu na wyjaśnienia dot. pkt 24.12 Wykonawca wnosi o zmianę ww. projektowanego postanowienia umowy w poniższym zakresie:
„dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na warunkach określonych w pkt 24.12 w okresie gwarancji/rękojmi.”.
A dodatkowo wnosimy o usunięcie zapisu:
„demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi.”.
Ponadto, wnosimy o modyfikację końcowej części zapisu pkt 24.15. lit. d):
„w terminie, o którym mowa w pkt. 24.11. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż wskazany w pkt 24.11.”
- 11. Dotyczy pkt. 24.16 SWZ** - Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę limitu kar, jakie mogą być naliczone w ramach umowy z 30% na 20%.
- 12. Dotyczy pkt. 24.22 SWZ** - Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia.
W sytuacji niezrealizowania umowy przez Wykonawcę – Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia, która to kara ma co do zasady rekompensować Zamawiającemu skutki braku realizacji umowy przez Wykonawcę.
Nie można uznać w żadnym razie za zasadne czy usprawiedliwione, a tym bardziej zgodne z praktyką w branży urządzeń medycznych uprawnienie Zamawiającego do zakupu nowego urządzenia na koszt Wykonawcy u innego podmiotu.
- 13. Dotyczy pkt. 24.24 SWZ** - Wykonawca proponuje, aby w ramach zapisów umowy przewidziana została mimo wszystko możliwość zapobiegania potencjalnym przypadkom zerwania umowy poprzez ustanowienie procedury naprawczej, umożliwiającej Wykonawcy prawidłową realizację przedmiotu Umowy. Nawet, jeśli rozwiązanie następuje z winy Wykonawcy będącego w zwłoce (art. 433 pkt 1) ustawy Pzp), poprzedzenie go wezwaniem do należytego wykonania może zapobiec potrzebie poszukiwania innego dostawcy usług, po nowej wyższej cenie. Wykonawca zwraca się o modyfikację zdania pierwszego postanowienia:
„Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, po bezskutecznym upływie odpowiedniego, dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych.”
- 14. Dotyczy pkt. 24.24 b) SWZ** - Ponadto, Wykonawca zwraca się o wykreślenie z postanowienia pkt 24.24. lit. b) fragmentu: „bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy,”
- 15. Dotyczy pkt. 13.13 SWZ** - Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe



umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 i Ad 3

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ po pkt. 26 dodaje pkt. 26a w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” **o treści:**

„Wtyki gazowe tlenu, podtlenku azotu, powietrza oraz odciągu gazów poanestetycznych wliczone w cenę oferty.“

2/w Załączniku Nr 5 do SWZ po pkt. 26 dodaje pkt. 26a w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”” **o treści:**

„Tak”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż posiada system AGA.

Ad 2

Zamawiający informuje, iż na stanowisku, na którym ma zostać zamontowany zaoferowany aparat do znieczulania Zamawiający posiada czynny odciąg gazów poanestetycznych o dużym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2.

Ad 4

Zamawiający informuje, iż na bloku operacyjnym u Zamawiającego wykorzystywane są przetworniki ciśnienia Edwards.

Ad 5

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kardiomonitora, którego obsługa odbywa się tylko poprzez ekran dotykowy, bez obsługi poprzez pokrętko.

Ad 6

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.11 SWZ **zapis o treści:**

„24.11. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękopmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność.”

zmienia na zapis o treści:

„24.11. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękopmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność lub w innym terminie uzasadnionym technicznie lub logistycznie zaakceptowanym w formie pisemnej przez Zamawiającego.”

Ad 7

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.12 SWZ **zapis o treści:**

„24.12. W ramach uprawnień z rękopmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru prawo do:

- a) żądania wymiany przez Wykonawcę urządzenia, wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamy parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.24.11. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,



- b) żądania usunięcia wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie, o którym mowa w pkt.24.11. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- c) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania wadliwego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.24.11. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

zmienia na zapis o treści:

„24.12. W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru prawo do:

- a) żądania wymiany przez Wykonawcę urządzenia, wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamy parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.24.11. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż wskazany w pkt.24.11. SWZ,
- b) żądania usunięcia wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie, o którym mowa w pkt.24.11. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż wskazany w pkt.24.11. SWZ,
- c) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania wadliwego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.24.11. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż wskazany w pkt.24.11. SWZ.”

Ad 8

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.14 SWZ.

Ad 9 i Ad.10

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.15 SWZ **zapis o treści:**

„24.15. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- b) 5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,
- c) 10 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:
 - dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
 - dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
 - demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi,w terminie, o którym mowa w pkt. 24.11. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.”

zmienia na zapis o treści:

„24.15. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- b) 2 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z



wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,

- c) 10 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:
 - dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
 - dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
 - demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi,w terminie, o którym mowa w pkt. 24.11. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż wskazany w pkt.24.11. SWZ.

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.”

Ad 11

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.16 SWZ **zapis o treści:**

„24.16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.24.15. SWZ nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.”

zmienia na zapis o treści:

„24.16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.24.15. SWZ nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.”

Ad 12

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.22 SWZ.

Ad 13 i Ad 14

„24.24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach:

- a) w przypadku upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,
- b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy,
- c) jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

zmienia na zapis o treści:

„24.24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy i wyznaczeniu mu terminu co najmniej 5 dni roboczych, w następujących sytuacjach:

- a) w przypadku upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,
- b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego,
- c) jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

Ad 15

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.13.13.12 SWZ **zapis o treści:**

„13.13.12. Materiałów informacyjnych (w języku polskim) opracowanych przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia



parametrów określonych w pkt. 2, 18 i 58 Załącznika Nr 5 do SWZ.

Zamawiający zwraca się z prośbą, aby Wykonawca zaznaczył w złożonych materiałach informacyjnych informacje, o których mowa wyżej.”

zmienia na zapis o treści:

„13.13.12. Materiałów informacyjnych (w języku polskim) opracowanych przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia parametrów określonych w pkt. 2, 18 i 58 Załącznika Nr 5 do SWZ.

Zamawiający zwraca się z prośbą, aby Wykonawca zaznaczył w złożonych materiałach informacyjnych informacje, o których mowa wyżej.

W przypadku braku potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia parametrów określonych w pkt. 2, 18 i 58 Załącznika Nr 5 do SWZ w materiałach informacyjnych (w języku polskim) opracowanych przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza złożenie w tym zakresie oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta.”

W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.1, Ad.3, Ad.6, Ad.7, Ad.9 - Ad.11, Ad.13, Ad.14 i Ad.15 działając na podstawie art.137 ust.1, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia **09.11.2023r. godz. 09:00,**
- otwarcie ofert w dniu **09.11.2023r. godz. 10:00,**

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 06.02.2024r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 13.13.12., 18.1., 19.1., 20.1., 24.11., 24.12, 24.15, 24.16., 24.24, Załączniku Nr 5 oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 5 do SWZ po zmianie treści SWZ.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcelina Kula