

PZP.262.15.2023.8.VJW

Olsztyn, 20.06.2023 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, POŻYWEK MIKROBIOLOGICZNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH z podziałem na 13 zadań.**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie ze zmianami, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Dotyczy ZADANIA II - poz. 14 podany nr kat. dotyczy azotu azotynowego, podczas gdy Zamawiający w nazwie podaje azot amonowy. Który produkt należy zaoferować?

Zamawiający informuje, że chodzi o azot amonowy i w związku z tym zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

— w Formularzu cenowym dla ZADANIA II (Załącznik nr 2) w poz. 14 kol. „Numer katalogowy produktu oferowanego przez dostawcę” skreśla się numer „CPAchem H013.W.L1” i w to miejsce wstawia się numer „CPAchem H011.W.L1”.

2. Dotyczy ZADANIA II - poz. 17 żaden ze wskazanych dostawców nie posiada produktów zgodnych z ISO 17034. Czy Zamawiający zaakceptuje produkty wskazanych przez siebie producentów, mimo braku zgodności z wymaganymi normami?

Zamawiający zaakceptuje produkty wskazanych przez siebie producentów.

3. Dotyczy ZADANIA II - poz. 29 dostawca nie posiada produktów zgodnych z ISO 17034. Czy Zamawiający zaakceptuje produkt wskazany przez siebie, mimo braku zgodności z wymaganymi normami?

Zamawiający zaakceptuje produkty wskazanych przez siebie producentów.

4. Dotyczy ZADANIA II - Poz, 43 wskazany nr to wzorzec anionowy 6 elementowy, podczas gdy w nazwie podano wzorzec jonu amonowego. Który produkt należy zaoferować?

Zamawiający informuje, że chodzi o wzorzec anionowy 6-elementowy i w związku z tym zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

— w Formularzu cenowym dla ZADANIA II (Załącznik nr 2) w poz. 43 kol. „Testy do oznaczeń/zakres pomiarowy” skreśla się wyrażenie „jon amonowy” i w to miejsce wstawia się wyrażenie „wzorzec anionowy 6-elementowy”.

5. Dotyczy ZADANIA II - Poz. 45- proszę o podanie wielkości opakowania- podany nr nie jest poprawny, więc nie można dobrać opakowania

Zamawiający informuje, że wielkość opakowania wynosi 500ml i w związku z tym zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

— w Formularzu cenowym dla ZADANIA II (Załącznik nr 2) w poz. 45 kol. „Testy do oznaczeń/zakres pomiarowy” skreśla się numer „CPAchem H012.W.L15” i w to miejsce wstawia się numer „CPAchem H012.W.L5”.

6. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, gdzie należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy oferowanego asortymentu w zakresie zadania nr V? W formularzu cenowym dla tego zadania brak jest kolumny:” Numer katalogowy produktu oferowanego przez dostawcę”.

Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

— w Formularzu cenowym dla ZADANIA V (Załącznik nr 2) po kolumnie „Nr katalogowy” dodaje się kolumnę „Numer katalogowy produktu oferowanego przez dostawcę”.

Załączniki do pisma:

- 1) aktualny Formularz cenowy dla ZADANIA II w wersji edytowalnej
- 2) aktualny Formularz cenowy dla ZADANIA V w wersji edytowalnej