



## Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna dn. 16.04.2019

Do wszystkich  
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **poniżej 221.000 euro** którego przedmiotem jest **Dostawa wyrobów medycznych (wskaźniki d kontroli sterylizacji, opakowania sterylizacyjne)** ogłoszenia w 535744-N-2019; data zamieszczenia: **10.04.2019 r. Znak sprawy – PN 21/2019**  
Do Działu Handlowego wpłynęły złożone przez uczestników (Wykonawców) w/w postępowania n/w pytania z prośbą o wyjaśnienie, zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:

### Pytanie 1- Pakiet 4

#### Pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testów, które posiadają możliwość odklejenia, jednak można je stosować bez konieczności przyklejania zachowując w 100% ich parametry i właściwości?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

### Pytanie 2-Pakiet 4

#### Pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testów, pakowanych po 200 szt z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania zamawiającego tj 13 opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### Pytanie 3- Pakiet 4

#### Pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testów, które posiadają możliwość odklejenia, jednak można je stosować bez konieczności przyklejania zachowując w 100% ich parametry i właściwości?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

### Pytanie 4- Pakiet 4

#### Pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testów, pakowanych po 200 szt z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania zamawiającego tj 28 opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### Pytanie 5- Pakiet 4

#### Pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testów, posiadających poniższe parametry:

Test typu PRO-Clean™ to szybki i łatwy sposób na dokładne monitorowanie stopnia zanieczyszczenia powierzchni urządzeń medycznych pomagający zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i jakość wyrobów. Test PRO-Clean™ wykrywa wszelkie pozostałości protein znajdujące się na powierzchni po myciu i dezynfekcji. Aby przeprowadzić badanie należy pobrać wymaz z powierzchni, dodać odczynnik, a w razie obecności pozostałości zawierających proteiny odczynnik zmieni barwę na fioletową. Stopień zmiany barwy oznacza poziom zanieczyszczenia powierzchni. Im większe zanieczyszczenie, tym szybciej następuje zmiana barwy na fioletową i jej odcień jest ciemniejszy. Test PRO-Clean™ natychmiastowo sprawdza czystość powierzchni, umożliwiając w razie potrzeby wdrożenie odpowiednich działań korygujących.

wyniki w czasie krótszym niż 10 minut,

1.

urządzenie typu „all-in one” – bez oprzyrządowania, 12-miesięczny okres przechowywania,

łatwość interpretacji

wyniku,

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

### Pytanie 6- Pakiet 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1, 2, 8, 12, 20, 21, 22, 23 i 36 do osobnego pakietu ? Wydzielenie pozycji umożliwi nam złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 7- Pakiet 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1, 2, 3 i 4 do osobnego pakietu ? Wydzielenie pozycji umożliwi nam złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 8- Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści papier sterylizacyjny o następujących parametrach: wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5 kN/m, niezwilżalność wodą 25 s; pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 9- Pakiet 1****Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści do oceny test spełniający wymagania SIWZ w pokowaniach a'250 szt. ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 10- Pakiet 4****Pozycja 1**

Czy Zamawiający potwierdza że dla ww. pozycji wymaga zgodności z TS 15883-5 ? Norma 15883-5 nie posiada wersji PN-EN.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga potwierdzenia zgodności ze specyfikacją techniczną TS ISO 15883-5.**

**Pytanie 11- Pakiet 4****Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści do oceny testy spełniające wymagania SIWZ w opakowaniach a'200 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 12- Pakiet 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1-13) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 13- Pakiet 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, wyposażone w folię siedmiowarstwową, łącznie z warstwą klejącą, co nie wpływa na jakość opakowania z uwagi na porównywalną grubość folii biorąc pod uwagę opakowania dostępne na rynku, ok. 52µm, ponadto norma PN EN 868-5 określa, że folia z tworzywa sztucznego powinna składać się z 2 lub więcej warstw?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 14- Pakiet 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na potwierdzenie liczby warstw folii wydane przez producenta rękawów?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 15- Pakiet 3**

Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy bez zakładki o wymiarach 12cm x 200m?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 16- Pakiet 3**

Czy Zamawiający w poz. 12 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości zakładki 6cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 17- Pakiet 3****Pozycja 11**

czy Zamawiający dopuści rękaw o wielkości fałdy 5cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 18- Pakiet 3****Pozycja 12**

czy Zamawiający dopuści rękaw o wielkości fałdy 6cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 19- Pakiet 3****Pozycja 11**

czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 42x9cm z 100m?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę (poz. 13)**

**Pytanie 20- Pakiet 3**

**Pozycja 14**

czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 15x30cm, pakowane a'100 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 21- Pakiet 3**

**Pozycja 15**

czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 21x28cm, pakowane a'100 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 22- Pakiet 3**

**Pozycja 16-19**

czy Zamawiający dopuści torebki pakowane a'100 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 23- Pakiet 3**

czy Zamawiający dopuści torebki i rękawy z papierem:

- przenikanie powietrza [1,47 k Pa] nie mniej niż 11,4  $\mu\text{m}/\text{Pa}\cdot\text{s}$
- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,2 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,8 kN/m
- folia: minimum 6 warstw, nie licząc warstwy kleju
- w miejsce wytrzymałości na rozdarcia w obu kierunkach, siła zrywająca wzdłuż 65N, w poprzek 62N
- potwierdzenie ilości warstw folii przez producenta na Karcie danych Technicznych?\

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 24**

par. 6 ust. 3: czy przed odstąpieniem od umowy, Zamawiający wezwanie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ (modyfikacja dostępna na stronie**

**<https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings> )**

**Pytanie 25- Pakiet 4**

**Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny test spełniający wymagania SIWZ w opakowaniach a'200 szt. ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI  
MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI  
„STOCER” Sp. z o.o.

*Piotr Papaj*

Otrzymują:

-adresat

-a/a.

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Mrówka

Tel. (22) 711 90 48, , Fax (22) 711 90 37,,

e-mail: [zamowienia@stocer.pl](mailto:zamowienia@stocer.pl)