



Krynica – Zdrój, dnia 13.11.2024r.

Znak sprawy ZP - 271-30/24

Znak pisma ZP- 271-30-6/2024

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/kryniczanka>

Dotyczy: postępowania na : „**Sprzedaż, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego na doposażenie bazy zabiegowej obiektów Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S. A.**” w Krynicy Zdroju, ul. Nowotarskiego 9/4”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024 poz. 1320) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 1.

1. Zwracam się z prośbą aby Zamawiający odstąpił w pozycji:

5) Rower poziomy– 1 sztuka

6) Stolik medyczny dwu półkowy - 1 sztuka

od zapisu "Świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie RP w tym Certyfikat Medyczny i Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych" ponieważ producent rozpisanych urządzeń nie posiada takowych dokumentów ponieważ urządzenia są na 23% stawce VAT.

Odpowiedź 1.

1. Zamawiający odstępuje w pozycji

5) Rower poziomy -1 sztuka

6) Stolik medyczny dwu półkowy 1 sztuka

od zapisu "Świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie RP w tym Certyfikat Medyczny i Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych"

Pytanie 2.

2. Zwracam się z prośbą aby Zamawiający dopuścił w pozycji:

3) Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej + fotel do terapii

sytuację, w której aparat jest wyrobem medycznym na 8% stawce VAT natomiast fotel jest doposażeniem więc nie jest wyrobem medycznym i jest na 23% stawce VAT.

Odpowiedź 2.

Zamawiający dopuszcza w punkcie

3)Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej + fotel do terapii uroginekologicznej

Fotel jako wyrób niemedyyczny (jako doposażenie do urządzenia głównego)

Prokurent Ewa Dominik