



*Szpital św. Anny w Miechowie*  
*ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*  
*tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342*  
*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*  
*http://www.szpital.miechow.pl,*  
*e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl*

Miechów, dnia 4 grudnia 2023 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Dostawę nici chirurgicznych oraz siatek przepuklinowych dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie: 26/TP/2023**

W związku z wniesieniem pytań, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

**1.**

Dot. Zadania 1, poz. 18-20. Czy Zamawiający dopuści szew o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad.1 Pozostaje jak w SWZ .**

**2.**

Dot. Zadania 1, poz. 21-23. Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, jednowłóknowy, o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15% i czasie wchłaniania 90-120 dni?

**Ad. 2 Pozostaje jak w SWZ .**

**3.**

Dot. Zadania 2, poz. 23. Czy Zamawiający dopuści szew bez koralików i kołnierzy?

**Ad. 3 Pozostaje jak w SWZ .**

**4.**

Dot. Zadania 2, poz. 23. Czy Zamawiający wykreśli pozycję 23 z zadania?

**Ad. 4 Pozostaje jak w SWZ . Zamawiający nie wykreśli pozycji 23 z zadania 2.**

**5.**

Dot. Zadania 3, poz. 8. Czy Zamawiający wykreśli pozycję 8 z zadania?

**Ad. 5 Pozostaje jak w SWZ . Zamawiający nie wykreśli pozycji 8 z zadania 3.**

**6.**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 8, poz. 1 - 4: Siatkę chirurgiczną **lekką**, miękką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, o grubości 0,32 mm, gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów max 2,31 mm, porowatość 89,2%, wytrzymałość >1,8 N/mm, wykonaną w **technologii quadriaxial** (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, która pozwala w przypadku siatek lekkich zwiększyć ich wytrzymałość na rozciąganie, siatka staje się mocniejsza oraz zachowuje swój kształt w warunkach napięcia co gwarantuje skuteczność leczenia, opakowanie 5 szt., w rozmiarach zgodnych z SWZ?

**Ad .6 Pozostaje jak w SWZ .**

podpis elektroniczny