

Mazurskie Centrum Zdrowia  
Szpital Powiatowy w Węgorzewie  
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. 3 Maja 17  
11-600 Węgorzewo  
tel (87) 427 32 52  
fax (87) 427 32 52 wew. 210

Węgorzewo, dn. 19.12.2022 r.

Dotyczy: *dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w podziale na grupy*  
Nr Sprawy: *MCZ/TPsm/2022*

Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie informuje, iż dnia 19.12.2022 r., za pośrednictwem platformy zakupowej, wpłynęło zapytanie w związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w podziale na grupy.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710, ze zm.) zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących ww. postępowania oraz odpowiedzi:

**Grupa V, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści rurki nosowo-gardłowe o średnicy zew. 3,0-9,0mm?

**Odpowiedź zamawiającego: TAK**

**Grupa V, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową kodowaną kolorystycznie za pomocą kolorowej wkładki? (zdjęcie poglądowe poniżej)



**Odpowiedź zamawiającego: TAK**

**Grupa VI, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 50mm?

**Odpowiedź zamawiającego: TAK**

**Grupa VI, pozycja 6**

Czy Zamawiający doprecyzuje do jakiego ssaka (firma, model) wymaga filtra?

**Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający posiada ssak AGA-LABOR, SU2 Standard 35.**

**Grupa VIII, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2100mm?

**Odpowiedź zamawiającego: TAK**

**Grupa XIX, pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czysty łącznik do drenów, pakowany zbiorczo po 100 szt.?

**Odpowiedź zamawiającego: NIE**

**Grupa XIX, pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów o średnicy 10mm, 8mm i dł. 65mm?

**Odpowiedź zamawiającego: TAK**

**Grupa XIX, pozycja 29-30**

Czy Zamawiający doprecyzuje do jakiego otoskopu (jakiej firmy) wymaga zaoferowania wziernika?

**Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający posiada otoskop TM-OT 100B, Tech-Med.**

**DYREKTOR**  
Mazurskiego Centrum Zdrowia  
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie  
*mgr Katarzyna Kopiczko*