



Znak: AE/ZP-27-26/22

Tarnów, 2022-04-05

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawę rejestratorów EKG systemem Holtera 11 szt. oraz rejestratorów ciśnienia krwi systemem Holtera 7 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującą treść:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznik Nr 4.2 pkt.1** - Czy Zamawiający dopuści rejestrator holterowski ciśnienia krwi wyprodukowany w 2022 roku?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznik Nr 4.2 pkt. 14** - Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy ciśnienia krwi od 40 do 260 mmHg? Zwracamy uwagę że mierzenie wartości ciśnienia poza tym zakresem ma znikome znaczenie kliniczne.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznik Nr 4.2 pkt. 18** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaprogramowania 5 różnych interwałów pomiarowych w każdym okresie pomiarowym?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznik Nr 4.2 pkt. 22** - Czy Zamawiający dopuści rozmiary mankietów od 24 do 32cm i od 32 do 42cm do każdego rejestratora?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy w zakresie Pakietu nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do: 30 dni od daty podpisania umowy?
6. **Dotyczy pkt. 22.11 SWZ** - Mając na względzie fakt, iż rękojnia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone: „(...) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”. Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.
7. **Dotyczy pkt. 22.10 SWZ** - Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej. Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób: „Gwarancją nie są objęte: uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły

wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy.

8. Dotyczy pkt. 22.13 SWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zdania pierwszego w/w punktu na: „W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje wedle wyboru Wykonawcy prawo do : (...)

9. Dotyczy pkt. 22.13 SWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z punktu 22.13 prawa do żądania wymiany przez Wykonawcę całego urządzenia, a pozostawienie zapisu odnośnie do wymiany wadliwego: elementu, podzespołu, modułu na wolny od wad? Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu daje prawo Zamawiającemu w każdym przypadku do żądania wymiany urządzenia na nowe nawet w przypadku nieistotnej naprawy. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający żąda wymiany urządzenia na nowe, podczas gdy tylko jeden (np. nieistotny) element został uszkodzony / uległ awarii.

10. Dotyczy pkt. 22.16 b) SWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie opisanej w pkt b) kary umownej na: 2,5% wartości brutto przedmiotu umowy?

11. Dotyczy pkt. 22.17 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt. 22.16 SWZ nie mogła przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto?

12. Dotyczy pkt. 22.16 d) SWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli zobowiązania z tyt. gwarancji i rękojmi czy innych obowiązków określonych umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwłoka będzie dot. jednego urządzenia), to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiając Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

13. Dotyczy pkt. 22.23 SWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu poprzez dodanie następującego zastrzeżenia: „Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia wyznaczając mu dodatkowy, nie krótszy niż 7 dniowy termin.”?

14. Dotyczy pkt. 22.25 SWZ - Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie: Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

15. Dotyczy pkt. 22 SWZ - Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację w kraju oraz na świecie proponujemy dodatnie Paragrafu o treści:

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuści również zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 rejestratorów holterowskich ciśnienia krwi fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2022 roku.

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 4.2 do SWZ w pkt.1 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”
zapis o treści:

„Rejestrator holterowski ciśnienia krwi 7 szt. fabrycznie nowy rok produkcji 2021.”

zmienia na zapis o treści:

„Rejestrator holterowski ciśnienia krwi 7 szt. fabrycznie nowy rok produkcji nie wcześniej niż 2021.”

Ad. 2

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 4.2 do SWZ w pkt.14 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”

zapis o treści:

„Zakres pomiarowy ciśnienia krwi minimum od 10mmHg do 270mmHg”

zmienia na zapis o treści:

„Zakres pomiarowy ciśnienia krwi minimum od 40mmHg do 260mmHg”

Ad. 3

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 4.2 do SWZ w pkt.18 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”

zapis o treści:

„Możliwość zaprogramowania minimum 7 różnych interwałów pomiarowych w każdym okresie pomiarowym.”

zmienia na zapis o treści:

„Możliwość zaprogramowania minimum 5 różnych interwałów pomiarowych w każdym okresie pomiarowym.”

2/w pkt.19.1.P2.2 ppkt.2) SWZ **zapis o treści:**

„2) w ocenianym w pozycji 18 Załącznika Nr 4.2 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 10 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. możliwość zaprogramowania 7 różnych interwałów pomiarowych w każdym okresie pomiarowym uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.19.1.P2.2.SWZ dla „t₂”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

zmienia na zapis o treści:

„2) w ocenianym w pozycji 18 Załącznika Nr 4.2 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 10 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. możliwość zaprogramowania 5 różnych interwałów pomiarowych w każdym okresie pomiarowym uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.19.1.P2.2.SWZ dla „t₂”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

Ad. 4

Zamawiający dopuści również zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 rozmiary mankietów od 24 do 32cm 1 szt. i od 32 do 42cm 1 szt. do każdego rejestratora.

Ad. 5

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.6.1 SWZ **zapis o treści:**

„ 6.1 Termin wykonania zamówienia:



- w zakresie Pakietu Nr 1 - jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 4.1 do SWZ – **do 21 dni od daty podpisania umowy**,
- w zakresie Pakietu Nr 2 - jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 4.2 do SWZ – **do 21 dni od daty podpisania umowy**,
- szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 1 oraz Pakietu Nr 2 przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą,
- pełna gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis:
 - w zakresie Pakietu Nr 1: minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia,
 - w zakresie Pakietu Nr 2: minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia,
- rękojmia na przedmiot zamówienia w zakresie Pakietu Nr 1 i Pakietu Nr 2: od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym.

zmienia na zapis o treści:

„6.1 Termin wykonania zamówienia:

- w zakresie Pakietu Nr 1 - jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 4.1 do SWZ – **do 21 dni od daty podpisania umowy**,
- w zakresie Pakietu Nr 2 - jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 4.2 do SWZ – **do 30 dni od daty podpisania umowy**,
- szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 1 oraz Pakietu Nr 2 przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą,
- pełna gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis:
 - w zakresie Pakietu Nr 1: minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia,
 - w zakresie Pakietu Nr 2: minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia,
- rękojmia na przedmiot zamówienia w zakresie Pakietu Nr 1 i Pakietu Nr 2: od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym.

2/w pkt.22.4 SWZ **zapis o treści:**

„22.4. Wykonawca zrealizuje:

- w zakresie Pakietu Nr 1: jednorazową dostawę i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 4.1 do SWZ – **do 21 dni od daty podpisania umowy**,
- w zakresie Pakietu Nr 2: jednorazową dostawę i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 4.2 do SWZ – **do 21 dni od daty podpisania umowy**,
- szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 1 oraz Pakietu Nr 2 przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.”

zmienia na zapis o treści:

„22.4. Wykonawca zrealizuje:

Ad. 12

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.22.16 d) SWZ.

Ad. 13

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.22.23 SWZ **zapis o treści:**

„22.23. W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych.”

zmienia na zapis o treści:

„22.23. W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych po uprzednim wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy wyznaczając mu jednocześnie dodatkowy termin nie krótszy niż 5 dni od daty wezwania.”

Ad. 14

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.22.25 SWZ.

Ad. 15

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.22 SWZ w brzmieniu zaproponowanym w pytaniu.

W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.1, Ad.2, Ad.3, Ad.5, Ad.10, Ad.11 i Ad.13 działając na podstawie art.286 ust.1, 3 i 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 12.04.2022r. godz. 09:00,**

- **otwarcie ofert w dniu 12.04.2022r. godz. 10:00,**

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 11.05.2022r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 6.1., 16.1., 17.1., 18.1., 19.1.P2.2 ppkt.2), 22.4., 24.16 b), 22.17., 22.23., Formularzu Ofertowym , Załączniku Nr 4.2 oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Formularz Ofertowy i Załącznik Nr 4.2 do SWZ po zmianie treści SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a



DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Jura



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 – fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 83 1050 1562 1000 0090 3255 1757



- w zakresie Pakietu Nr 1: jednorazową dostawę i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 4.1 do SWZ – **do 21 dni od daty podpisania umowy,**
- w zakresie Pakietu Nr 2: jednorazową dostawę i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 4.2 do SWZ – **do 30 dni od daty podpisania umowy,**
- szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 1 oraz Pakietu Nr 2 przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.”

3/w pkt.III Formularza Ofertowego **zapis o treści:**

„Termin realizacji:

- w zakresie Pakietu Nr 1: jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 4.1 do SWZ – **do 21 dni od daty podpisania umowy,**
- w zakresie Pakietu Nr 2: jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 4.2 do SWZ – **do 21 dni od daty podpisania umowy.”**

zmienia na zapis o treści:

„Termin realizacji:

- w zakresie Pakietu Nr 1: jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 4.1 do SWZ – **do 21 dni od daty podpisania umowy,**
- w zakresie Pakietu Nr 2: jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 4.2 do SWZ – **do 30 dni od daty podpisania umowy.”**

Ad. 6

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.22.11 SWZ.

Ad. 7

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.22.10 SWZ.

Ad. 8

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.22.13 SWZ.

Ad. 9

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.22.13 SWZ.

Ad. 10

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.22.16 b) SWZ **zapis o treści:**

„b) 5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,”

zmienia na zapis o treści:

„b) 2,5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,”

Ad. 11

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.22.17 SWZ **zapis o treści:**

„22.17. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.22.16. SWZ nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.”

zmienia na zapis o treści:

„22.17. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.22.16. SWZ nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.”

