



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 23.02.2023r.

Znak: ZP.26.1.7.2023.2

Informacja o wpłynięciu pytań oraz modyfikacji SWZ w postępowaniu pn „Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego dla ZZOZ w Wadowicach”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice przekazuje zapytania od Dostawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn „Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego dla ZZOZ w Wadowicach” oraz na podstawie art. 286 ust 1 ustawy Pzp modyfikuje treść SWZ.

Pytanie nr 1 Pakiet nr 3

Czy Zamawiający może przekazać kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

Odpowiedź: Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zadania: 35 519,55 zł. netto.

Pytanie nr 2 Pakiet nr 3

Czy Zamawiający może udostępnić specyfikację ilościowo - rozmiarową dla pakietu nr 3?

Odpowiedź: W poprzednich latach najczęściej zamawiane były buty w rozmiarach 41 do 45. Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie wyliczyć specyfikacji ilościowo-rozmiarowej z powodu rotacji pracowników Pogotowia.

Pytanie nr 3 Pakiet 1, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS lub SMMMS?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 Pakiet 1, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści mankiet o długości 7,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 Pakiet 1, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby łączenie materiału wzmocnienia wzdłuż rękawów zabezpieczone było taśmą poliestrową?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie poziomu wymagań użytkowych normy PN EN 13795 nadrukowane na fartuchu zamiast na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 Pakiet 1, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający I klasę palności 16 CFR 1610 potwierdzoną oświadczeniem Producenta, zamiast informacji na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje SWZ w ww. zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Pytanie nr 8 Pakiet 1, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający I klasę palności 16 CFR 1610 potwierdzoną badaniami, zamiast informacji na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje SWZ w ww. zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Pytanie nr 9 Pakiet 1, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta o kod kreskowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 Pakiet 1, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch oznaczony tylko literowo o następujących długościach: M – 124cm, L – 128cm, XL – 138cm, XXL – 157cm, XXXL – 170cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 3 kolor jasno brązowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12 Pakiet nr 1 pozycja 1 i 2

Czy można zaoferować Fartuch o długości 170cm (+/-5cm) oznaczony literowo symbolem XL Long, posiadający dodatkowo 2 ręczniki celulozowe 30 x 40cm oraz jałowe opakowanie wewnętrzne? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z wymogami SWZ.

Pytanie nr 13 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnych wysokiej jakości jałowych fartuchów chirurgicznych, zgodnych z opisem:

Jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wzmocniony - wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmocniony wewnątrz z przodu i na 3/4 rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m². Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, ściągacze

rękawów dziane poliestrowe mankiety o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywkii oznaczenie literowe od M do XXXL bez oznaczenia w centymetrach długości fartucha, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Przy szyi zapięcie na rzep 2x po 2cm x 10cm. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Na opakowaniu jednostkowym etykieta główna zawierająca nazwę produktu, rozmiar oznaczenie sterylizacji EO, wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Rozmiar od M do XXXL. Długości fartuchów rozmiar M 120cm+/-1cm, rozmiar L 130cm+/-1cm, rozmiar XL 140cm+/- 1cm, rozmiar XXL 150cm+/-1cm, rozmiar XXXL 160cm+/-1cm. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Zgodność z wymaganiami MDD 93/42/ECC oraz następującymi normami: EN ISO 13485:2016, EN 13795-1:2019, EN ISO11135:2014, EN 556-1:2001; 1 klasa palności wg 16CFR część 1610. Fartuchy posiadają Certyfikat CE, Deklarację Zgodności oraz Wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnych wysokiej jakości jałowych fartuchów chirurgicznych, zgodnych z opisem:

Jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS - wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, ściągacze rękawów dziane poliestrowe mankiety o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywkii, oznaczenie literowe od M do XXXL bez oznaczenia w centymetrach długości fartucha, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Przy szyi zapięcie na rzep 2x po 2cm x 10cm. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Na opakowaniu jednostkowym etykieta główna zawierająca nazwę produktu, rozmiar oznaczenie sterylizacji EO, wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Rozmiar od M do XXXL. Długości fartuchów rozmiar M 120cm+/-1cm, rozmiar L 130cm+/-1cm, rozmiar XL 140cm+/-1cm, rozmiar XXL 150cm+/-1cm, rozmiar XXXL 160cm+/-1cm. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Zgodność z wymaganiami Dyrektywy Rady 93/42/EWG oraz następującymi normami: EN ISO 13485:2016, EN13795-1:2019, EN ISO 11135:2014, EN 556-1:2001; ; 1 klasa palności wg 16CFR część 1610. Fartuchy posiadają Certyfikat CE, Deklarację Zgodności oraz Wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnych wysokiej jakości jałowych fartuchów chirurgicznych, zgodnych z opisem:

Jałowy fartuch chirurgiczny SMS wzmocniony - wykonany z włókniny SMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmocniany wewnątrz z przodu i na 3/4 rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m². Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju prostym, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, ściągacze rękawów poliestrowe o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywkii oznaczenie literowe od M do XXXL bez oznaczenia w centymetrach długości fartucha, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Przy szyi zapięcie na rzep 2x po 2cmx10cm. Na opakowaniu jednostkowym etykieta główna zawierająca nazwę produktu, rozmiar

oznaczenie sterylizacji EO, wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Rozmiar od M do XXXL. Długości fartuchów rozmiar M 120cm+/-2cm, rozmiar L 130cm+/-2cm, rozmiar XL 135cm+/-2cm, rozmiar XXL 145cm+/-2cm, rozmiar XXXL 155cm+/-2cm. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Zgodność z wymaganiami MDD 93/42/ECC oraz następującymi normami: EN ISO 13485:2016, EN 13795-1:2019, EN ISO 11135:2014, EN 556-1:2001; 1 klasa palności wg 16CFR część 1610. Fartuchy posiadają Certyfikat CE, Deklarację Zgodności oraz Wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnych wysokiej jakości jałowych fartuchów chirurgicznych, zgodnych z opisem:

Jałowy fartuch chirurgiczny SMS - wykonany z włókniny SMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju prostym, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, ściągacze rękawów poliestrowe o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywkii, oznaczenie literowe od M do XXXL bez oznaczenia w centymetrach długości fartucha, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Przy szyi zapięcie na rzep 2x po 2cmx10cm. Na opakowaniu jednostkowym etykieta główna zawierająca nazwę produktu, rozmiar oznaczenie sterylizacji EO, wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Rozmiar od M do XXXL. Długości fartuchów rozmiar M 120cm+/-2cm, rozmiar L 130cm+/-2cm, rozmiar XL 135cm+/-2cm, rozmiar XXL 145cm+/-2cm, rozmiar XXXL 155cm+/-2cm. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Zgodność z wymaganiami Dyrektywy Rady 93/42/EWG oraz następującymi normami: EN ISO 13485:2016, EN 13795-1:2019, EN ISO 11135:2014, EN 556-1:2001; 1 klasa palności wg 16CFR część 1610. Fartuchy posiadają Certyfikat CE, Deklarację Zgodności oraz Wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17 dotyczy zapisów SWZ rozdz.VIII pkt.4:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstępianie od wymogu instrukcji użytkowania dla Pakietu nr 1. W związku z tym, że produkt jest w klasie I (sterylnej) wyrobu medycznego i jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników, może być używany bezpiecznie bez instrukcji użytkowania zgodnie z wytycznymi MDD

- 131.** Każdemu wyrobowi musi towarzyszyć informacja konieczna do bezpiecznego jego używania i do zidentyfikowania wytwórcy, z uwzględnieniem przeszkolenia i wiedzy potencjalnych użytkowników.

Informacja ta obejmuje szczegóły na etykiecie i dane w instrukcjach używania.

W stopniu, w jakim jest to możliwe i właściwe, informacja konieczna do bezpiecznego używania wyrobu musi być umieszczona na samym wyrobie i/lub na opakowaniu każdej jednostki lub, gdzie stosowne, na opakowaniu zbiorczym stosowanym w sprzedaży. Jeżeli nie stosuje się osobnego opakowania zbiorczego każdej jednostki wyrobu, informacja musi być umieszczona na ulotce dołączonej do jednego lub większej ilości wyrobów.

Instrukcje używania muszą być dołączone do opakowania zbiorczego każdego wyrobu. W drodze wyjątku nie są konieczne instrukcje dla wyrobów klasy I lub IIa, jeśli mogą one być używane bezpiecznie bez takich instrukcji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje Rozdział VIII SWZ „Przedmiotowe środki dowodowe” poprzez usunięcie pkt 4.

Pytanie nr 18 Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 pkt 1.1. projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19 Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 1 pkt 1.3. projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z orzecznictwem kumulowanie kar umownych naliczanych za nienależyte wykonanie zobowiązania, z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania nie jest możliwe (wyrok SN z 28.01.2011r., CSK 315/10, OSNC-ZD 2011/4, poz. 85).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20 Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 6 o treści:

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21 Pakiet 1 poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMMMS 35g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22 Pakiet 1 poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści rzep 12 cm w zmian 13?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23 Pakiet 1 poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści mankiet min. 7cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24 Pakiet 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuchy bez tasmy poliestrowej na wzmocnieniu wzdłuż rękawu? W zmian wzmocnienie jest wzdłuż rękawa wzmocnione jest szwem ultradźwiękowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25 Pakiet 1 poz. 1, 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ! klasy palności?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26 Pakiet 1 poz. 1, 2 Czy Zmawiający dopuści 3 etykiety samoprzylepne?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27 Pakiet 1 poz. 1, 2 Czy Zmawiający dopuści fartuchy, w których rozmiar oznaczono wyłącznie literowo: M, L, XL, XXL?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28 Pakiet 1 poz. 1, 2 Czy Zmawiający dopuści fartuchy o długościach: M – 115 cm, L – 127 cm, XL – 135 cm, XXL – 140 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29 Pakiet 1 poz.1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze podstawowej 40 g/m², ze wzmocnieniem chłonnym wykonanym z włókniny o gramaturze 26 g/m². Wzmocnienie w części krytycznej, na rękawach i z przodu (mocowane od wewnętrznej strony). Rękawy fartucha zakończone elastycznym mankietem z dzianiny, łączone za pomocą ultradźwięków, z tyłu wiązany na troki umieszczone w kartoniku oraz zapinany przy szyi na rzep, z oznaczeniem rozmiaru na metce, krój prosty . Pakowany w podwójnie w opakowanie papier/folia i papier krepowy, w komplecie z dwoma rękawami. Wyrób medyczny klasy Is. Zgodny z normą EN 13795-1:2019. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Troki w pasie przyklejane do fartucha Lamówka biała Rzep dł. 5 cm Wzmocnienie od połowy rękawa do mankieta.

-prosimy zamawiającego o wyjaśnienia czy wzmocnienie z przodu fartucha ma być na jego pełnej długości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30 Pakiet 1 poz.2

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego niewzmocnionego, wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m², repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H₂O na całej powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. rękawów chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, min. 4 rozmiary, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.

-prosimy zamawiającego o wyjaśnienia czy fartuch ma być odporny na penetrację płynów powyżej 65cm H₂O?

-Czy zamawiający będzie oczekiwał fartucha o odporności na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier index) min. 5,5 na całej powierzchni fartucha?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31 Pakiet 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego standardowego z rękawami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m². Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN IO 811 ≥20cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1 ≥40kPa, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3 ≥20N, odporność na przenikanie drobnoustrojów 2,9IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10 ≤4,0 log₁₀, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1. Fartuch oznaczony

w centymetrach: M-115cm, L-123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm. Fartuch z 2 rękawkami do rąk w rozmiarze 37,5x37,5. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32 Pakiet 1 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego wzmocnionego z rękawkami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m² z dodatkowym wzmocnieniem, o łącznej gramaturze 66g/m² w części przedniej i na rękawach. Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN ISO 811 $\geq 100\text{cm H}_2\text{O}$, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1 $\geq 40\text{kPa}$, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3 $\geq 20\text{N}$, odporność na przenikanie drobnoustrojów 6,0IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10 $\leq 4,0 \log_{10}$, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1 ≤ 300 . Fartuch oznaczony w centymetrach: M-115cm, L-123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm. Fartuch z 2 rękawkami do rąk w rozmiarze 37,5x37,5. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33 Pakiet 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 35 g/m², z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma rękawkami 30x39cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. Dla obszaru krytycznego i niekrytycznego penetracja wody min. 46 cmH₂O; Palność Klasa 1 wg CFR1610 oraz penetracja lasera klasa P4 i pierwotny zapłon klasa I1 wg EN 810. Dostępny w rozmiarach S/M-XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34 Pakiet 1 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 35 g/m², z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony polietylenem w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m². Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma rękawkami 30x39cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. Dla obszaru krytycznego i niekrytycznego penetracja wody odpowiednio min. 46 cmH₂O i min. 175 cmH₂O ; Palność Klasa 1 wg CFR1610 oraz penetracja lasera klasa P4 i pierwotny zapłon klasa I1 wg EN 810. Dostępny w rozmiarach S/M-XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ. Termin składania i otwarcia ofert **nie ulega zmianie**. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem

www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 27.02.2023r.** do godz. 10:00. Próbki należy złożyć w Sekretariacie ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice nie później niż do dnia otwarcia ofert. Otwarcie ofert i próbek następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **27.02.2023r. godz 10:30.** Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia 28.03.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

*Pełnomocnik Dyrektora
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują:

<https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>

1 x Dostawcy biorący udział w postępowaniu

1 x a/a.