

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/58/22

Sucha Beskidzka, dnia 12.07.2022r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego Dostawa sprzętu medycznego (szyna rehabilitacyjna, pompy infuzyjne, materac ogrzewający pacjenta, laser na statywie, aparat KTG, aparat do magnetoterapii, insuflator, holter ciśnieniowy, holter do pomiaru KTG, pojemniki sterylizacyjne, wózek do transportu zwłok, autoklaw)

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pytanie nr 1 ad 1 – parametry techniczne

Upzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści, aby szyna rehabilitacyjna CPM posiadała niezależne sterowanie wszystkimi parametrami z funkcjonalnego pilota z intuicyjną obsługą przyciskami z wyświetlaczem LCD-TFT 320x240 pikseli z regulacją kontrastu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2 ad 9 – parametry techniczne

Upzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści wymiary urządzenia 23x36x97 cm? Różnice w wymiarach tego formatu zdają się nie mieć znaczenia klinicznego.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 ad 3, 4, 6, 11, 12 – parametry techniczne

Upzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy określone przez Zamawiającego zakresy w punktach 3, 4, 6, 11 i 12 są zakresami minimalnymi? Zapisy punktów w obecnym kształcie uniemożliwiają zaoferowanie szerszych anatomicznych zakresów (6, 11 i 12), czy też większej ilości programów i poziomów prędkości (3, 4).

Odp.: Zakres w punktach 3,4,6,11,i 12 są zakresami minimalnymi, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szerszych zakresów.

Pytanie nr 4

Czy ze względu na fakt, iż szyna rehabilitacyjna CPM jest urządzeniem elektrycznym mającym bezpośredni kontakt z kończyną pacjenta, ma posiadać klasę ochronności II – zabezpieczającą przed porażeniem elektrycznym bezpośrednim i pośrednim?

Odp.: Tak

Pytanie nr 5

Upzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna rehabilitacyjna CPM, w celu optymalizacji i zwiększenia efektywności procesu rehabilitacji, ma być wyposażona w dedykowany zsynchronizowany 2 kanałowy elektrostymulator EMS lub złącze do takiego elektrostymulatora? Samo złącze nie generuje dodatkowych kosztów, a umożliwia rozbudowę o tę funkcjonalność w przyszłości.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

z poważaniem:

Starszy Inspektor
ds zamówień publicznych
mgr Agnieszka Dziwnowska-Hajdyła

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baranowski