



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie  
ul. Szpitalna 10, 64 - 400 Międzychód

NIP: 595-13-40-382 REGON: 000310249 KRS: 0000005301  
Sekretariat: tel./fax 95 748 27 11 Centrala: tel. 95 748 20 11  
e-mail: spzozmiedzychod@spzoz-miedzychod.com.pl e-mail: 3000310@zoz.org.pl  
[www.spzoz-miedzychod.com.pl](http://www.spzoz-miedzychod.com.pl)

AG/ZP-20/2022

Międzychód 19.12.2022r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania na:  
sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego użytku – postępowanie powtórzone

SPZOZ Międzychód informuje, iż w związku z otrzymanymi zapytaniami do przedmiotowego postępowania przetargowego - działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia co następuje:

### Pytanie nr 1

Dotyczy zadania nr 2 Czy Zamawiający uwzględni możliwość realizacji składanych zamówień cząstkowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości produktów w opakowaniach zbiorczych? Wyroby będące przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 2 dystrybuowane są w opakowaniach zbiorczych odpowiednio po 20 sztuk (dwunastogodzinny zestaw wkładów do podawania środka kontrastowego do wstrzykiwacza Medrad Stellant) oraz 50 sztuk (jednorazowy dren o dł. min 250 cm) Ze względów m.in. bezpieczeństwa nie jest możliwa dekompletacja tych opakowań (konfekcjonowanie). W związku z powyższym wnosimy o uwzględnienie możliwości realizacji składanych zamówień cząstkowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości produktów w opakowaniach zbiorczych, np. poprzez dodanie odpowiedniego zapisu we wzorze umowy: „Zamówienia będą składane na ilości odpowiadające krotnościom ilości produktów w opakowaniach zbiorczych (jeśli dotyczy).

**Odpowiedź: Tak wyrażamy zgodę. Zapis będzie dodany do umowy.**

### Pytanie nr 2

Dotyczy zadania nr 2 Produkt będący przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 poz. 1 dystrybuowany jest w opakowaniach zbiorczych po 20 szt. w opakowaniu. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwa dekompletacja tych opakowań. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań zbiorczych w górę tj. 380 szt. ? Ilość 365 szt. nie jest podzielna przez 20 szt. opakowania zbiorczego.

**Odpowiedź: TAK.**

### Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w **Pakiecie 3** w pozycjach **1 i 2** (w związku ze zmianą dokonaną przez producenta) dopuści zestaw wyposażony w strzykawkę luer lock **30 ml**; zestaw spełniający wszystkie pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź: Tak, dopuści.**

### Pytanie nr 4

Dotyczy zapisów SWZ: 1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy pakietu nr zadanie 5

### Pytanie nr 5

poz. 1-9 Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm<sup>2</sup> zgodnie z normą PN 868?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 7**


Dotyczy pakietu nr 5 poz. 15 Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) test zintegrowany typu 5 był wyrobem medycznym? Czy Zamawiający wymaga, załączenia do oferty certyfikatu potwierdzającego nowe wytyczne?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 8**

Dotyczy pakietu nr 5 zadanie nr 17 Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

**Odpowiedź: TAK.**

**DYREKTOR**  
SPZOZ Międzychód  
  
**mgr Bartosz Grobelny**