

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 05.12.2023 r.

Sprawa ZP/38/2023

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „Zakup i dostawy materiałów do dializ oraz ogólnomedycznych” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00524717/01 z dnia 30.11.2023 r.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

Pakiet 1

1. Pyt. 1 - Czy Zamawiający w pakiecie 1 dopuści dializator z błoną syntetyczną polieterosulfon (PES), sterylizowany radiacyjnie, o powierzchniach od 1,4 m² do 1,8 m², do wyboru przez Zamawiającego?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pyt. 2 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści dializator z błoną syntetyczną polieterosulfon (PES) sterylizowany radiacyjnie, o powierzchniach od 1,4 do 2,0m², do wyboru przez Zamawiającego?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 3

3. Pyt. 1 - Czy Zamawiający w pakiecie 3 dopuści dializator wysokoprzepływowo z błoną syntetyczną polieterosulfon (PES), sterylizowany radiacyjnie o powierzchni 2,2 m²?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 4

4. Pyt. 1 - Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści linie krwi zawierające związki ftalanowe, kompatybilne z aparatem B.Braun Dialog (+)?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 5

5. Pyt. 1 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 dopuści linie krwi z jeziorkiem żylnym o śr 22mm i tętniczym o śr 26mm, kompatybilne z aparatem Fresenius?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

6. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 3 projektu umowy 21 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.