



D.25C/250/ 67 /2023

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH RÓŻNEGO RODZAJU NA POTRZEBY ODDZIAŁU KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: D25C/251/N/1-1rj/23, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 10 - Cewniki balonowe do zmian trudnych i CTO oraz wysokociśnieniowe do postdylatacji
"Czy zamawiający dopuszcza do zadania dwa cewniki balonowe do zmian trudnych i CTO oraz balon wysokociśnieniowy do post dylatacji w następujących częściach:

Część 1 - Cewnik balonowy do trudnych zmian i CTO.

Czy zamawiający dopuszcza do konkursu cewnik balonowy o ciśnieniu nominalnym 6 atm; RBP 16 atm. Przedział średnic balonów od 1,0 do 4,0 mm. Przedział długości od 10 do 30 mm. Profil wejścia 0,016" dla wszystkich rozmiarów balonów. Profil przejścia 0,021" dla balonu o średnicy 3 mm. Pozostałe cechy pozostają bez zmian.

Część 2 - Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do postdylatacji

Czy zamawiający dopuszcza do konkursu cewnik balonowy o ciśnieniu RBP 22 atm dla wszystkich rozmiarów balonów. Profil wejścia końcówki 0,016" O ciśnieniu MBP 30 atm. Zakres długości od 8 do 18 mm. pozostałe cechy pozostają bez zmian."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 7

Pyt.1 Czy w wyżej wymienionym pakiecie Zamawiający dopuści złożenie oferty na przewodniki diagnostyczne o pokryciu hydrofilnym o następujących parametrach:

- Dostępne długości: 150 cm / 180 cm, 260 cm,
- Dostępna średnica: 0,018", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038",
- Dostępne jedna długość ściętej końcówki rdzenia (taper)- 30 mm,
- Dostępne końcówka: proste, zakrzywione pod kątem 45 stopni oraz kształtowane,
- Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej,
- Bez nitek wolframowych w poliuretanie,
- Atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu,
- Dostępne przewodniki o następującej sztywności: standard oraz sztywne STIFF,
- Dostępny przewodnik typu STIFF z dwiema końcówkami roboczymi, jedna zagięta standard i druga prosta typu soft?

Zgoda Zamawiającego umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu i zaoferowanie wyrobów najwyższej jakości, przewodników duńskiej firmy SP Medical, jak również przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i w konsekwencji do obniżenia cen ofert przetargowych.

W załączeniu broszura produktowa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w Zadaniu 37 zrezygnuje z utworzenia depozytu?



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

4. Zapytanie Wykonawcy:

dot. wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych: „Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnątrz w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 31

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w Zadaniu nr 31 cewnika balonowego do waluwoplastyki aortalnej wykonanego z termoplastycznego elastomeru, balon nie przekroczy +/- 10% określonej wielkości balonu przy znamionowym ciśnieniu rozrywającym lub nominalnym. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 32

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w Zadaniu nr 32 poz. 1 pętli do usuwania ciał obcych długości 125 cm, dostępne średnice 5-30 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 32

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w Zadaniu nr 32 poz. 2 pętli do usuwania ciał obcych długości 175 cm, dostępne średnice 2-4 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zapisów SWZ

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla zadania nr 13, 31, 32.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o doprecyzowanie umowy dot. zadania nr 1-22, 24-42 znajdującej się w Załączniku nr 5 do SWZ poprzez nadanie § 4 ust. 7 następującej treści: „O pobraniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne, Zamawiający powiadamia Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 3 dni roboczych od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Następnie Wykonawca wystawia fakturę na pobrany asortyment zgodnie z §3 nn umowy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o doprecyzowanie umowy dot. zadania nr 1-22, 24-42 znajdującej się w Załączniku nr 5 do SWZ poprzez dodanie § 4 ust. 8a o następującej treści: „Asortyment, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez Zamawiającego.”



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Dotyczy umowy do zadań nr: 1-22, 24-36, 38-42.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w pakiecie 11 podpunkcie 3, stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte lekiem antyproliferacyjnym, Zamawiający dopuści stenty posiadające ścianę o grubości 0,0032" dla rozmiarów 2,0- 4,0mm. oraz 0,0036" dla rozmiarów 4,5 i 5,0 mm. dodatkowo posiadające profil przejścia 0,038" dla średnicy 3,0 mm. oraz spełniające wszystkie pozostałe wymogi parametrów technicznych wymienionych w SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

12. Zapytanie Wykonawcy:

do Zadania 25 - Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej

Czy Zamawiający dopuści do przetargu balon do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej 34cc 7,5 Fr dla pacjentów o wzroście od 152 cm do 162 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

13. Zapytanie Wykonawcy:

umowa - kary - prosimy o obniżenie kar maksymalnych do 20 % - dot. par. 6, pkt. 1,d).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kar maksymalnych do 50 % - dot. par. 6, pkt. 1,d).

14. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do wzoru umowy (dotyczy zadań nr 1-22, 24-42):

Do §2 ust. 3 wzoru umowy: Wnosimy o zmianę zapisu w §2 ust. 3 poprzez zwiększenie minimalnego zakresu zrealizowania umowy do wartości minimum 70%. Wskazujemy, że wskazany próg realizacji minimum 30%, wypacza ekonomiczny sens zawarcia umowy oraz jest niezgodny z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), gdyż może doprowadzić do istotnej zmiany umowy i jej charakteru, co stoi w sprzeczności z zapisami art. 454 ust.1, ust.2 pkt 1) i 3) oraz art. 455 ust.1 pkt 1) PZP.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Dotyczy umowy do wszystkich zadań.

15. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do wzoru umowy (dotyczy zadań nr 1-22, 24-42):

Do §6 ust. 1 lit. d) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 1 lit. d) wzoru umowy poprzez zapis o ewentualnej karze za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów w wysokości 50,00 zł dziennie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Dotyczy umowy do wszystkich zadań.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do wzoru umowy (dotyczy zadań nr 1-22, 24-42):

Do §8 ust. 9 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podniesienie maksymalnego poziomu wartości zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza do łącznie 50% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 1 umowy? Wyjaśniamy, że możliwość taka została przewidziana w art. 48 ust. 1 zdanie wspólne in fine ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do wzoru umowy (dotyczy zadań nr 1-22, 24-42):

Do §8 ust. 9 wzoru umowy. Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §8 ust. 9 wzoru umowy, zarówno



Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do wzoru umowy (dotyczy zadań nr 1-22, 24-42):

Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Na chwilę obecną w stosunku do Zamawiającego nie aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością”. Na drugie pytanie Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć kategorycznie, ale raczej – wg naszej wiedzy – nie staną się aktualne.

19. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do wzoru umowy (dotyczy zadań nr 1-22, 24-42):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego,
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**


mgr Monika Klause