

Międzychód, dnia 03.10.2023r.

AG/ZP-19/2023

**WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
ZAPYTANIA DO SWZ**
w postępowaniu przetargowym pn.

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO OBRAZOWO-MONITORUJĄCEGO

w ramach projektu pn. „Doposażenie SPZOZ Międzychód w nowoczesny sprzęt medyczny w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych” w ramach osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną” Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020

(nr sprawy AG/ZP- 19/2023)

Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie informuje, iż w związku z otrzymanymi zapytaniami do przedmiotowego postępowania przetargowego - działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, a także na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia co następuje:

Pytania wniesione w ustawowym terminie

Pytanie 1

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy

Prosimy o poprawienie omyłki w opisie pakietu nr 3, przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 3 jest system monitorujący rzut serca.

W odpowiedzi na pytanie:

Zamawiający dokonuje poprawy omyłki w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do swz w pakiecie nr 3

Było:

Pakiet/ część 3 Dermatol – urządzenie do pobierania skóry do przeszczepu – 1 sztuka

Wartość netto w zł	Ilość [szt.]	% VAT	Wartość brutto w zł.	Słownie wartość brutto
	1			

Winno być:

Pakiet/ część 3 System monitorujący rzut serca – 1 sztuka

Wartość netto w zł	Ilość [szt.]	% VAT	Wartość brutto w zł.	Słownie wartość brutto
	1			

Pytanie 2

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tiretu pierwszego oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej poprzez następującą treść: „ - nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, z innym wykonawcą który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu* ,

W odpowiedzi na pytanie: Tak.

Pytanie 2

Dotyczy: Załącznik nr 3C do SWZ, PAKIET 3 System monitorujący rzut serca z termodylucja – 1 szt., pkt 69.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający możliwość ustawienia górnej granicy alarmu dla różnicy temperatur?

W odpowiedzi na pytanie: Tak

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Stosowne zmiany ujęte zostały w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu. (w załączeniu)

Dokument został podpisany przez Dyrektora Bartosza Grobelnego