



"Techniki pozaustrojowego wspomaganie funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020,

zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0160/18-00

L. Dz.: DZP- 140/19

Poznań, 8.03.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: PN-10/19 przetargu nieograniczonego pn. Dostawa urządzeń medycznych.

W związku z zapytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Dotyczy części nr 10 (USG przenośne)

Pytanie 1:

Dotyczy pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat przenośny który posiada dotykowy monitor LCD z matrycą IPS-pro o wielkości 11,6 cala ?

Odpowiedź 1:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2:

Dotyczy pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat w którym start systemu od momentu pełnego uruchomienia wynosi 60 s ?

Odpowiedź 2:

Tak.

Pytanie 3:

Dotyczy pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat w którym zakres głębokość obrazowania wynosi od 2,0-40,0 cm ?

Odpowiedź 3:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4:

Dotyczy pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat którego liczba pamięci Cineloop wynosi 19 000 klatek ?

Odpowiedź 4:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5:

Dotyczy pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat w którym wielkość bramki dopplerowskiej wynosi 0,5-20 mm?

Odpowiedź 5:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



"Techniki pozaustrojowego wspomaganie funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020,
zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0160/18-00

Pytanie 6:

Dotyczy pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat który ma możliwość odchylenia wiązki ultradźwiękowej dla głowicy liniowej w zakresie +/- 30 stopni z możliwością odchylenia zmiany ze skokiem co 5 stopni ?

Odpowiedź 6:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7:

Dotyczy pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat który posiada wbudowany dysk SSD o pojemności 128 GB ?

Odpowiedź 7:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8:

Dotyczy pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat który posiada 1 port USB ?

Odpowiedź 8:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9:

Dotyczy pkt. 15


Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat który nie posiada możliwości eksportu plików w formacie PNG ?

Odpowiedź 9:

Tak.

Powyższe informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,


KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
Marian Barłosz Pitak
za Zamawiającego