



Poznań, dnia 14.10.2022r.

dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę urządzeń medycznych (ID 656593)

W odpowiedzi na Państwa wniosek o odrzucenie oferty firmy DUTCHMED z dnia 29.09.2022 r., w związku z rzekomym niespełnieniem przez sprzęt ww. Oferenta wymogów zawartych w specyfikacji technicznej, informujemy jak niżej:

- 1) Po dokonaniu ponownej, gruntownej analizy dokumentów rejestrowych Atom Medical Corporation EU Office potwierdzamy dotychczasowy wybór firmy DUTCHMED, która w trakcie postępowania złożyła oświadczenie producenta inkubatora.

Producentem inkubatora noworodkowego IncuArch jest firma Atom Medical Corporation z siedzibą w Japonii, reprezentowana przez Atom Medical Corporation EU Office stanowiącą oddział ww. Spółki w Europie.

- 2) W toku postępowania przetargowego nie wymagaliśmy od żadnego z oferentów dokumentacji potwierdzającej spełnienie norm przez inkubator transportowy zmodyfikowany przez podmiot inny niż oryginalny producent.

Oferenci zostali zobligowani do złożenia oświadczenia, w którym zapewniają rozwiązania technologiczne spełniające wymagania normy EN 13976-2:2018.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem firmy DUTCHMED zaoferowany zestaw transportowy spełnia normy EN 1789:2007+A2:2014, EN 60601-1-2:2007, EN 13718-1:2014, EN13718-2:2015.

- 3) Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem Producenta systemu inkubatora transportowego, cały zestaw jest zgodny z normą EN 13976-2:2018.

W odpowiedzi na Państwa zarzut odsyłamy do informacji publicznej upublicznionej na platformie zakupowej w dniu 05.09.2022 pt; „Odpowiedzi na pytania V”:

„Na podstawie zapisów w normie EN 13976-2:2018 (pkt. 4.4) dopuszczamy urządzenie o klasie odporności niższej niż IPX3, pod warunkiem tego, że producent zapewni rozwiązanie technologiczne spełniające wymagania ww. normy, co jednocześnie potwierdzi w stosownym oświadczeniu załączonym do oferty.”

Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacji i Technicznych
mgr inż. Michał Będźmierowski

Kierownik
Działu Aparatury Medycznej
mgr inż. Rafał Zgondek

