



**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ  
Zestaw nr 1**

**Dotyczy:** postępowania nr 5B10.291.1.80.2023.MRO na: dostawę mikroultrawirówki z wyposażeniem dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ do przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy ze względu na wyposażenie w rotor o prędkości 110000 obr/min, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bardziej poręcznej (mniejsza zajmowana powierzchnia i mobilność) wirówki podłogowej o prędkości maksymalnej 120000 obr/min?	Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania wirówki podłogowej o prędkości <u>maksymalnej 120000 obr/min.</u>  Zamawiający <u>dopuszcza możliwość zaoferowania wirówki podłogowej,</u> ale tylko w przypadku zachowania <u>minimalnej prędkości wirowania na poziomie co najmniej 150 000 rpm.</u>

Z poważaniem  
Sekretarz Komisji Przetargowej

REFERENT ADMINISTRACYJNY  
ds. zamówień publicznych  
  
mgr Małgorzata Rothe