

Kraków, 27.09.2021

DZ.271.84.688.2021

Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 25 51
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.84.2021 – Dostawa akcesoriów do aparatu serii: Nox (Nox Medical) oraz części serwisowych do aparatury i urządzeń medycznych.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

Dotyczy pakietu II – Części serwisowe do aparatury medycznej

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie asortymentu prod. Nihon Kohden tj.:

- pozycji nr 1 – Przewód synchronizacji kardiomonitor Nihon Kohden – Defibrylator Lifepak, 12 , 20 – 1 szt.
- pozycji 41 – Kabel główny do kardiomonitora Nihon Kohden – 6 szt.
- pozycji 42 – Przewód EKG pacjenta 3 – odprowadzeniowy Nihon Kohden- 100 szt.
- pozycji 43 – Mankiety do kardiomonitorów Nihon Kohden – 220 szt.
- pozycji 74 - Adapter SpO2 do Nihon Kohden – 10 szt.
- pozycji 75 – Czujnik SpO2 do Nihon Kohden – 10 szt.

ODP.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pozycji nr 1

Pytanie nr 2. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający przez równoważność rozumie parametry zaoferowanego asortymentu w pełni pokrywające się z oryginalnymi produktami producenta kardiomonitora, w tym długość przewodu 5m?

ODP.: TAK, Zamawiający przez równoważność rozumie parametry zaoferowanego asortymentu w pełni pokrywające się z oryginalnymi produktami producenta kardiomonitora, w tym długość przewodu 5m.

Dotyczy pozycji nr 41

Pytanie nr 3. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający przez równoważność rozumie parametry zaoferowanego asortymentu w pełni pokrywające się z oryginalnymi produktami producenta kardiomonitora, w tym długość przewodu 3m?

ODP.: TAK, Zamawiający przez równoważność rozumie parametry zaoferowanego asortymentu w pełni pokrywające się z oryginalnymi produktami producenta kardiomonitora, w tym długość przewodu 3m.

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pozycji nr 42



Pytanie nr 4. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający przez równoważność rozumie parametry zaoferowanego asortymentu w pełni pokrywające się z oryginalnymi produktami producenta kardiomonitora, w tym długość przewodu 0,8m?

ODP.: TAK, Zamawiający przez równoważność rozumie parametry zaoferowanego asortymentu w pełni pokrywające się z oryginalnymi produktami producenta kardiomonitora, w tym długość przewodu 0,8m.

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pozycji nr 43

Pytanie nr 5. Czy ze względu na zaprzestanie przez producenta produkcji mankietów o numerze katalogowym S944B Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalne mankiety producenta kardiomonitorów o szerokości 13cm i obwodzie ramienia 23 do 33 cm, co nieznacznie różni się od specyfikacji mankieta S944B?

ODP.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania oryginalne mankiety producenta kardiomonitorów o szerokości 13cm i obwodzie ramienia 23 do 33 cm.

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pozycji nr 43

Pytanie nr 6. Czy ze względu na zaprzestanie przez producenta produkcji mankietów o numerze katalogowym S944C Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalne mankiety producenta kardiomonitorów o szerokości 16cm i obwodzie ramienia 33 do 45 cm, co nieznacznie różni się od specyfikacji mankieta S944C?

ODP.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania oryginalne mankiety producenta kardiomonitorów o szerokości 16cm i obwodzie ramienia 33 do 45 cm.

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pozycji nr 74

Pytanie nr 7. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający przez równoważność rozumie parametry zaoferowanego asortymentu w pełni pokrywające się z oryginalnymi produktami producenta kardiomonitora, w tym długość przewodu 2,5m?

ODP.: TAK, Zamawiający przez równoważność rozumie parametry zaoferowanego asortymentu w pełni pokrywające się z oryginalnymi produktami producenta kardiomonitora, w tym długość przewodu 2,5m.

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pozycji nr 75

Pytanie nr 8. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający przez równoważność rozumie parametry zaoferowanego asortymentu w pełni pokrywające się z oryginalnymi produktami producenta kardiomonitora, w tym wodoodporny czujnik SpO2?

ODP.: TAK, Zamawiający przez równoważność rozumie parametry zaoferowanego asortymentu w pełni pokrywające się z oryginalnymi produktami producenta kardiomonitora, w tym wodoodporny czujnik SpO2.

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II
ZASTĘPCA DYREKTORA z poważaniem
ds. Lecznictwa
dr hab. n. med. Dorota Sobczyk