



Wrocław, 23 stycznia 2024r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzenia do odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej oraz najmem aparatu przeznaczonego do nieinwazyjnego, bezpośredniego i ciągłego pomiaru zmian nasycenia tlenem hemoglobiny w obszarze mózgu i w zastosowaniach regionalnych, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.134.2023

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 48 Czy Zamawiający w pakiecie nr 40, dopuści produkty do użytku jednorazowego, z datą ważności od 12 miesięcy do max 36 miesięcy?

Odpowiedź na pytanie nr 48: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 49 Prosimy o potwierdzenie, że w pakiecie 40 w pozycji 6- Linia próbkująca gazów, w kolumnie jednostka miary, Zamawiający ma na myśli ilość sztuk. Jednostką miary w przypadku tego produktu jest opakowanie które zawiera 25 sztuk produktu. W związku powyższym prosimy i potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 50 szt. – 2 opakowania na czas trwania umowy tj. 12 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie nr 49: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga 50 szt. ->2 op.

Pytanie nr 50 Pytanie dotyczące pakietu 55: materiały dla otolaryngologii i akcesoria do wiertarki otolaryngologicznej "visao" "midas rex" „indigo” "skeeter" oraz shavera ipc m4 firmy Medtronic, będących własnością 4wsk: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaofiarowania w pakiecie 55 pozycji 2: „Zestaw do zaopatrzenia preforacji błony bębenkowej: Łatka o średnicy 8 mm, Opatrunek otologiczny 2 x 2 cm”? Alternatywnie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 55 pozycji 2: „Zestaw do zaopatrzenia preforacji błony bębenkowej: Łatka o średnicy 8 mm, Opatrunek otologiczny 2 x 2 cm”?

Odpowiedź na pytanie nr 50: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy w zakresie pakietu nr 55 poprzez wykreślenie pozycji 2 :

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	PARAMETRY DODATKOWE	Jednostka miary	Wartość jednostkowa netto (zł)	Ilość	% Vat	Wartość netto (zł)	Cena brutto (zł)	Nazwa kod producenta
Pakiet 55 materiały dla otolaryngologii i akcesoria do wiertarki otolaryngologicznej "visao" "midas rex" „indigo” "skeeter" oraz shavera ipc m4 firmy Medtronic będących własnością 4wsk 33140000-3									
1	Sterylnie wchłaniające opatrunki nosowe z nitką, wykonane z mikroporowatej oksycelulozowej gąbki. Rozprężające się pod wpływem wilgoci, nie przywierające do tkanek otaczających, łatwe w usunięciu.	Wymiary: 10cm x 1,5cm x 2,5cm	sztuka		120				
3	Dren douszny "T", silikon, zielony, średnica 1,27mm, długość 6,7mm, sterylne,		sztuka		10				

	jednorazowego użytku							
4	Ostrze proste śr. 4 mm rotowane 360° 11 cm	sztuka		5				
5	Ostrze proste śr. 4 mm rotowane 360°	sztuka		1				
6	Ostrze wygięte 12° śr. 4mm, rotowane 360°, 11cm Prędkość robocza: 5000 obr./min, oscylacja	sztuka		5				
7	Frez prosty śr. 4,5 mm, stalowy do zatok 12.5cm z prostym shaftem Frez 15° śr. 4,0 mm, stalowy do zatok 11,0 cm długości z zakrzywionym shaftem Frez 15° śr. 5,0 mm, diamentowy do zatok 12,5 cm długości z zakrzywionym shaftem rozmiary do wyboru	opakowanie=3 sztuki	opakowanie	3				
8	przewód irygacyjny do wiertarki laryngologicznej Indigo.	sztuka		10				
9	przewód irygacyjny do shavera laryngologicznego IPC M4	sztuka		5				
10	osłona optyki do shavera 30 stopni laryngologicznego IPC M4	sztuka		5				
11	osłona optyki do shavera 0 stopni laryngologicznego IPC M4	sztuka		5				
12	przewód irygacyjny do shavera laryngologicznego IPC M4	sztuka		5				
13	przewód irygacyjny do wiertarki laryngologicznej Midas Rex	sztuka		5				
14	przewód irygacyjny do wiertarki laryngologicznej Visao	sztuka		4				
15	drenaż do wiertarki laryngologicznej Visao	sztuka		4				
16	Wiertła do wiertarki Midas Rex (dł +/- 7 mm) Wiertło o śr.0,5 typu różyczka, dł 7 cm, Wiertło o śr.1,0 typu różyczka, dł 7 cm, Wiertło o śr.2,0 typu różyczka, dł 7 cm, Wiertło o śr.3,0 typu różyczka, dł 7 cm, Wiertło o śr.4,0 typu różyczka, dł 7 cm, Wiertło o śr.5,0 typu różyczka, dł 7 cm, Wiertło o śr.6,0 typu różyczka, dł 7 cm, rozmiary do wyboru	sztuka		10				

17	<p>Wiertła do wiertarki Midas Rex (dł +/- 7 mm)</p> <p>Wiertło diamentowe o śr. 1,0, dł 7 cm, Wiertło diamentowe o śr. 1,5, dł 7 cm Wiertło diamentowe o śr. 2,0, dł 7 cm Wiertło diamentowe o śr. 3,0, dł 7 cm Wiertło diamentowe o śr. 2,0, dł 7 cm, gruboziarnisty</p> <p>Wiertło diamentowe o śr. 3,0, dł 7 cm, gruboziarnisty</p> <p>Wiertło diamentowe o śr. 4,0, dł 7 cm, gruboziarnisty</p> <p>Wiertło diamentowe o śr. 5,0, dł 7 cm, gruboziarnisty</p> <p>Wiertło diamentowe o śr. 6,0, dł 7 cm, gruboziarnisty</p> <p>rozmiary do wyboru</p>									szafka							9			
18	<p>Wiertła do wiertarek otologicznych Indigo, Visao (dł. +/- 7 mm)</p> <p>Wiertło diamentowe zakrzywione 1.5 dł 100 mm</p> <p>Wiertło diamentowe zakrzywione 1.0 dł 99 mm</p> <p>Wiertło zakrzywione, tnące 2.0 dł 117 mm</p> <p>Wiertło zakrzywione, tnące 1.5 dł 117 mm</p> <p>Wiertło zakrzywione, tnące 1.0 dł 116 mm</p> <p>Wiertło zakrzywione, tnące 2.0 dł 92 mm</p> <p>Wiertło zakrzywione, tnące 1.0 dł 99 mm</p> <p>rozmiary do wyboru</p>										szafka							8		
19	<p>Wiertła do wiertarek otologicznych Indigo, Visao (dł. +/- 7 mm)</p> <p>Wiertło o śr. 5,5mm, tnące</p> <p>Wiertło o śr. 4,8mm, tnące</p> <p>Wiertło o śr. 3,0mm, tnące</p> <p>Wiertło o śr. 2,0mm, tnące</p> <p>Wiertło o śr. 1,0mm, tnące</p> <p>rozmiary do wyboru</p>	op.=5szt.									opakowanie							6		
20	<p>Wiertła do wiertarek otologicznych Indigo, Visao (dł. +/- 7 mm)</p> <p>Wiertło węglkowe (karbidowe) o śr. 5,0mm, tnące</p> <p>Wiertło węglkowe (karbidowe) o śr. 3,0mm, tnące</p> <p>Wiertło węglkowe (karbidowe) o śr. 2,0mm, tnące</p> <p>rozmiary do wyboru</p>										szafka							6		
21	<p>Wiertła do wiertarek otologicznych Indigo, Visao (dł. +/- 7 mm)</p> <p>Wiertło diamentowe drobnoziarniste o śr. 1,0mm</p> <p>Wiertło diamentowe drobnoziarniste o śr. 1,5mm</p> <p>Wiertło diamentowe drobnoziarniste o śr. 2,0mm</p> <p>Wiertło diamentowe drobnoziarniste o śr. 3,0mm</p> <p>Wiertło diamentowe drobnoziarniste o śr. 4,0mm</p> <p>Wiertło diamentowe drobnoziarniste o śr. 5,0mm</p> <p>rozmiary do wyboru</p>										szafka							18		

22	Wiertła do wiertarki otologicznej Skeeter 1,8 mm 1,4 mm 1,0 mm 0,8 mm 0,7 mm 0,6 mm 0,5 mm rozmiary do wyboru	sztuka		7			
Razem pakiet 55							

Pytanie nr 51 Pytanie dotyczące § 10 „Kary umowne” projektowanych postanowień umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienie”, słowem „zwłoka”? Zgodnie z art. 433 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 51: Nie, zapisy SWZ bez zmian Ewentualna kara umowna będzie nałożona jeżeli przyczyna leżeć będzie po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 52 Pytanie dotyczące § 10 ust. 2 „Kary umowne” projektowanych postanowień umowy:
Jaka jest łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony?
Według § 10 ust. 2 projektowanych postanowień umowy: „Maksymalna wysokość kar umownych za każde opóźnienie, nie może przekroczyć trzykrotności kary za odstąpienie od umowy.” Postanowienie to nie odnosi się do całej umowy (maksymalnej wysokości kar umownych), a jedynie do pojedynczych opóźnień. Jest zatem sprzeczne z wymogiem art. 436 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie określa łącznej maksymalnej wysokości kary, których mogą dochodzić strony.

Odpowiedź na pytanie nr 52: Zapisy SWZ bez zmian.


Pytanie nr 53 Pakiet nr 48 Uprzejmie prosimy o zgodę na złożenia oferty oddzielnie na poszczególne pozycje w pakiecie .

Pytanie nr 54 Pakiet nr 48 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy jednorazowy typu J - dla dorosłych 22mm bez pułapek wodnych z zastawką wydechową kompatybilną do respiratora New Port HT70+, produkt kompatybilny do urządzenia będącego własnością szpitala .

Rys obwodu



Pytanie nr 55 Pakiet nr 48 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy z PCV dla dorosłych, jałowy, długość 180 cm o gładkim świetle, złącza elastyczne 22mmF, rozłączalny trójnik z portami i z zatyczką. Produkt kompatybilny do urządzenia będącego własnością szpitala.



Odłączalny
trójnik od rur

Pytanie nr 56 Pakiet nr 48 poz. 3 Prosimy o wydzielenie z pakietu poz. 3 Linia próbkująca do defibrylatora Lifepack. Proszę swą motywujemy tym iż jest tylko jeden producent który posiada w ofercie ten produkt.

Pytanie nr 57 Pakiet nr 49Uprzejmie prosimy o zgodę na złożenia oferty oddzielnie na poszczególne pozycje w pakiecie .

Pytanie nr 58 Pakiet nr 49 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie jako równoważny filtr z barierą mechaniczną w postaci celulozowego wymiennika i wilgoci i membranie filtracyjnej o metodzie oddziaływania ładunków intermolekularnych do zabezpieczenia respiratora i aparatu do znieczulania , zakres objętości oddechowej 150 – 1500 ml, przestrzeń martwa 55ml, skuteczność względem bakterii >99,9999%, skuteczność względem wirusów >99,9999%, bez określonej skuteczności względem NaCl, sterylny.

Pytanie nr 59 Pakiet nr 49 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr z barierą mechaniczną w postaci celulozowego wymiennika ciepła wilgoci i membranie filtracyjnej o metodzie oddziaływania ładunków intermolekularnych , złącze 22mmM/15mmF-22mmF/15mmM, złącze do kapnografii z szczelnie zamknięte korkiem, skuteczność filtracji względem bakterii >99,9999%, skuteczność filtracji względem wirusów >99,999%, bez określonej filtracji względem NaCl.

Pytanie nr 60 Pakiet nr 49 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny z zatyczką do kapnografii, 22M/15F-22F/15M , z dodatkowym łącznikiem regulowanym w zakresie 7-15 cm , filtr o skuteczności filtracji względem bakterii >99,9999%, skuteczność filtracji względem wirusów >99,999%, bez określonej filtracji względem NaCl.

Pytanie nr 61 Pakiet nr 49 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr sterylny bakteryjno-wirusowy dla dorosłych z wyraźnie wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci i elektrostatyczna warstwa filtrująca, skuteczność filtracji względem bakterii >99,9999%, skuteczność filtracji względem wirusów >99,999%, wydajność nawilżania 37 mg/l przy VT=500ml, bez określonej utraty wigotności, przestrzeń martwa 55ml .

Pytanie nr 62 Pakiet nr 49 poz. 6 i 7 Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 49 poz. 6 i 7 gdyż są to produkty jedyne go producenta.

Pytanie nr 63 Pakiet nr 62 poz.1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestaw do resuscytacji - Dorosły ; z zaworem ciśnieniowym z tworzywa sztucznego ABS (akrylonitryl-butadienstyren) i stali nierdzewnej, z przewodem tlenowym o długości 2,15 m,, pojemność resuscytatora 1510 ml (objętość oddechowa do 1000 ml); rozmiar maski oznaczony tekstowo, wszystkie elementy zestawu jednorazowego użytku, reszta parametrów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

Pytanie nr 64: Pakiet nr 62 poz.1 : Czy zamawiający wymaga zintegrowanego z workiem paska na dłoń dla komfortu stosowania i wyrównania siły uciśnięć?

Pytanie nr 65: Pakiet nr 62 poz. 1Czy zamawiający wymaga aby zestaw był warunkowo dopuszczony do stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego i odpowiednio oznaczony?

Pytanie nr 66: Pakiet nr 107 poz.1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Maski twarzowa anestetyczna, jednorazowego użytku, z nadmuchiwanym mankietem. W rozmiarach:

- 0, noworodkowa
- 1, niemowlęca
- 2, dziecięca
- 3, mała
- 4, średnia
- 5, duża

Odpowiedź na pytanie nr 53 - 66: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 67: Pakiet nr 17 poz. 1 Czy Zamawiający ma na myśli standardowy zestaw do odsysania pola operacyjnego: dren do odsysania zakończony końcówkami lejek-lejek oraz kankę Yankauer?




Odpowiedź na pytanie nr 67: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry SWZ bez zmian

Pytanie nr 68: Pakiet nr 17 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści dren 2,1m?

Odpowiedź na pytanie nr 68: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry SWZ bez zmian

Pytanie nr 69: Pakiet nr 33 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści to jednoczęściową opaskę do unieruchomienia kończyn zapobiegającą manipulowaniu przez pacjenta wkłuciami oraz podłączonymi przewodami, Do założenia na kostce lub nadgarstku pacjenta? Zestaw zawiera 2 opaski



Odpowiedź na pytanie nr 69: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 70: Pakiet nr 49 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści filtr o opisie i parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź na pytanie nr 70: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 71: Pakiet nr 49 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści filtr o opisie i parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -

- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź na pytanie nr 71: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 72: Pakiet nr 49 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści filtr o opisie i parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź na pytanie nr 72: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 73 Pakiet nr 49 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę filtra oraz łącznika martwa przestrzeń jako zestaw lecz dostarczanie ich pakowanych w osobne opakowania jednostkowe?

Odpowiedź na pytanie nr 73: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 74 Pakiet nr 49 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy od 7cm do 15cm?

Odpowiedź na pytanie nr 74: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 75 Pakiet nr 49 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści filtr o opisie i parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź na pytanie nr 75: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 76 Pakiet nr 49 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści filtr o opisie i parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź na pytanie nr 76: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 77 Pakiet nr 49 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci: Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500?

Odpowiedź na pytanie nr 77: Zgodnie z SWZ

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie odpowiedzi na pytania nr 8 i nr 9 z dnia 16.01.2024 r. ;

Pytanie nr 8 - Zadanie nr 46: Pozycja nr 1- Czy Zamawiający dopuści zestawy do żywienia dojelitowego w których objętość wypełnienia to 8 ml/m, natomiast objętość całkowita 22 ml?

Pytanie nr 9 - Zadanie nr 46: Pozycja nr 2- Czy Zamawiający dopuści zestawy do żywienia dojelitowego w których objętość wypełnienia to 8 ml/m, natomiast objętość całkowita 22 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 8 -9 : Zamawiający dopuszcza.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ

Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).

Z upoważnienia KOMENDANTA
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
mgr Piotr STRĄK