

BT-SPEC-0373

Dystrybucja: Plik centralny

Data: 07.10.2009

Zastępuje: 05.08.2008

**SPECYFIKACJA ZAPEWNIENIA
JAKOŚCI PRODUKTU OXOID**

FURAZOLIDONE DIAGNOSTIC DISCS (100µg)

DD0028

Opis

Do różnicowania *Staphylococci* i *Micrococci*.

Właściwości mikrobiologiczne

Umieścić krążki na płytkach z Mueller-Hinton Agar (CM0337) zaszczipionych organizmami testowymi.

Reakcje po inkubacji w 35°C przez 18 godz.

Strefa

<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	20–28 mm
<i>Micrococcus luteus</i>	ATCC® 10240	0–9 mm

Pożywka zaszczipiana jest dodatkowymi szczepami.