



Opolskie Centrum Onkologii®
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu



Société
Internationale
de Sénologie



Senologic
International
Society



JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Zamawiający:

Opolskie Centrum Onkologii
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole

Dot. przetargu nieograniczonego nr **16/PN/2020** - **Dostawa – zestaw haków automatycznych do zabiegów laparoskopowych, ginekologicznych i chirurgicznych**

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ dokonane zgodnie z art. 38 ust 1 i 4 Ustawy PZP w dniu 02.06.2020r.

Pytanie 1

Czy zamawiający uzna jako równoważny i tożsamy hak automatyczny do laparotomii i laparoskopii składający się z : klema bazowa z systemem mocującym do szyny bocznej stołu operacyjnego na całej jej długości od strony czystej, całkowicie sterylnie, wyposażona w zacisk, wykonany ze stali bez elementów z tworzyw sztucznych do mocowania ramion z możliwością płynnej regulacji wysokości i kąta nachylenia ramion sztuk 1.

Ramię łączące wyposażone w dwa zaciski, wykonane ze stali bez elementów z tworzyw sztucznych do mocowania ramion z możliwością płynnej regulacji wysokości i kąta nachylenia ramion sztuk 1.

Ramię mocujące sztuk 2.

Klips mocujący otwarty sztuk 7.

Hak typu Fritsch; powlekany warstwą izolacyjną rozmiar 80 x 80 mm; obrót o 360°; długość ramienia 180 mm sztuk 3.

Hak typu Pelvis; powlekany warstwą izolacyjną rozmiar 40 x 60 mm; obrót o 360°; długość ramienia 240 mm z przegubem sztuk 1.

Hak typu Finger; rozmiar 120 x 170 mm; obrót o 360°; długość ramienia 240 mm sztuk 1.

Aluminiowy kontener do sterylizacji filtrowy, wymiary 580x280x260 mm, kolor srebrny.

Ramię do mocowania haków w laparoskopii długości 550 mm, sztuk 1.

Hak wątrobowy laparoskopowy MTS small, średnica 5 mm, sztuk 1.

Rączka do pozycjonowania haka laparoskopowego sztuk 1.

Uniwersalny uchwyt do endoskopów – przekrój średnic od 2 – 12 mm, bezpieczna szybko złączka sztuk 1.

Odpowiedź: Opisany przez Wykonawcę zestaw nie jest tożsamy ani równoważny do opisanego w SIWZ, wobec czego nie wyrażamy zgody.

Opole, 02.06.2020r.

Ewa Dyktyńska
Anna Gąska