



Znak: AE/ZP-27-79/20

Tarnów, 2020-12-15

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawę aparatu USG 1 sztuka dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ pkt.2** - Czy Zamawiający dopuści w punkcie 2 aparat o wadze 6,1 kg?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ pkt. 8-** Czy Zamawiający dopuści w punkcie 8 aparat o maksymalnej liczbie klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B 10 000 co pozwala na pełne możliwości diagnostyczne?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ pkt. 12** - Czy Zamawiający dopuści w punkcie 12 aparat z dedykowanym wózkiem pod aparat wyposażony w 4 koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich czterech kół, posiadający półkę na akcesoria i videoprinter oraz uchwyty na głowice umieszczone na konsoli aparatu co daje większy komfort pracy w sytuacji kiedy używamy aparatu bez wózka?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ pkt. 15** - Czy Zamawiający dopuści w punkcie 15 aparat o zakresie ustawiania głębokości penetracji w zakresie od 1cm do 30 cm co gwarantuje pełne możliwości diagnostyczne?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ pkt. 16** - Czy Zamawiający dopuści w punkcie 16 aparat o dynamice obrazu 2D wyświetlanej na ekranie 200 dB co pozwala na pełne możliwości diagnostyczne?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ pkt. 18** - Czy Zamawiający dopuści w punkcie 18 aparat o ilości map koloryzacji obrazu 2D 12 co gwarantuje pełne możliwości diagnostyczne?
7. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ pkt. 23** - Czy Zamawiający dopuści w punkcie 23 aparat o częstotliwości odświeżania w trybie B 60fps co gwarantuje pełne możliwości diagnostyczne?
8. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ pkt. 25** - Czy Zamawiający dopuści w punkcie 25 aparat o trzech prędkości przemieszczania do wyboru co gwarantuje pełne możliwości diagnostyczne?
9. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ pkt. 36** - Czy Zamawiający dopuści w punkcie 36 aparat o szerokość pola obrazowego 50 mm co gwarantuje pełne możliwości diagnostyczne?
10. **Dotyczy pkt XVI SIWZ Ogólne warunki umowy pkt.12** - Ze względu na fakt, iż producent oferowanego przez nas urządzenia, nie przewiduje wymiany aparatu na nowy w ramach serwisu gwarancyjnego ani rękojmi, a jedynie jego naprawę poprzez wymianę podzespołu/elementu na nowy zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów punktu 12 ogólnych warunków umowy na: „W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu przysługują te same uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady określone w pkt.11 za wyjątkiem prawa żądania wymiany przez Wykonawcę urządzenia oraz uprawnienie do żądania naprawy w terminie, o którym mowa w pkt.10 lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i na własny koszt Wykonawcy.”
11. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ pkt. 2** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia, którego waga wynosi < 6 kg?
12. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ pkt. 23** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG, dla którego maksymalna prędkość odświeżania „frame rate” wynosi 375 klatek/s.?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.2 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Waga aparatu - poniżej 5 kg”

zmienia na zapis o treści:

„Waga aparatu - maksymalnie 7,5 kg”

Ad. 2

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.8 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Maksymalna liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B minimum 11 000”

zmienia na zapis o treści:

„Maksymalna liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B minimum 10 000”

Ad. 3

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu z dedykowanym wózkiem pod aparat wyposażonym w 4 koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich czterech kół, posiadającego półkę na akcesoria i videoprinter oraz uchwyty na głowice umieszczone na konsoli aparatu.

Ad. 4

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.15 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Zakres ustawiania głębokości penetracji w zakresie minimum od 1cm do 35 cm”

zmienia na zapis o treści:

„Zakres ustawiania głębokości penetracji w zakresie minimum od 1cm do 30 cm”

Ad. 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 6

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.18 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Ilość map koloryzacji obrazu 2D – minimum 16”

zmienia na zapis o treści:

„Ilość map koloryzacji obrazu 2D – minimum 12”

Ad. 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 9

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 10

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.XVI ppkt.12 SIWZ – Ogólne warunki umowy **zapis o treści:**



„12. W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu przysługują te same uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady określone w pkt.11 oraz uprawnienie do żądania naprawy w terminie, o którym mowa w pkt.10 lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i na własny koszt Wykonawcy.”

zmienia na zapis o treści:

„12. W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu przysługują te same uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady określone w pkt.11 za wyjątkiem prawa żądania wymiany przez Wykonawcę urządzenia oraz uprawnienie do żądania naprawy w terminie, o którym mowa w pkt.10 lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i na własny koszt Wykonawcy.”

Ad. 11

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.2 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ

zapis o treści:

„Waga aparatu - poniżej 5 kg”

zmienia na zapis o treści:

„Waga aparatu - maksymalnie 7,5 kg”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopuści również zaoferowanie aparatu wyposażonego w uchwyt do przenoszenia.

Ad. 12

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.23 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ

zapis o treści:

„Maksymalna prędkość odświeżania „frame rate” – minimum 380 klatek/s.”

zmienia na zapis o treści:

„Maksymalna prędkość odświeżania „frame rate” – minimum 375 klatek/s.”

W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.1, Ad.2, Ad.4, Ad.6, Ad.10, Ad.11 i Ad.12, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 07.01.2021r. godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 07.01.2021r. godz. 11:00**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie VI, XI.1, XII.1, XVI.12, Załączniku Nr 6 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 6 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

