



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:  
**Dostawa aparatury medycznej - urządzeń i innych wyrobów medycznych stanowiących ich wyposażenie w ramach Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących”- WSZ-EP-1/2023**

Konin, 03.04.2023r

**WSZ-EP-1/350/2023**

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: Dostawa aparatury medycznej - urządzeń i innych wyrobów medycznych stanowiących ich wyposażenie w ramach Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących”- WSZ-EP-1/2023**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 10**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.– zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Dotyczy: pakiet 1 – łóżko elektryczne z materacem - 18 szt.**

1. Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie 100-240V, 50/60 Hz bez sygnalizacji włączenia do sieci? Sygnalizowanie stanu podłączenia do sieci nie jest konieczne, gdyż w przypadku niskiego naładowania akumulator poinformuje o konieczności podłączenia łóżka do sieci.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

2. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego długość zewnętrzną 2220 mm (+/- 10 mm)? Oferowana długość różni się minimalnie od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

**Zamawiający dopuszcza łóżko posiadające długość zewnętrzną 2220 i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.1 do SWZ zestawienie wymaganych parametrów jakościowo – technicznych.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

3. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego tylko funkcję wydłużania leża o 300 mm? W praktyce nie ma potrzeby skracania leża, a wykorzystuje się jedynie przedłużenie leża w przypadku pacjenta wysokiego wzrostu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zgodnie z SWZ.**

**Zamawiający opisując funkcję wydłużania i skracania leża o min 100 mm miał na myśli taką, w której leże wydłużane jest w przypadku pacjenta wysokiego wzrostu i skracane do pozycji wyjściowej jeśli nie ma takiej potrzeby.**

**Parametry wnioskowane przez Wykonawcę mieszczą się w parametrach wymaganych przez Zamawiającego.**

4. Czy (w pkt. 6 oraz w odniesieniu do zapisów dot. barierek bocznych w pkt. 33) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże 4 – sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome wypełnione płytami HPL, gładkimi, łatwo demontowanymi bez użycia narzędzi, lekkimi, nadającymi się do dezynfekcji; leże każdego łóżka wyposażone w barierki boczne zabezpieczających pacjenta na całej długości leża o wysokości 440 mm, wyposażone w uchwyt z system blokady umożliwiającym odblokowywanie, składanie za pomocą jednej ręki? Płyty HPL zapewniają wyższą stabilność leża niż panele tworzywowe, a barierki boczne zabezpieczą pacjenta na całej długości leża bez konieczności stosowania dodatkowych „protektorów”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

5. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego podstawę o długości i szerokości zapewniającej maksymalną stabilność leża w każdym jego położeniu, bez konieczności podawania konkretnych wymiarów?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

6. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego pilota przewodowego dla pacjenta bez podświetlanych przycisków?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

7. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 410 mm (+/- 10 mm) przy maksymalnym opuszczeniu do 815 mm (+/- 10 mm) przy maksymalnym uniesieniu leża, gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka? Oferowany dolny zakres jest bardzo zbliżony do wskazanego przez Zamawiającego, natomiast górny zakres jest lepszy niż wskazany przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza łóżko posiadające regulację elektryczną wysokości leża, w zakresie od nie więcej niż 410 mm przy maksymalnym opuszczeniu do nie mniej niż 700 mm przy maksymalnym uniesieniu leża; gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka.**

**W związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.1 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

8. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną części nożnej w zakresie  $46^{\circ}$  ( $\pm 2^{\circ}$ )? Oferowany zakres lepszy niż wskazany przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.1 do SWZ zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania**

9. Prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od parametru opisanego w pkt. 16, gdyż jest on charakterystyczny tylko dla jednego producenta.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ**

10. Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną pozycji Trendelenburga  $15^{\circ}$  ( $\pm 2^{\circ}$ ) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg? Oferowany zakres jest bardzo zbliżony do wskazanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.1 do SWZ zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych .**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania**

11. Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną pozycji anty-Trendelenburga  $18^{\circ}$  ( $\pm 2^{\circ}$ ) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg? Oferowany zakres jest bardzo zbliżony do wskazanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza regulację elektryczną pozycji anty-Trendelenburga  $15^{\circ}$  ( $\pm 2^{\circ}$ ) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg.**

**W związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.1 do SWZ zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania**

12. Czy (w pkt. 22 i 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wyłączniki / blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji:

- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej
- regulacji części nożnej
- regulacja funkcji autokontur
- regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga

Elektroniczne wskaźniki informujące o zablokowanych, aktywnych funkcjach łóżka tylko na panelu sterowniczym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

13. Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego alarmu dźwiękowego informującego o próbie użycia zablokowanej funkcji? W oferowanym łóżku funkcje

zablokowane są czytelnie oznaczone ikoną „kłódki” i nie ma konieczności dodatkowego sygnalizowania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.1 do SWZ zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych (wykreśla parametr 23).**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania**

14. Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez przycisku bezpieczeństwa ponieważ w oferowanym łóżku jest możliwość odłączenia (selektywna blokada) wszystkich funkcji elektrycznych (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

15. Czy (w pkt. 30) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie 220 kg pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego; system elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

16. Czy (w pkt. 32) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac wykonany z piany poliuretanowej w dolnej części oraz pianki visco w górnej części?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

17. Czy (w pkt. 33) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w wysuwaną spod leża lakierowaną półkę na pościel z możliwością podwieszenia pod nią panelu sterowniczego?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.