

Katowice, dn. 09.08.2019 r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę aparatu do autotransfuzji**

Nr sprawy: ZP-19-077BN

W związku z zapytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej zwana ustawą Pzp, udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny urządzenia do pozyskiwania krwi z pola operacyjnego, nie wyposażonego w czujniki HCT na liny wejścia i wyjścia.

Wyjaśnienie. Zgodnie ze stanem wiedzy medycznej urządzenia posiadające tego typu czujniki podają tylko informacje orientacyjne bez wartości medycznej. W celu uzyskania miarodajnych wyników poziomu hematokrytu w badaniu i tak konieczne jest przeprowadzenie pełnego badania laboratoryjnego krwi na wejściu jak i wyjściu z urządzenia. Proponowane przez nas rozwiązanie oparte jest na dołączonych do zestawu przedłużaczy drenu służących do zebrania próbki krwi i przeprowadzenia pełnego badania dającego wiarygodny wynik poziomu hematokrytu.

Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych • Główny Księgowy
mgr Ewa KOSZEK